

Muestra de los mantenimientos realizados

ABRIL 2024

Mantenimiento correctivo, lámpara quirúrgica.



30 abr. 2024 8:14:25
Padre Las Casas Padre las Casas Azua

Mantenimiento preventivo, carro de paro.



25 abr. 2024 8:18:57

Padre Las Casas Padre las Casas Azua

Mantenimiento correctivo, lámpara.



25 abr. 2024 8:15:36

Padre Las Casas Padre las Casas Azua



SNS

Control de Calidad de Mantenimiento
Preventivo de Equipos
DLC-FO-013 Versión 01
Fecha de actualización: 2017-2018


NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO REGIONAL DE SALUD	HOSPITAL MUNICIPAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN	FECHA	30/04/24
NOMBRE DEL RESPONSABLE	EL VALLE	PROVINCIA	AZUA
	JAIRO RAMIREZ	AREA PERTENECIENTE	MANTENIMIENTO

NOMBRE DEL EQUIPO	Lampara quirurgica	TIPO O MODELO	04022 A23
NOMBRE DEL FABRICANTE		NO. SERIAL	
HISTORIAL MANTENIMIENTO EQUIPO	Nuevo <input checked="" type="checkbox"/> Usado	Reparado	
AREA INTERVENIDA			

DETALLE DEL MANTENIMIENTO

Lamparas quirurgica.
prueba de funcionamiento
chequeo de todas sus luces
mantenimiento en general

OBSERVACIONES


FIRMA RESPONSABLE





Control de Calidad de Mantenimiento
Preventivo de Equipos
DIC 10 2013 Versión 01

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO REGIONAL DE SALUD	HOSPITAL MUNICIPAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN	FECHA	25/04/24
NOMBRE DEL RESPONSABLE	EL VALLE	PROVINCIA	AZUA
	JAIRO RAMIREZ	AREA PERTENECIENTE	MANTENIMIENTO

NOMBRE DEL EQUIPO	Carrro de parro	TIPO O MODELO	3221116
NOMBRE DEL FABRICANTE		NO. SERIAL	
HISTORIAL MANTENIMIENTO EQUIPO	Nuevo <input type="checkbox"/> Usado <input checked="" type="checkbox"/>	Reparado	
AREA INTERVENIDA			

DETALLE DEL MANTENIMIENTO

Carrro de parro
Chequeo de todas las gabetas
Todo en buen estado
y desinfeccion
Todo en buen estado

OBSERVACIONES

--

Jairo Ramirez
FIRMA RESPONSABEE





Control de Calidad de Mantenimiento
Preventivo de Equipos
DLC-FO 014- Versión 04
Fecha de vigencia: 2017-2022

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO REGIONAL DE SALUD	HOSPITAL MUNICIPAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN	FECHA	25/11/20
NOMBRE DEL RESPONSABLE	EL VALLE	PROVINCIA	AZUA
	JAIRO RAMIREZ	AREA PERTENECIENTE	MANTENIMIENTO

NOMBRE DEL EQUIPO	Lampara led	TIPO O MODELO	
NOMBRE DEL FABRICANTE		NO. SERIAL	
HISTORIAL MANTENIMIENTO EQUIPO	Nuevo <input type="checkbox"/> Usado <input checked="" type="checkbox"/>	Reparado	
AREA INTERVENIDA			

DETALLE DEL MANTENIMIENTO

Lampara led
reemplazo de lampara
dañada por nueva

OBSERVACIONES


FIRMA RESPONSABLE



MATRIZ PARA EL SEGUIMIENTO MENSUAL A PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORREC

(Fecha: 19-Mayo-2021.)

Instalación / Maquinaria (Nombre del Equipo)	Elementos del Equipo a realizar Mantenimiento.	Descripción Actividad a Realizar	Mantenimiento Prevent. o Correct.	Periodicidad para Revisión	Último Próximo		Abr	Observaciones
					Mantenimiento	Mantenimiento		
Carro de parro	Parte interna e externa	Verificación general, prueba de funcionamiento.	Preventivo	Mensual	4/12/2023	041/01/2024	X	Bueno en uso
Esfipmanometro de pared (07)	Parte externa.	Cheque general, verificación de perilla, brazaletes y tubo de conexión.	Preventivo/ Correctivo	Mensual	14/12/2023	14/1/2024	X	En la actualidad hay que cambiar tres efimos
Esfipmanometro pedestal (03)	Parte externa.	Cheque general, verificación de perilla, brazaletes y tubo de conexión.	Preventivo/ Correctivo	Mensual	12/12/2023	13/1/2024	X	Bueno en uso
Lampara cuello de ganzo (06)	Parte electrica y bombilla	Verificación de en la parte eléctrica y verificar las bombilla.	Preventivo/ Correctivo	Mensual	4/12/2023	4/1/2024	X	Bueno en uso
Lampara de fototerapia (02)	Parte electrica	Verificación de las lamparas, verificación electrica, prueba de funcionamiento	Preventivo	Mensual	4/12/2023	4/1/2024	X	Bueno en uso
Lampara Quirurgica Movil (01)	Parte electrica y bacteria	Verificación de las lámparas, verificación eléctrica, prueba de bacteria y prueba de funcionamiento	Preventivo	Mensual	12/12/2023	12/1/2024	X	Bueno en uso
Lampara quirurgica dos satelites (02)	Parte electrica	Verificación de las lamparas, verificación electrica, prueba de funcionamiento.	Preventivo	Mensual	12/12/2023	12/1/2024	X	Bueno en uso
Lavadora industrial (01)	Parte interna y externa	Chequeo de conductos de agua, verificación de las correas, verificación de la parte electrica, limpieza general y prueba de funcionamiento	Preventivo/ Correctivo	Mensual	No se le ha dado mantenimiento		X	Aun no esta funcionando, se esta preparando la estructura para proceder a montarla
Nevera de gas 01	Chequeo general	lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento, regulación de temperatura.	Preventivo	Bimestral	13/12/2023	13/2/2024	X	Bueno en uso
Pisos generales	Pisos de marmol, piso de ceramica y terraza.	Mantenimiento general, y correccion si hay fallas	Preventivo/ Correctivo	Diario	Diario		X	Bueno en uso
Equipos de lavanderia	Desagues, lavadora y secadora	Mantenimie de los conductos de agua, chuequeo de las partes electricas y pruba de funcionamiento.	Preventivo/ Correctivo	Trimestral	18/12/2023	18/3/2024	X	se esta remodelando el area para instalar una secadora y una lavadora nueva
Moviliario oficinas y consultorios	Escritorios, Sillones, Bancos, Archivo y Estanteria	Apriete de tornillos y ajuste.	Preventivo/ Correctivo	Mensual	5/12/2023	5/1/2024	X	Este tipo de mantenimiento tenemos que ejecutalo a diario, ya que siempre los equipos de oficina requieren de una supervision continua

Red electrica	Cuartos electricos, UPS Industrial, Toma corrientes, Lamparas de iluminacion, Tubos fluorescentes, Bombillos Interruptores y breaker.	Verificacion de todas las lamparas y bombillas, y reemplazarlo si alguna se encuentra dañada, verificacion de todos los toma corrientes e interruptores, verificacion de los Breaker, cheque de funcionamiento del UPS, verificacion de las baterias del UPS.	Preventivo/ Correctivo	Mensual	11/12/2023	11/12/2024	X	En este mes se le dio mantenimiento general.
---------------	---	---	------------------------	---------	------------	------------	---	--