



Formulario para Petición de Trabajo de Mantenimiento

DADM-FO-019 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha: 18/04/2024

Área Solicitante: Banco Sangre

Descripción de Trabajo a Efectuar

Reparación de centrífuga Pantalla Display con problema reparada marca: Sera - FUG 2001

18/4/24
Nombre del Solicitante Firma Solicitante 18/4/2024
Fecha de la Solicitud

Cnc. Tommaso Familia Tommaso Familia Tommaso Familia

Nombre del Técnico Firma del Técnico Fecha Termino de Trabajo

Wander Wander 18/04/2024





Formulario para Petición de Trabajo de Mantenimiento

DADM-FO-019 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha

17/04/2024

Área Solicitante:

UC13, UC14

Descripción de Trabajo a Efectuar

Reparación y mantenimiento de cama
cuidados intensivos
organización sistema eléctrico
cambio de cable Power
Serial: 90101137.10304.04
" " " " " 05
" " " " " 13

Nombre del Solicitante

Firma Solicitante

Fecha de la Solicitud

Dr. Angela Hernandez

Dr. Hernandez

18/04/24

Nombre del Técnico

Firma del Técnico

Fecha Termino de Trabajo

Hernandez

17/04/2024





Formulario para Petición de Trabajo de Mantenimiento
DADM-FO-019. Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha: 24/04/2024

Área Solicitante: Internamiento

Descripción de Trabajo a Efectuar	
Reparación de cama paciente - Trabajo realizado: reparación de su módulo eléctrico.	



Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud
------------------------	-------------------	-----------------------

Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Termino de Trabajo
<u>Mañan</u>	<u>Mañan David</u>	<u>24/04/2024</u>



Formulario para Petición de Trabajo de Mantenimiento

DADM-FO-019. Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha: 05/04/2024

Área Solicitante: Quirófano 1, 2

Descripción de Trabajo a Efectuar

maquina de anestesia mindray
Wato 65 EX Serie: ER-64003988
Serie: 20031561
Serie: ER-64003990
Serie: ER-64003989
Serie: ER-64003994

mantenimiento preventivo, cambio de celda
de exigencia, calibracion de parametros
de trabajo



Nombre del Solicitante: Leda Mentes Firma Solicitante: Leda Mentes Fecha de la Solicitud: 25-4-24

Nombre del Técnico: Manuel Firma del Técnico: Manuel David Fecha Termina de Trabajo: 05/04/2024



Formulario para Petición de Trabajo de Mantenimiento

DADM-FO-019 Versión: 01

Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha: 2/04/2024

Área Solicitante: UCI 3

Descripción de Trabajo a Efectuar

Reparación de aspirador médica modelo YX 930D

Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud
------------------------	-------------------	-----------------------

A. Hernández

A. Hernández

2/4/24

Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Termino de Trabajo
--------------------	-------------------	--------------------------

Wander



Wander

2/04/2024



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Petición de Trabajo de Mantenimiento

DADM-FO-019 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha: 24/04/2024

Área Solicitante: Pediatría

Descripción de Trabajo a Efectuar	
Reparación de flujómetro, fuga de oxígeno	



Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud
<u>DBuy</u>	<u>DBuy</u>	<u>24-4-24</u>

Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Terminó de Trabajo
<u>Wander</u>	<u>Wander David</u>	<u>24/04/2024</u>



Formulario para Petición de Trabajo de Mantenimiento
DADM-FO-019 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha

18/04/2024

Área Solicitante:

UC13, UC14

Descripción de Trabajo a Efectuar

Reparación de aspiradores médicos
correctiva

Serial: DE 17-12-477

" " " 437

" " " 386

modelo: TK-1602

marca: TENKO

Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud
------------------------	-------------------	-----------------------

Dr. Angela Hernández Dr. Hernández 18/04/24

Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Terminó de Trabajo
--------------------	-------------------	--------------------------

Wander

18/04/2024

