



**Fecha Realización:** 01/05/2024

**Área Solicitante:** Atención al usuario 2da

### Trabajos a Efectuar

Sustitución de Llavin a la oficina de atención al usuario por uno nuevo

### Observaciones

Bismarck Carbuccia Santiago

**Firma del Solicitante**

Luis Henríquez

**Firma del Técnico**



**Fecha Realización:** 01/05/2024

**Área Solicitante:** Quirófano de la 3ra

### Trabajos a Efectuar

Mantenimiento preventivo de monitor multiparametro del quirófano de la 3ra limpieza superficial e inspección visual

### Observaciones

Cristian Leger

Wenfy Florián

**Firma del Solicitante**

**Firma del Técnico**



**SNS**  
SERVICIO NACIONAL  
DE SALUD

**Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento** DADM-FO-018  
Versión: 01

Fecha de aprobación: 14/03/2019

**Fecha Realización:** 02/05/2024

**Área Solicitante:** Área de la emergencia

### Trabajos a Efectuar

Montura de reflectores Led en el área de la fachada del área de la emergencia

### Observaciones

Juan Mella Feliz

**Firma del Solicitante**

Samuel Báez

**Firma del Técnico**



**SNS**  
SERVICIO NACIONAL  
DE SALUD

**Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento** DADM-FO-018

Versión: 01

Fecha de aprobación: 14/03/2019

**Fecha Realización:** 02/05/2024

**Área Solicitante:** Cuarto eléctrico del 1er piso

### Trabajos a Efectuar

Sustitución de breaker en el cuarto eléctrico que energiza los aire acondicionado

### Observaciones

Juan Mella Feliz

**Firma del Solicitante**

Samuel Báez

**Firma del Técnico**



**Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento** DADM-FO-018

Versión: 01

Fecha de aprobación: 14/03/2019

**Fecha Realización:** 03/05/2024

**Área Solicitante:** Consultorio 204

**Trabajos a Efectuar**

Cambio de bombilla al baño del consultorio 204

**Observaciones**

Bismarck Carbuccia Santiago

**Firma del Solicitante**

Samuel Báez

**Firma del Técnico**



**SNS**  
SERVICIO NACIONAL  
DE SALUD

**Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento** DADM-FO-018

Versión: 01

Fecha de aprobación: 14/03/2019

**Fecha Realización:** 03/05/2024

**Área Solicitante:** Consultorio 211

### Trabajos a Efectuar

Cambio de interruptor simple del consultorio 211

### Observaciones

Bismarck Carbuccia Santiago

Samuel Báez

**Firma del Solicitante**

**Firma del Técnico**



**Fecha Realización:** 06/05/2024

**Área Solicitante:** Facturación de emergencia

### Trabajos a Efectuar

Reparación de pared de sherok con hidrófugo en el área de facturación de emergencia

### Observaciones

Juan mella feliz

Julián Asencio

**Firma del Solicitante**

**Firma del Técnico**



**Fecha Realización:** 06/05/2024

**Área Solicitante:** Sala de lectura

### Trabajos a Efectuar

Cambio de plafones en el área de sala de lectura

### Observaciones

Bismarck Carbuccia Santiago

Julián Asencio

**Firma del Solicitante**

**Firma del Técnico**





**Fecha Realización:** 07/05/2024

**Área Solicitante:** área de quirófano de la 3ra

### Trabajos a Efectuar

Pintura de blanco al pasillo antes de entrar al quirófano de la 3ra

### Observaciones

Juan Mella Feliz

Misael Brito

**Firma del Solicitante**

**Firma del Técnico**



**SNS**  
SERVICIO NACIONAL  
DE SALUD

**Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento** DADM-FO-018

Versión: 01

Fecha de aprobación: 14/03/2019

**Fecha Realización:** 07/05/2024

**Área Solicitante:** Cocina

### Trabajos a Efectuar

Sustitución de sifón completo al Lavamano de la cocina

### Observaciones

Juan mella feliz

**Firma del Solicitante**

José del Carmen

**Firma del Técnico**



**Fecha Realización:** 08/05/2024

**Área Solicitante:** Manejadora de la emergencia

**Trabajos a Efectuar**

Limpieza de los paneles de las manejadora de la emergencia

**Observaciones**

Juan Mella Feliz

Gilberto rosario

**Firma del Solicitante**

**Firma del Técnico**



**Fecha Realización:** 08/05/2024

**Área Solicitante:** Área del patio español

### Trabajos a Efectuar

Cambio de brazo hidráulico de la puerta entre patio español y el lobby principal

### Observaciones

Bismarck Carbuccia Santiago

Luis Henríquez

**Firma del Solicitante**

**Firma del Técnico**



**Fecha Realización:** 09/05/2024

**Área Solicitante:** Reanimación

### Trabajos a Efectuar

Mantenimiento al preventivo al monitor de reanimación con limpieza superficial y ajuste de cables

### Observaciones

Juan mella feliz

**Firma del Solicitante**

Wenfy Florián

**Firma del Técnico**



**SNS**  
SERVICIO NACIONAL  
DE SALUD

**Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento** DADM-FO-018

Versión: 01

Fecha de aprobación: 14/03/2019

**Fecha Realización:** 09/05/2024

**Área Solicitante:** Imágenes

### Trabajos a Efectuar

Sustitución de llave tipo ganso y sifón completo del Lavamano en imágenes

### Observaciones

Juan mella feliz

**Firma del Solicitante**

Juan Bautista

**Firma del Técnico**



**SNS**  
SERVICIO NACIONAL  
DE SALUD

**Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento** DADM-FO-018

Versión: 01

Fecha de aprobación: 14/03/2019

**Fecha Realización:** 10/05/2024

**Área Solicitante:** Área de Autoclave

### Trabajos a Efectuar

Mantenimiento preventivo al autoclave esterilizador pequeño cambio de junta

### Observaciones

Juan mella feliz

Ricardo delgado

**Firma del Solicitante**

**Firma del Técnico**



**SNS**  
SERVICIO NACIONAL  
DE SALUD

**Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento** DADM-FO-018

Versión: 01

Fecha de aprobación: 14/03/2019

**Fecha Realización:** 10/05/2024

**Área Solicitante:** Oficina de Control de los  
proceso

### Trabajos a Efectuar

Se realizó la pintura a la oficina de control de los proceso

### Observaciones

Juan mella feliz

Enyel Bladimil

**Firma del Solicitante**

**Firma del Técnico**





**Fecha Realización:** 13/05/2024

**Área Solicitante:** Puerta de área de diálisis

### Trabajos a Efectuar

Sustitución de Llavin a la puerta de diálisis

### Observaciones

Bismarck Carbuccia Santiago

Julián Asencio

**Firma del Solicitante**

**Firma del Técnico**



**SNS**  
SERVICIO NACIONAL  
DE SALUD

**Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento** DADM-FO-018

Versión: 01

Fecha de aprobación: 14/03/2019

**Fecha Realización:**

13/05/2024

**Área Solicitante:**

Uci de la 3ra

### Trabajos a Efectuar

Mantenimiento correctivo de cables al monitor de uci de la 3ra

### Observaciones

Juan mella feliz

**Firma del Solicitante**

Wenfy Florián

**Firma del Técnico**



**SNS**  
SERVICIO NACIONAL  
DE SALUD

**Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento** DADM-FO-018

Versión: 01

Fecha de aprobación: 14/03/2019

**Fecha Realización:** 14/05/2024

**Área Solicitante:** Área de tomógrafo

### Trabajos a Efectuar

Mantenimiento preventivo al aire acondicionado de tomógrafo por no estar enfriando bien

### Observaciones

Juan mella feliz

**Firma del Solicitante**

Wenfy Florián

**Firma del Técnico**



**Fecha Realización:** 14/05/2024

**Área Solicitante:** Imágenes

### Trabajos a Efectuar

Cambio de bombilla y soldadura en la torre de rayo X

### Observaciones

Porfirio santos

Juan mella feliz

**Firma del Solicitante**

**Firma del Técnico**



**Fecha Realización:**

15/05/2024

**Área Solicitante:**

Área de la emergencia

### Trabajos a Efectuar

Se organizó una brigada para la pintura del área de la emergencia junto con las aceras

### Observaciones

Milagros Santiago

Carlos herrasme

---

**Firma del Solicitante**

---

**Firma del Técnico**



**Fecha Realización:** 15/05/2024

**Área Solicitante:** Quirófano de la 3ra

### Trabajos a Efectuar

Montura de nuevos esquinero de base de metal y cobertura plástica al quirófano de la 3ra

### Observaciones

Juan mella feliz

Miniel Ramírez

**Firma del Solicitante**

**Firma del Técnico**



**SNS**  
SERVICIO NACIONAL  
DE SALUD

**Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento** DADM-FO-018

Versión: 01

Fecha de aprobación: 14/03/2019

**Fecha Realización:** 16/05/2024

**Área Solicitante:** Parte de afuera del hospital

### Trabajos a Efectuar

Pintura de la parte lateral del hospital por el área de la cocina

### Observaciones

Milagros Santiago

Misael Brito

**Firma del Solicitante**

**Firma del Técnico**



**Fecha Realización:** 16/05/2024

**Área Solicitante:** Habitación de los medico

### Trabajos a Efectuar

Cambio de Llavin en el cuarto de los médico de la 3ra

### Observaciones

Bismarck Carbuccia Santiago

**Firma del Solicitante**

Welinton reyes

**Firma del Técnico**





**Fecha Realización:** 17/05/2024

**Área Solicitante:** Habitación 333

### Trabajos a Efectuar

Se Pintó la habitación 333 completa con todo los equipamiento que llevan dentro

### Observaciones

Bismarck Carbuccia Santiago

**Firma del Solicitante**

Rishart Guzmán

**Firma del Técnico**



**Fecha Realización:** 17/05/2024

**Área Solicitante:** Habitación 335

### Trabajos a Efectuar

Se Pintó la habitación 335 completa con todo los equipamiento que llevan dentro

### Observaciones

Bismarck Carbuccia Santiago

**Firma del Solicitante**

Rishart Guzmán

**Firma del Técnico**



**Fecha Realización:** 20/05/2024

**Área Solicitante:** Lavandería

### Trabajos a Efectuar

Cambio de tomacorriente en el área de lavandería

### Observaciones

Bismarck Carbuccia Santiago

Danilo Santos

**Firma del Solicitante**

**Firma del Técnico**



**Fecha Realización:** 20/05/2024

**Área Solicitante:** Emergencia

### Trabajos a Efectuar

Montura de magnetismo y soldadura de pestillo en la puerta de la emergencia

### Observaciones

Juan mella feliz

**Firma del Solicitante**

Luis Henríquez

**Firma del Técnico**



**Fecha Realización:** 21/05/2024

**Área Solicitante:** Quirófano de la 3ra

### Trabajos a Efectuar

Montura de sifón y colita de Lavamano en el quirófano de la 3ra

### Observaciones

Bismarck Carbuccia Santiago

Juan bautista

**Firma del Solicitante**

**Firma del Técnico**



**SNS**  
SERVICIO NACIONAL  
DE SALUD

**Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento** DADM-FO-018

Versión: 01

Fecha de aprobación: 14/03/2019

**Fecha Realización:**

21/05/2024

**Área Solicitante:**

Baño de los pacientes lobby  
principal

**Trabajos a Efectuar**

Se montó un inodoro nuevo porque el otro estaba tapado de sal

**Observaciones**

Juan mella feliz

\_\_\_\_\_  
**Firma del Solicitante**

Juan bautista

\_\_\_\_\_  
**Firma del Técnico**



**Fecha Realización:** 22/05/2024

**Área Solicitante:** RAYOS X

### Trabajos a Efectuar

Montura de lámpara Led en el área de rayos X la otra estaban quemadas

### Observaciones

Bismarck Carbuccia Santiago

Danilo santos

**Firma del Solicitante**

**Firma del Técnico**



**Fecha Realización:** 22/05/2024

**Área Solicitante:** Rayos X

### Trabajos a Efectuar

Mantenimiento preventivo al equipo de rayos X limpieza y Ajuste de los cables

### Observaciones

Cristian Leger

Porfirio santos

**Firma del Solicitante**

**Firma del Técnico**





**SNS**  
SERVICIO NACIONAL  
DE SALUD

**Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento** DADM-FO-018

Versión: 01

Fecha de aprobación: 14/03/2019

**Fecha Realización:** 23/05/2024

**Área Solicitante:** Patio español

### Trabajos a Efectuar

Pintura de fuente de agua ubicada en el patio español

### Observaciones

Juan mella feliz

**Firma del Solicitante**

Enyel Bladimil

**Firma del Técnico**



**Fecha Realización:** 23/05/2024

**Área Solicitante:** Ascensor de patología

### Trabajos a Efectuar

Sustitución de cerámica en el ascensor de patología

### Observaciones

Juan mella feliz

**Firma del Solicitante**

Miniel Rmirez

**Firma del Técnico**



**SNS**  
SERVICIO NACIONAL  
DE SALUD

**Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento** DADM-FO-018

Versión: 01

Fecha de aprobación: 14/03/2019

**Fecha Realización:** 24/05/2024

**Área Solicitante:** Atención al usuario 2da

### Trabajos a Efectuar

Mantenimiento preventivo a ventilador de UCI de Neuro limpieza lubricación y ajuste de los cables

### Observaciones

Cristian Leger

Ricardo Delgado

**Firma del Solicitante**

**Firma del Técnico**



**Fecha Realización:** 24/05/2024

**Área Solicitante:** Techo del recinto hospitalario

### Trabajos a Efectuar

Montura de contactor nuevo que energiza los reflectores principales del hospital

### Observaciones

Juan mella feliz

**Firma del Solicitante**

Danilo santos

**Firma del Técnico**



**Fecha Realización:** 27/05/2024

**Área Solicitante:** Ra-Triaje

### Trabajos a Efectuar

Demolición y readecuación del área de ra-triaje por la emergencia

### Observaciones

Juan mella feliz

Julián Asensio

**Firma del Solicitante**

**Firma del Técnico**



**Fecha Realización:** 27/05/2024

**Área Solicitante:** Reanimación

### Trabajos a Efectuar

Reposición de oxígeno en el área de reanimación

### Observaciones

Bismarck Carbuccia Santiago

Ricardo delgado

**Firma del Solicitante**

**Firma del Técnico**



**Fecha Realización:** 28/05/2024

**Área Solicitante:** Hemodiálisis

### Trabajos a Efectuar

Mantenimiento correctivo de las tuberías del área de hemodiálisis

### Observaciones

Juan mella Feliz

Juan Bautista

**Firma del Solicitante**

**Firma del Técnico**



**Fecha Realización:** 28/05/2024

**Área Solicitante:** Estar de enfermería de la 3ra

### Trabajos a Efectuar

Cambio de tomacorriente en el estación de enfermería

### Observaciones

Bismarck Carbuccia Santiago

Danilo santos

**Firma del Solicitante**

**Firma del Técnico**



