



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Planilla de Verificación de Gases Médicos

DADM-FO-017 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización:

14/03/2019

Tiempo de Ejecución:

Rutina De Mantenimiento Preventivo Planificado	1	2	3	Observaciones
Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo.	<input checked="" type="checkbox"/>			
Efectuar limpieza integral externa del equipo.	<input checked="" type="checkbox"/>			
Inspeccionar externamente el equipo.	<input checked="" type="checkbox"/>			
Inspeccionar Electrodo pH, PO, PCO, cambiar membranas e instalar en la recamara.	<input checked="" type="checkbox"/>			
Verificar los dispositivos de control, indicadores y presentadores.	<input checked="" type="checkbox"/>			
Verificar el valor de la temperatura de la recamara.	<input checked="" type="checkbox"/>			
Verificar el sistema de alarma.	<input checked="" type="checkbox"/>			
Realizar ciclos de modelos de operaciones.	<input checked="" type="checkbox"/>			

Firma del Técnico:

[Handwritten Signature]

