

**01 de agosto 2024**

**Mantenimiento Correctivo: Cambio de colchón habitación no. 09.**



02 de agosto de 2024

Mantenimiento Correctivo: Limpieza de gabinetes en emergencia.



**05 de agosto de 2024**

**Mantenimiento Correctivo: Retiro de Sonógrafo y Rayos X portátil para su reparación.**





Calle Prof. Camila Henríquez Ureña No.27 esq. Julio D. Postigo, Mirador Norte, Santo Domingo  
809-535-6112  
bpmedical@bpmedical.net  
1-01-74404-9

## Solicitud de Servicio

No. 5502014  
Fecha: 22 abril 2024

**Referencia:** RAYOS X TOPAZ 40 - REVISION DE RX - HOSPITAL REGIONAL ING. LUIS L. BOGAERT

**Cliente:** HOSPITAL REGIONAL ING. LUIS L. BOGAERT  
**Contacto:** Jean Flores  
**Tel. Contacto:** 809-967-3688  
**e-mail. Contacto:** Hosokainglubogaert@hotmail.com

**Técnico Asignado:** Omar Alberto Abreu Soriano  
**Equipo Cliente:** Rayos X móvil - TOPAZ-40D - DRR2020073A - HOSPITAL REGIONAL LUIS L. BOGAERT (MAO)  
**Tipo Servicio:** 02 Servicio en instalaciones cliente

### Solicitud

Rayos X móvil - TOPAZ-40D - DRR2020073A - HOSPITAL REGIONAL LUIS L. BOGAERT (MAO)

**DATOS DEL EQUIPO**  
**EQUIPO:** RAYOS X  
**SERVICIO SOLICITADO:** Retiro de equipo de RX, para revisión en el taller  
**QUIEN SOLICITÓ EL SERVICIO:**  
**NOTAS:** Jean Flores 809-967-3688  
**OBSERVACIONES GENERALES:**

### Observaciones

Retiro del equipo de Rayos X Móvil, marca DRGEM, Modelo Topaz-40H, Serial DRR2020073A, Color crema. Código de activos fijos 5K5CO-395-00787.

Incluye el chasis serial 29-C16501-0804, con su batería serial 20181122004218, sin cargador. También incluye 2 rodamientos y 3 bancos de batería.



*A. Abreu Soriano*

Técnico

*Rlo. Berclyn Rojas*

Por el Cliente  
Fecha: 05/08/2024





Calle Prof. Camila Henríquez Ureña No.27 esq. Julio D. Postigo, Mirador Norte, Santo Domingo  
809-535-6112  
bpmedical@bpmedical.net  
1-01-74404-9

## Solicitud de Servicio

No. 5502588  
Fecha: 25 julio 2024

**Referencia:** SONOGRAFO DC- 30 - REVISION - HOSP ING. LUIS BOGAERT

**Ciente:** HOSPITAL REGIONAL ING. LUIS L. BOGAERT  
**Contacto:** Jean Flores  
**Tel. Contacto:** 809-957-3688  
**e-mail. Contacto:** Hosoiainglukbogaert@hotmail.com

**Técnico Asignado:** Omar Alberto Abreu Soriano  
**Equipo Cliente:** Sonografo - DC-30 - 9P7A002191- Hosp ING. LUIS BOGAERT  
**Tipo Servicio:** 02 Servicio en instalaciones cliente

### Solicitud

Sonografo - DC-30 - 9P7A002191- Hosp ING. LUIS BOGAERT

#### DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: SONOGRAFO

DAÑO REPORTADO: El equipo presenta memoria llena, y no le funciona una de las teclas

ACCESORIOS:

QUIEN SOLICITO EL SERVICIO: Laura Andelis 809-913-2808

NOTAS:

#### Observaciones

Retiro del sonografo marca Mindray, modelo DC-30, serial  
9P-7A002191, color crema. Código de Activos fijos  
SR500-395-00834. Con sus porta-transductores .5 unids.

El equipo no incluye la impresora, el ups ni el mouse.  
Solo incluye los 3 transductores serials LSA7B120763,  
CB207A171797 y SCC3P5011, y tambien incluye el cable de power.



*E. Clase*

Técnico

*Elv. Karellyn Reyes*

Por el cliente

Fecha: 05-08-2024



**06 de agosto de 2024**

**Mantenimiento Correctivo: Instalación de impresora en cirugía.**




**07 de agosto de 2024**

**Mantenimiento Preventivo: Chequeo a aire de la Morgue.**




**Mantenimiento Preventivo: Instalación de teléfono IP en cirugía.**





**Mantenimiento Correctivo: Instalación de componente para reparar aire área administrativa.**




**08 de agosto de 2024**

**Mantenimiento Correctivo: Limpieza de patio área almacén de suministros.**



**Mantenimiento Correctivo: Chequeo de presión de monitor de signos vitales de trauma shock.**



**10 de agosto de 2024**

**Mantenimiento Correctivo: Reparación de tubería de oxígeno en el patio.**



**12 de agosto de 2024**

**Mantenimiento Correctivo: Retiro de lampara que estaba en el piso en la entrada del hospital.**



**13 de agosto de 2024**

**Mantenimiento Correctivo: Reparación de llave en baño de emergencia lado B.**




14 de agosto de 2024

Mantenimiento Preventivo: Completivo de gasoil para planta eléctrica.



**Mantenimiento Correctivo: Limpieza de aire central en área administrativa.**





**15 de agosto de 2024**

**Mantenimiento Correctivo: Reparación de filtración tubería área de cocina.**




## Mantenimiento 16 al 30 de agosto del 2024

- Cambio de 71 lámparas en las diferentes áreas del centro Hospitalario.











- **Cambio de llave de lavamanos en el área de administración.**





➤ Cambio de reductor en la habitación14.







- **Mantenimiento a los filtros de los aires del área de emergencia.**



- **Instalación de aire acondicionado en el área de Química.**



- **Remozamiento del plafón en área de triage.**





- **Instalación de tanque de combustible en el área de la planta eléctrica.**







- **Instalación de lámparas en área de la planta eléctrica.**



➤ **Arreglo de la lavadora industrial.**



