

MATRIZ PARA EL SEGUIMIENTO MENSUAL A PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO.
TERCER TRIMESTRE 2024

Instalación / Maquinaria	Elementos	Descripción Actividad a Realizar	Mantenimiento Prevent. Correct.	Periodicidad para Revisión	Último Mantenimiento	Próximo Mantenimiento	Mes de Ejecución del Mantenimiento												Observaciones	
							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
centrífuga de laboratorio	motor y carbones	reemplazo del motor	correctivo	trimestral	8/7/2024	8/10/2024	x			x										buen funcionamiento
nebulizadores de planta I nivel	piston y motor	mantenimiento	preventivo	cada 2 meses	19/7/2024	17/10/2024	x													
sillon de odontologia	inchertor y compresor	mantenimiento	preventivo	trimestral	6/8/2024	6/11/2024		x												
rotador	power suplilar	cambio completo	preventivo	cada 2 meses	8/8/2024	12/11/2024			x											
rayo x	equipo completo	reemplazo	correctivo				x													
mamografo	equipo completo	reemplazo	correctivo					x												
bomba de agua pedrollo	motor y tubería de acople	mantenimiento	preventivo	trimestral	12/8/2024	14/12/2024				x										
lampara de iluminacion interior	tubos y cambio por led	reemplazo de pieza	preventivo	pendiendo la eventuali																
baños remozamiento	adora,microfono,flota, mang	reemplazo de pieza	preventivo	pendiendo la eventuali																
tomografo	tubo de disparo	reemplazo de pieza	correctivo																	va a de pender de su uso
monitores uci	cables	cambio completo	correctivo																	depende del uso de los paciente

Adub Estupi



Instalación / Maquinaria	Elementos	Descripción Actividad a Realizar		Mantenimiento Prevent. Correct.	Periodicidad para Revisión	Ultimo Mantenimiento	Próximo Mantenimiento	Mes de Ejecución del Mantenimiento												Observaciones	
								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
AUTOCLAVE SC500	carderin y compresor	limpieza y mantenimiento	limpieza y chequeo	preventivo	cada 2 meses	3/7/2024	9/10/2024	x			x			x				x			buen funcionamiento
AIRE de emergencia	compresor y turvina	reemplazo		correctivo	mensual	20/8/2024	18/9/2024	x	x	x	x			x		x					
incubadora neonatal	sensores y monitores	chequeo y mantenimiento		preventivo	trimestral	5/6/2024	10/9/2024		x	x					x						
sonografo	rodillo y pantalla	reemplazo		correctivo	trimestral	6/8/2024	6/11/2024					x				x			x		
ups general	banco de capacitores	reemplazo		correctivo	mensual	15/8/2024	17/9/2024	x	x	x	x	x	x	x	x	x					
secadora #2	chumasea y correa	engrase y cambio		preventivo	cada 2 meses	5/7/2024	10/9/2024		x		x			x		x					
microscopio patologia	lupa	limpieza y bombillo		preventivo	trimestral	8/7/2024	11/9/2024	x			x			x				x			
maquina de dialisis	area lavado y desinfeccion	chequeo y limpieza		preventivo	cada 2 meses	18/7/2024	20/9/2024	x		x		x		x		x					
mini qca-2	plato de transporte	mantenimiento		preventivo	trimestral	3/6/2024	28/9/2024			x			x			x					
ecocardiograma	cables	cambio completo		correctivo y preventivo	cada 2 meses	22/8/2024	22/11/2024		x		x		x		x			x			
electrocardiografo	trnsductor	chequeo y limpieza		preventivo	trimestral	19/7/2024	24/10/2024	x			x		x		x			x			

Adib Estepa

