

Muestra de los mantenimientos realizados Octubre 2024

Mantenimiento correctivo de bebederos



Mantenimiento preventivo sonógrafo



Mantenimiento preventivo abanico de pedestal



Mantenimiento preventivo esfigmo de pedestal



Mantenimiento preventivo de aire acondicionado



Mantenimiento preventivo cardioestetoscopio





SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Control de Calidad de Mantenimiento
Preventivo de Equipos
DLC-FO-013- Versión: 01
Fecha de aprobación: 26/07/2021

INFORMACIONES GENERALES

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO REGIONAL DE SALUD	Hospital Municipal Nuestra Señora Del Carmen	FECHA	8/10/2024
NOMBRE DEL RESPONSABLE	VI-El Valle	PROVINCIA	AZUA
	Jairo Ramírez	AREA PERTENECIENTE	MANTENIMIENTO

INFORMACIONES DEL EQUIPO O AREA DE INTERVENCION

NOMBRE DEL EQUIPO	otoscopio cardiotoracico	TIPO O MODELO	
NOMBRE DEL FABRICANTE		NO. SERIAL	
HISTORIAL MANTENIMIENTO EQUIPO	Nuevo <input checked="" type="checkbox"/> Usado	Reparado	
AREA INTERVENIDA		INFRAESTRUCTURA	

DETALLE DEL MANTENIMIENTO

Monitor vital - Cardiotoracico
prueba de funcionamiento
chequeo de la base sus parte
y delimpelias

OBSERVACIONES

Jairo Ramirez
FIRMA RESPONSABLE





INFORMACIONES GENERALES

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO REGIONAL DE SALUD	Hospital Municipal Nuestra Señora Del Carmen	FECHA	16/10/2020
NOMBRE DEL RESPONSABLE	VI-El Valle	PROVINCIA	AZUA
	Jairo Ramírez	AREA PERTENECIENTE	MANTENIMIENTO

INFORMACIONES DEL EQUIPO O AREA DE INTERVENCION

NOMBRE DEL EQUIPO	EX Fina nometro	TIPO O MODELO	
NOMBRE DEL FABRICANTE		NO. SERIAL	
HISTORIAL MANTENIMIENTO EQUIPO	Nuevo <input checked="" type="checkbox"/> Usado	Reparado	
AREA INTERVENIDA		INFRAESTRUCTURA	

DETALLE DEL MANTENIMIENTO

EX Fina nometro de plástal
mantenimiento:
reparo de Fina nometro
de plástal

OBSERVACIONES

Jairo Ramírez
FIRMA RESPONSABLE





SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Control de Calidad de Mantenimiento
Preventivo de Equipos
DLC-FO-013- Versión: 01
Fecha de aprobación: 26/07/2021

INFORMACIONES GENERALES

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO REGIONAL DE SALUD	Hospital Municipal Nuestra Señora Del Carmen	FECHA	14/10/2011
NOMBRE DEL RESPONSABLE	Jairo Ramírez	PROVINCIA	AZUA
		AREA PERTENECIENTE	MANTENIMIENTO

INFORMACIONES DEL EQUIPO O AREA DE INTERVENCION

NOMBRE DEL EQUIPO	Sonografía	TIPO O MODELO	
NOMBRE DEL FABRICANTE		NO. SERIAL	
HISTORIAL MANTENIMIENTO EQUIPO	Nuevo <input type="checkbox"/> Usado <input checked="" type="checkbox"/>	Reparado	
AREA INTERVENIDA		INFRAESTRUCTURA	

DETALLE DEL MANTENIMIENTO

Sonografía :
prueba de funcionamiento
chequea de todas sus partes
eléctricas.
mantenimiento general

OBSERVACIONES

Jairo Ramírez
FIRMA RESPONSABLE





SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Control de Calidad de Mantenimiento
Preventivo de Equipos
DLC-FO-013- Versión: 01
Fecha de aprobación: 26/07/2021

INFORMACIONES GENERALES

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO REGIONAL DE SALUD	Hospital Municipal Nuestra Señora Del Carmen	VI-El Valle	PROVINCIA	FECHA	7/16/2024
NOMBRE DEL RESPONSABLE	Jairo Ramírez		AREA PERTENECIENTE		MANTENIMIENTO

INFORMACIONES DEL EQUIPO O AREA DE INTERVENCION

NOMBRE DEL EQUIPO	Abarico de pedista	TIPO O MODELO	
NOMBRE DEL FABRICANTE		NO. SERIAL	
HISTORIAL MANTENIMIENTO EQUIPO	Nuevo <input type="checkbox"/> Usado <input checked="" type="checkbox"/> Reparado <input type="checkbox"/>		
AREA INTERVENIDA		INFRAESTRUCTURA	

DETALLE DEL MANTENIMIENTO

Abarico de pedista
prueba de funcionamiento
Mecanismo de los cables y
mantenimiento general

OBSERVACIONES

Jairo Ramírez
FIRMA RESPONSABLE





SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Control de Calidad de Mantenimiento
Preventivo de Equipos
DLC-FO-013- Versión: 01
Fecha de aprobación: 26/07/2021

INFORMACIONES GENERALES

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	Hospital Municipal Nuestra Señora Del Carmen	FECHA	5/10/2020
REGIONAL DE SALUD	VI-El Valle	PROVINCIA	AZUA
NOMBRE DEL RESPONSABLE	Jairo Ramírez	AREA PERTENECIENTE	MANTENIMIENTO


INFORMACIONES DEL EQUIPO O AREA DE INTERVENCION

NOMBRE DEL EQUIPO	Aire acondicionado	TIPO O MODELO	
NOMBRE DEL FABRICANTE		NO. SERIAL	
HISTORIAL MANTENIMIENTO EQUIPO	Nuevo <input checked="" type="checkbox"/> Usado	Reparado	
AREA INTERVENIDA		INFRAESTRUCTURA	

DETALLE DEL MANTENIMIENTO

Aire acondicionado #48,
prueba de funcionamiento,
mantenimiento general
limpieza en todas sus partes

OBSERVACIONES


FIRMA RESPONSABLE





INFORMACIONES GENERALES

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO REGIONAL DE SALUD	Hospital Municipal Nuestra Señora Del Carmen	FECHA	2/10/2021
NOMBRE DEL RESPONSABLE	Jairo Ramírez	PROVINCIA	AZUA
		AREA PERTENECIENTE	MANTENIMIENTO

INFORMACIONES DEL EQUIPO O AREA DE INTERVENCION

NOMBRE DEL EQUIPO	Bibeldor	TIPO O MODELO	
NOMBRE DEL FABRICANTE		NO. SERIAL	
HISTORIAL MANTENIMIENTO EQUIPO	Nuevo	Usado <input checked="" type="checkbox"/>	Reparado
AREA INTERVENIDA		INFRAESTRUCTURA	

DETALLE DEL MANTENIMIENTO

Bibeldor.
se hizo el funcionamiento
después de hacer sus partes
mantenimiento general

OBSERVACIONES

Jairo Ramírez
FIRMA RESPONSABLE



MATRIZ PARA EL SEGUIMIENTO MENSUAL A PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO. 2024

Instalación / Maquinaria (Nombre del Equipo)	Elementos del Equipo a mantener/Reparar	Descripción Actividad a Realizar	Mantenimiento Prevent. o Correct.	Periodicidad para Revisión	Ultimo Mantenimient o	Proximo Mantenimie nto	Mes de Ejecución del Mantenimiento												Observaciones					
							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic						
Monitores LCD de 12 pulgada, Total 33	Parte externa y cables electricos	Limpieza externa, chequeo de cables eléctrico y prueba de funcionamiento.	Preventivo	Semestral	6/8/2024	12/8/2024									X								X	Todos estan en perfecta condiciones.
CPU en Total 33	Parte externa y baterias	Limpieza y mantenimioto general, prueba de baterias y prueba de funcionamiento.	Preventivo.	Semestral	6/8/2024	12/8/2024									X								X	Todos estan en perfecta condiciones.
UPS Industrial en consultorios total 02	Parte externa y baterias	Limpieza general, prueba de baterias y prueba de funcionamiento.	Preventivo	Semestral	6/11/2024	12/11/2024									X								X	Todos estan en perfecta condiciones.
Impresora Multifuncional en total 10	Parte externa, cartuchos, parte electrica.	Limpieza general, relleno de cartuchos siempre que sea necesario, verificación de cable eléctricos y prueba de funcionamiento.	Preventivo	Trimestral	6/7/2024	9/7/2024				X					X								X	Todos estan en perfecta condiciones.
UPS 500 VA en total 29	Parte externa, baterias y conexiones elexytrica	Limpieza general, prueba de baterias, chequeo de partes electricas y prueba de funcionamiento	Preventivo	Trimestral	6/11/2024	9/11/2024				X					X								X	Todos estan bien excepto uno que tiene la bacteria dañada
Abanico de pared (02)	Parte Interna y externa	Limpieza general, engrase, verificación eléctrica, y prueba de funcionamiento.	Preventivo	Trimestral	6/5/2024	9/5/2024				X					X								X	Todos estan en perfecta condiciones.
Abanico pedestal en total 02	Parte Interna y externa	Limpieza general, engrase, verificación electrica, y prueba de funcionamiento.	Preventivo	Trimestral	6/5/2024	9/5/2024				X					X								X	Todos estan en perfecta condiciones.
Abanico de techos en total 05	Parte Interna y externa	Limpieza general, engrase, verificación electrica, y prueba de funcionamiento.	Preventivo	Trimestral	6/5/2024	9/5/2024				X					X								X	Todos estan en perfecta condiciones.
Aires acondicionados de 12 mil btu, 18 mil btu y 36 mil btu, en total 48.	Filtros del ventilador y mantenimioto general.	Limpieza general, Limpieza de los filtros, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento.	Preventivo	Semestral	6/13/2024	12/13/2024									X								X	Todos estan nueno en uso, solo un aire central que se le quemo la tarjeta,
Autoclave electrico (01)	Parte externa.	Limpieza general, verificación electrica y prueba de funcionamiento.	Preventivo	Semestral	6/3/2024	12/3/2024									X								X	Aun no esta en funcionamiento. Pero se le izo su cheque de rutna
Balanza en total 15	Parte externa	Lubricación, calibración regulador de peso, prueba de funcionamiento, limpieza del equipo.	Preventivo	Anual	12/12/2023	12/12/2024																	X	Todas estan en perfecta condiciones.
Anaalizador de muestra 01	Parte externa.	Limpieza general, chequeo de parte electrica y prueba de funcionamiento.	Preventivo	Semestral	6/5/2024	12/5/2024									X								X	Estan bueno en uso.
Analizador de Quimica 01	Parte externa.	Limpieza general, chequeo de parte electrica y prueba de funcionamiento.	Preventivo	Semestral	6/5/2024	12/5/2024									X								X	No se le ha dado mantenimiento.
Aspirador quirurjico en total 04 unidades	Parte externa	Revisión general, Ajuste de conexión de mangueras, Verificación de parámetros y prueba de funcionamiento.	Preventivo	Trimestral	6/5/2024	9/5/2024				X					X								X	Estan bueno en uso.
Bebederos en total 03 unidades	parte externa	verificación del funcionamiento de las llave, verificación de parte eléctrica, prueba de funcionamiento.	Preventivo	Semestral	6/4/2024	6/4/2024									X								X	Estan bueno en uso.
Bomba de agua 01 unidad	Chequeo general	Prueba de funcionamiento, verificación del CK, verificación de la parte electrica.	Preventivo	Semestral	6/13/2024	12/13/2024									X								X	Esta buena en uso.
Camilla Ginecologica 01 unidad	Parte externa	Limpieza general, lubricación y engrase de partes mecánicas.	Preventivo	Anual	12/5/2023	12/5/2024																	X	Buena en uso
Carro de parro	Parte interna e externa	Verificación general, prueba de funcionamiento.	Preventivo	Mensual	8/4/2024	9/4/2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Bueno en uso
Rotador	Parte interna y externa	Mantenimiento general, verificación de los controles de velocidad y verificación de la parte mecanica.	Preventivo	Trimestral	6/5/2024	9/5/2024				X					X								X	Bueno en uso
Equipo de quimica	Parte interna y externa	Mantenimiento general, Prueba de funcionamiento, chequeo, sistema óptico, chequeo filtros, chequeo lámpara, halógena.	Preventivo	Trimestral	6/5/2024	9/5/2024				X					X								X	Bueno en uso

Maquina de hemograma	Parte interna y externa	Mantenimiento general, comprobación de (startus), calibración, lubricación de motor de jeringa y limpieza del sensor de jeringa Cojida de muestras.	Preventivo	Trimestral	6/5/2024	9/5/2024				X				X			X		X	Bueno en uso
Centrifuga, 01 unida	Parte interna y externa	Mantenimiento general, lubricación del motor, engrase, prueba de funcionamiento, verificación de vibraciones o ruido en exceso, calibración.	Preventivo	Trimestral	6/5/2024	9/5/2024				X				X			X		X	Bueno en uso
Centrifuga de 32 tubo (01)	Parte interna y externa	Mantenimiento general, lubricación del motor, engrase, prueba de funcionamiento, verificación de vibraciones o ruido en exceso y calibración.	Preventivo	Trimestral	6/5/2024	9/5/2024				X				X			X		X	Bueno en uso
Compresor de Aire 01 unidad	Parte interna e externa	Calibración de presión, chequeo fuga deaire, calibración apagado y encendido automático.	Preventivo	Trimestral	12/14/2023	3/14/2024				X				X			X		X	Bueno en uso
Desfibrilador en total 03 unidades.	Parte interna y externa	Verificación de paletas, Limpieza e inspección de paletas, Inspección de panel frontal, chuceo de la fuente de alimentación, ajuste, verificación de desfibrilación sincrónica, revisión kit baterías, Prueba del cable eléctrico, prueba de funcionamiento.	Preventivo	Trimestral	6/12/2024	9/12/2024				X				X			X		X	Bueno en uso
Electrobisturi 01 unidad	Parte externa	Limpieza general, verificación eléctrica y prueba de funcionamiento.	Preventivo	Trimestral	6/12/2024	9/12/2024				X				X			X		X	Bueno en uso
Electrocardiografo en total 04 unidades	Parte externa	Mantenimiento general, verificación eléctrica, prueba de funcionamiento	Preventivo	Trimestral	6/12/2024	9/12/2024				X				X			X		X	Bueno en uso
Electrocauterio 02 unidades	Cable electrico y conexiones	Verificacion de los cable electrico y de los conectores.	Preventivo	Trimestral	6/12/2024	9/12/2024				X				X			X		X	Bueno en uso
Equipo de Rayos x (01)	Parte electrica, parte mecanica y maquina reveladora	Chequeo del interruptor general de la reveladora poniéndose en posición "OFF", Quitar la tapa y los paneles laterales de la reveladora, chequeo del interruptor de disparo, verificación línea de tensión, limpieza general y prueba de funcionamiento.	Preventivo	Trimestral	6/5/2024	9/5/2024				X				X			X		X	Bueno en uso
Esfipmanometro de pared (07)	Parte externa.	Cheque general, verificación de perilla, brazalet y tubo de conexión.	Preventivo/ Correctivo	Mensual	7/14/2024	8/14/2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Bueno en uso
Esfipmanometro pedestal (03)	Parte externa.	Cheque general, verificacion de perila, brazalet y tubo de conexión.	Preventivo/ Correctivo	Mensual	7/13/2024	8/13/2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Bueno en uso
Horno esterilizador mediano, 01 unidad	parte externa	Cheque de conexiones electrica, limpieza general.	preventivo	Trimestral	No se le ha dado mantenimiento	9/3/2024				X				X			X		X	El equipo aun no esta funcionando
Estufa Industrial, 02 unidades	Tuverias, horno, hornillas.	Verificacion de las tuverias del gas, limpieas de las hornillas, chequeo del horno y limpieza general.	preventivo	Trimestral	6/3/2024	9/3/2024		X						X					X	Bueno en uso
zer exhibidor parado, marca Farco, 01 unida	Parte interna y externa	Mantenimiento general, verificacion electrica y prueba de funcionamiento.	Preventivo	Semestral	6/13/2024	12/13/2024								X					X	Bueno en uso
Frizer acostado Farco 01 unidad	Parte interna y externa	Mantenimiento general, verificacion electrica y prueba de funcionamiento.	Preventivo	Semestral	6/13/2024	12/13/2024								X					X	Bueno en uso
Horno esterilizador 02 unidades	Parte externa	Limpieza general, verificación de voltaje, verificación de temperatura y prueba del equipo.	Preventivo	Semestral	No se le ha dado mantenimiento	9/6/2024								X					X	YA ESTA INSTALADO PERO AUN NO SE LE DA EL PRIMER MANTENIMIENTGO
Incubadora (04)	Parte externa e interna	Revisión y ajuste de temperatura, Revisión y cambio de filtro bacteriológico, Verificación de alarmas, Calibración general Y Limpieza general.	Preventivo	Trimestral	6/12/2024	9/12/2024				X				X			X		X	Bueno en uso

Lampara cuello de ganzo (06)	Parte electrica y bombilla	Verificación de en la parte eléctrica y verificar las bombilla.	Preventivo/ Correctivo	Mensual	8/4/2024	9/4/2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Bueno en uso
Cuna de color radiante	Parte externa	Limpieza general, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento.	Preventivo	Trimestral	6/4/2024	9/4/2024			X			X			X		X	Bueno en uso
Lampara de fototerapia (02)	Parte electrica	Verificacion de las lamparas, verificacion electrica, prueba de funcionamiento	Preventivo	Mensual	8/4/2024	9/4/2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Bueno en uso
Lampara Quirurjica Movil (01)	Parte electrica y bacteria	Verificación de las lámparas, verificación eléctrica, prueba de bacteria y prueba de funcionamiento	Preventivo	Mensual	2/12/2023	3/12/2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Bueno en uso
Lampara quirurjica dos satelites (02)	Parte electrica	Verificacion de las lamparas, verificacion electrica, prueba de funcionamiento.	Preventivo	Mensual	2/12/2024	3/12/2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Bueno en uso
Maquina de anestecia 02 unidades	Parte externa, Oxigeno, magueras	Verificación del oxígeno, verificación de las mangueras, verificación eléctrica, prueba de funcionamiento.	Preventivo	Mensual	8/5/2024	9/5/2024	X	X	X	X	X	X	X				X	Bueno en uso
Mesa de parto electrica (01)	Parte externa	Limpieza general, engrase, chequeo electrico y prueba de funcionamiento.	Preventivo	Semestral	6/4/2024	12/4/2024					X						X	Bueno en uso
Mescladora de tubo (01)	parte externa y electrica	Mantenimiento eléctrico, engrase y prueba de funcionamiento.	Preventivo	Trimestral	6/5/2024	9/5/2024			X		X			X			X	Bueno en uso
Lavadora industrial (01)	Parte interna y externa	Chequeo de conductos de agua, verificacion de las correas, verificacion de la parte electrica, limpieza general y prueba de funcionamiento	Preventivo/ Correctivo	Mensual	No se le ha dado mantenimiento		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Aun no esta funcionando, se esta preparando la estrura para proceder a montarla
Licudadora industrial (01)	roctor	Limpieza General, verificacion electrica, chequeo del rotor, prueba de funcionamiento.	Preventivo	Añual	12/7/2024	12/7/2024											X	Bueno en uso
Microscopios en total 03 unidades	Parte externa	Limpieza de lentes, oculares, prismas, objetivos, diafragma, chequeo regulador de voltaje e interruptor de encendido, prueba de funcionamiento..	Preventivo	Trimestral	6/5/2024	9/5/2024			X		X			X			X	Bueno en uso
Monitor de signos vitales (12)	Parte externa	Cheque de bacteria, chequeo de partes electrónica, chequeo fuga de corriente, limpieza transductores.	Preventivo	Trimestral	6/12/2024	9/12/2024			X		X			X			X	Bueno en uso
Monitol fetal en total 02 unidades	Parte externa	Chequeo partes electrónica, chequeo fuga de corriente, limpieza transductores	Preventivo	Trimestral	6/12/2024	9/12/2024			X		X			X			X	Bueno en uso
Nebulizador en total 05 unidades	Parte interna y externa	Limpieza del equipo, prueba de funcionamiento, verificación de vibraciones 0 ruido, verificación eléctrica y prueba de funcionamiento	Preventivo	Trimestral	6/1/2024	6/1/2024			X		X			X			X	Bueno en uso
Negatoscopio en total 15	lamparas, interruptores y cable	Chequeo lámpara fluorescente 20w, Interruptor de encendido, cable eléctrico.	Preventivo	Trismetral	6/13/2024	9/13/2024			X		X			X			X	Bueno en uso
Otoscopio	Limpieza general	Limpieza y desinfeccion, cambio de baterias.	preventivo	Trimestral	6/13/2024	9/13/2024			X		X			X			X	Bueno en uso

Unidad odontologica (01)	Parte externa e interna	Mantenimiento general, chequeo de fugas (agua aire), chequeo partes eléctricas, regulación y calibración de presión.	Preventivo	Trimestral	6/5/2024	9/5/2024			X				X			X		X	Bueno en uso
Rayos X dental (01)	Mantenimiento y limpieza	Chequeo eléctrico, limpieza general, prueba de funcionamiento.	Preventivo	Semestral	6/5/2024	9/5/2024							X					X	Bueno en uso
Nevera de gas 01	Chequeo general	lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento, regulación de temperatura.	Preventivo	Bimestral	6/13/2024	8/13/2024		X		X			X		X	X		X	Bueno en uso
Nevera en Total 06	Chequeo general	Matenimiento completo, verificar los cables y prueba de funcionamiento.	Preventivo	Trimestral	6/13/2024	13/052024			X				X		X			X	Bueno en uso
Sonografo en total 02	Parte Externa	Cheque de funcionamiento y limpieza.	Preventivo	Trimestral	6/13/2024	9/13/2024			X				X		X			X	Bueno en uso
Televisores en total 06	Parte externa	Chequeo de funcionamiento y limpieza.	Preventivo	Trimestral	6/13/2024	9/13/2024			X				X		X			X	Bueno en uso
Video colposcopio 01	Parte externa	Limpieza general y desinfección y cheque de partes eléctricas	Preventivo	Trimestral	6/5/2024	9/5/2024			X				X		X			X	Bueno en uso
Infraestructura	Pintura, techos, muros, parques y sotea.	Mantenimieto de pintura donde sea necesario, matenimiento en la sotea, señalizacion de los parques, aceras y contenes, red electrica etc	Preventivo/ Correctivo	Trimestral	6/10/2024	9/10/2024			X				X		X			X	EN LA ACTUALIDA ESTAMOS REMODELANDO EL AREA DE ALMACEN, AREA DE REUNIONES, Y LAVANDERIA
Pisos generales	Pisos de marmol, piso de ceramica y terraza.	Mantenimiento general, y correccion si hay fallas	Preventivo/ Correctivo	Diario	Diario		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Bueno en uso
Equipos de lavanderia	Desagues, lavadora y secadora	Mantenimie de los conductos de agua, chuequeo de las partes electricas y prua de funcionamiento.	Preventivo/ Correctivo	Trimestral	6/3/2024	9/18/2024			X				X		X			X	se esta remodelando el area para instalar una secadora y una lavadora nueva
Moviliario oficinas y consultorios	Escritorios, Sillones, Bancos, Archivo y Estanteria	Apriete de tornillos y ajuste.	Preventivo/ Correctivo	Mensual	2/5/2024	3/5/2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Este tipo de mantenimiento tenemos que ejecutarlo a diario, ya que siempre los equipos de oficina requieren de una supervision continua
Malla perimetral	Parte interna y externa	Limpieza, poda de arboles y reparacion	Preventivo/ Correctivo	Trimestral	6/1/2024	9/1/2024			X				X		X			X	Se procedio a limpiar todas las malesas que le cubre, pero la misma se encuentra en mal estado.
Cisterna	Parte interna	Lavado, desinfeccion y clorificacion	Preventivo/ Correctivo	Semestral	6/30/2024	12/30/2024							X					X	
Control de plagas	Parte interna e externa	Desinfeccion en general y fumigacion	Preventivo/ Correctivo	Semestral	6/2/2024	12/2/2024							X					X	control aplicado.
Jardineria	arboles, jardines frontal y later	poda de arboles, poda de los jardines y fumigacion.	Preventivo/ Correctivo	Trimestral	6/1/2024	9/1/2024			X				X		X			X	todo en orden
Red electrica	Cuartos electricos, UPS Industrial,Toma corrietes, Lamparas de iluminacion, Tubos fluorescentes, Bombillos Interruptores y breaker.	Verificacion de todas las lamparas y bombillas, y reemplazarlo si alguna se encuentra dañada, verificacion de todos los toma corrientes e interruptores, verificacion de los Breaker, cheque de funcionamiento del UPS, verificacion de las bacterias del UPS.	Preventivo/ Correctivo	Mensual	7/11/2024	8/11/2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Se estan cambiando varias luces

