



HOSPITAL
TRAUMATOLÓGICO
DR. DARÍO CONTRERAS

PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS E
INFRAESTRUCTURA

WENDY C. MATA ACOSTA
ENC. DE SERVICIOS GENERALES

CONTENIDO

**PLAN DE LOS MANTENIMIENTO CORRECTIVOS Y PREVENTIVOS
DEL HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DR. DARIO CONTRERAS.**

GENERALIDADES

INTRODUCCIÓN

El debido desarrollo del mantenimiento hospitalario es fundamental para garantizar la seguridad del paciente, usuarios y operadores de los equipos. Además, el buen estado de los dispositivos e infraestructura hospitalario, son clave para una correcta prestación de servicio, productividad y calidad.

El siguiente plan de mejoramiento hospitalario, muestra la importancia de tener elaborado un plan de mantenimiento hospitalarios, dando a conocer igualmente las directrices a seguir para la correcta implementación del mismo, para así facilitar la detección temprana, solución y prevención de dificultades o fallos que se puedan presentar en la institución y así poder potencializar la calidad de nuestro servicio.

OBJETIVOS

- **General.**

Garantizar las óptimas condiciones de los equipos y las instalaciones en la infraestructura mediante el seguimiento, vigilancia y mantenimientos preventivos periódicos, que permitan ofrecer servicios oportunos, completos y confiables a los usuarios de este centro.

- **Específicos**

Establecer un plan de mantenimientos preventivo para la institución.

GENERALES DE LA SECCIÓN DE MANTENIMIENTO.

DESCRIPCIÓN:

El mantenimiento se define como la preservación o conservación de una edificación y su contenido, para que sirva a su propósito establecido. Algunos autores lo definen como el “conjunto de actividades desarrolladas con el fin de conservar las propiedades (inmuebles, equipos, instalaciones, herramientas), en condiciones de funcionamiento seguro, eficiente y económico, previniendo daños o reparándolos cuando ya se hubieran producido”.

El mantenimiento incluye las actividades y tareas que están orientadas a:

- Conservar en óptimas condiciones un bien, de acuerdo a sus especificaciones técnicas, con el fin de que este preste un buen servicio.
- Mantener en operación continua, confiable y económica un bien
- Preservar y alargar la vida útil de un bien, garantizando su adecuado funcionamiento según los estándares establecidos.

Tipos de Mantenimientos:

Considerando las formas de intervención en el mantenimiento, éste se puede clasificar en: *Preventivo Intervención periódica y programada* para evaluar el estado de funcionamiento de un bien con la finalidad de identificar fallas para lograr que los equipos, instalaciones y la infraestructura física estén en completa operación y en niveles óptimos de eficiencia. Ésta incluye: inspecciones (de funcionamiento y de seguridad), ajustes, reparaciones, análisis, limpieza, lubricación y calibración.

Entre las ventajas que genera este tipo de mantenimiento se tienen:

- Confiabilidad en la operación de los bienes generando mejores
- Condiciones de seguridad.
- Disminución del tiempo muerto debido a la interrupción del servicio.
- Mayor duración de los equipos e instalaciones.
- Menor costo de reparación.

Predictivo; Es la intervención que se realiza en los equipos que aparentemente se encuentran en perfecto estado; sin embargo, cuando los medimos o evaluamos con algunas herramientas comenzamos a detectar fallas. A diferencia del preventivo, que debe aplicarse en conjunto, el mantenimiento predictivo puede aplicarse por pasos.

Este tipo de mantenimiento tiene las siguientes ventajas:

- Reduce los tiempos de parada del equipo.
- Facilita hacer el seguimiento de la evolución de un defecto, se sugiere contar con una bitácora que permita la verificación, tanto periódica como de lo accidental, lo que puede ser usado en el mantenimiento correctivo.
- Optimiza la gestión del personal de la unidad de mantenimiento.
- Permite conocer con exactitud el tiempo límite de actuación que no implique el desarrollo de un fallo imprevisto.
- Facilita el análisis de las averías.

Correctivo; Es el conjunto de procedimientos utilizados para la reparación o corrección de las fallas de un bien que presenta mal funcionamiento o inadecuado rendimiento. La falta de implementación del mantenimiento correctivo en forma oportuna y eficiente puede generar:

- Desconfianza en la utilización de los bienes debido a los riesgos que se pueden producir.
- Tiempo indefinido del bien fuera de servicio, lo que afecta la producción del establecimiento de salud.
- Reducción del tiempo de vida útil de los bienes.
- Incremento de la carga de trabajo para el personal de la unidad de mantenimiento.
- Un mayor costo por las reparaciones que se tienen que realizar.

Mantenimiento de la Infraestructura:

El mantenimiento de la infraestructura física está relacionado a las acciones orientadas a conservar o restaurar en condiciones aceptables la edificación, lo cual incluye: limpieza, inspección, reparación y reemplazo de los elementos dañados o deteriorados.

Debemos considerar que todas las edificaciones se deterioran en un cierto plazo de tiempo debido a los efectos del clima, el uso y el desgaste de los elementos. Sin embargo, este proceso inevitable puede ser controlado, y la vida física de los establecimientos prolongada si se mantienen apropiadamente.

El mantenimiento de la infraestructura física del servicio tiene como objetivos:

- Prolongar la vida útil de la infraestructura física.
- Mejorar la capacidad operativa de los servicios.
- Incrementar la seguridad del establecimiento ante los desastres.
- Reducir las tasas de deterioro de las edificaciones.
- Disminuir el costo de reparación y reemplazo.

Mantenimiento de Equipo e Infraestructura:

- Mantenimiento Preventivo.
- Mantenimiento Correctivo.
- Mantenimientos especiales.
- Instalación, mantenimiento y corrección de averías de equipos médicos.
- Mantenimiento de Pintura en todas las áreas del hospital
- Mantenimiento y corrección de avería a nivel de las instalaciones eléctricas.
- Mantenimiento y corrección de avería a nivel de las instalaciones sanitarias.
- Mantenimiento y corrección de avería en la caldera, equipos de aires acondicionados, bombas de agua y cisterna, plantas de tratamiento de agua, subestación eléctrica, obra de toma y línea de acueducto, generadores eléctricos de emergencia, bombas de vacío, tanques de oxígeno, compresores de aires.
- Carpintería, herrería, albañilería.
- Supervisión de la infraestructura, supervisión de equipos.

Periodicidad del Mantenimiento Programado

Descripción	Mensual	Trimestral	Semestral	Anual
Aspecto pintura Interior y Exterior				
Pisos generales				
Herrería ventanas y puertas				
Ventanas				
Equipos de Cocina				
Lona Asfáltica				
Parqueos y aceras				
Mobiliario de Oficina y consultorio				
Malla perimetral				
Plantas Eléctricas				
Jardinería				
Sistema de distribución de agua (tinacos-bombas)				

1. Periodicidad del Mantenimiento Programado

Descripción	Mensual	Trimestral	Semestral	Anual
Sistemas de aires acondicionado				
Generadores eléctricos de emergencia				
Iluminación Interior				
Iluminación exterior				
Sistemas de Plomería				
Filtraciones				
Transformadores				
Instalaciones eléctricas interiores				
Sistemas de energía ininterrumpida (UPS)				

Desarrollo del Plan de Mantenimiento

De acuerdo a lo establecido en el DADM-PI-010-V1 versión 01 del Servicio Nacional, El Plan de mantenimiento será dictado en función al cronograma que establece la periodicidad en que serán realizados los trabajos, según sea su clasificación, es decir lo correspondiente a la infraestructura física, aspectos eléctricos y equipos. A su vez, se definirán los aspectos que deben ser revisados en su evaluación preventiva, así como el personal responsable en realizar dicha acción. Estos aspectos quedaran asentados en los formularios establecidos para los fines con el propósito de disponer de los registros o evidencias que garanticen la ejecución del plan de mantenimiento.

Para cumplir con esto, el hospital realiza el plan anual de Mantenimiento 2025 en Coordinación con el Departamento de Calidad de los Servicios, la Sección de Servicios Generales y la aprobación de la Dirección general de la institución.

Anexo el plan a este documento.

HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DR. DARIO CONTRERAS.

CRONOGRAMA PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO

2025
Santo Domingo

DESCRIPCION	LOCALIZACION	ESTADO	PERIODICIDAD	FECHA (D/M/A)	ACTIVIDAD	RESPONSABLE
PLANTA ELÉCTRICA DIÉSEL DE 1000 KVA	GENERADOR ELECTRICO DE EMERGENCIA.	BUENO	DIARIO	Todo el año	<ul style="list-style-type: none"> a) Cambio filtro de aceite. b) Limpieza de polos de baterías/suministro de agua de batería. c) Cambiar el elemento anticorrosivo del agua. d) Cambio de los filtros de combustible. e) Cambio de aceite. f) Mantenimiento preventivo en general. g) Limpieza y el protocolo correspondiente según propuesta y contrato. 	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DR. DARIO CONTRERAS
PLANTA ELÉCTRICA DIÉSEL DE 500 KVA	GENERADOR ELECTRICO DE EMERGENCIA.	BUENO	Diario	Todo el año	<ul style="list-style-type: none"> a) Cambio filtro de aceite. b) Limpieza de polos de baterías/suministro de agua de batería. c) Cambiar el elemento anticorrosivo del agua. d) Cambio de los filtros de combustible. e) Cambio de aceite f) Mantenimiento preventivo en general. g) Limpieza y el protocolo correspondiente según propuesta y contrato 	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DR. DARIO CONTRERAS
Subestación eléctrica	GENERADOR ELECTRICO DE EMERGENCIA.	BUENO	Mensual	Enero 2024 Febrero 2024 Marzo 2024 Abril 2024 Mayo 2024 Junio 2025 Julio 2025 Agosto 2025 septiembre 2025 Octubre 2025 Noviembre 2025 Diciembre 2025	<ul style="list-style-type: none"> a) cambio filtro de aceite. b) Limpieza de polos de baterías/suministro de agua de batería. c) Cambiar el elemento anticorrosivo del agua. d) Cambio de los filtros de combustible. e) Cambio de aceite. f) Mantenimiento preventivo en general, limpieza y el protocolo correspondiente según propuesta y contrato. 	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DR. DARIO CONTRERAS
Mantenimiento de red eléctrica	MANTENIMIENTO	BUENO	Diario	Todo el año	<ul style="list-style-type: none"> a) Inspección de cuartos eléctricos. b) Cambio de tubos fluorescentes y lámparas. c) Inspecciones de tomas corrientes e interruptoras, cambio si requiere y revisión en general. 	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DR. DARIO

						CONTRERAS
DESCRIPCION	LOCALIZACION	ESTADO	PERIODICIDAD	FECHA (D/M/A)	ACTIVIDAD	RESPONSABLE
Mantenimiento de red eléctrica	MANTENIMIENTO 2do. nivel	BUENO	Mensual	Enero 2025 Febrero 2025 Marzo 2025 Abril 2025 Mayo 2025 Junio 2025 Julio 2025 Agosto 2025 septiembre 2025 Octubre2025 Noviembre 2025 Diciembre 2025	<ul style="list-style-type: none"> a) Inspección de cuartos eléctricos. Cambio de tubos fluorescentes y lámparas. b) Inspección de toma corriente e interruptora. c) Cambio si requiere y revisión en general. 	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DR. DARIO CONTRERAS
Mantenimiento De Infraestructura Y Planta Física	MANTENIMIENTO 2do nivel.	Bueno	Mensual	Enero 2025 Febrero 2025 Marzo 2025 Abril 2025 Mayo 2025 Junio 2025 Julio 2025 Agosto 2025 septiembre 2025 Octubre2025 Noviembre 2025 Diciembre 2025	<ul style="list-style-type: none"> a. Revestimiento De Paredes b. Revestimiento De Piso Con Resina Epoxi. c. Resane De Paredes d. Corrección De Fisura En Techo 	Pintor Y Albañil H.D.D.C Electricista
Mantenimiento De Infraestructura Y Planta Física	MANTENIMIENTO 2do nivel.	Bueno	Mensual	Enero 2025 Febrero 2025 Marzo 2025 Abril 2025 Mayo 2025 Junio 2025 Julio 2025 Agosto 2025 septiembre 2025 Octubre2025 Noviembre 2025 Diciembre 2025	<ul style="list-style-type: none"> a) Revestimiento De Paredes b) Revestimiento De Piso Con Resina Epoxi c) Resane De Paredes d) Corrección De Fisura En Techo 	Pintor Y Albañil H.D.D.C Electricista
Acondicionador de aire ductable	Planta Física	Bueno	Diario/Semanal/Mensual	Todo el Año	Revisión General, limpieza, carga de gas, revisión de sistema eléctrico y lubricación de todo el equipo - Verificar funcionamiento, reparación e inspección de ductos, cambio e insulación de tubería	Técnico De Refrigeración Y Eléctricos

					de cobre.	
DESCRIPCION	LOCALIZACION	ESTADO	PERIODICIDAD	FECHA (D/M/A)	ACTIVIDAD	RESPONSABLE
Acondicionador de arie Split de 12-18-24 Btu	Planta Física	Bueno	Diario/Semanal/Mensual	Todo el Año	Revisión General, limpieza, carga de gas, revisión de sistema eléctrico y lubricación de todo el equipo - Verificar funcionamiento, reparación e inspección de ductos, cambio e insulación de tubería de cobre.	Técnico De Refrigeración Y Eléctricos
Acondicionador de arie	Planta Física	Bueno	Diario/Semanal/Mensual	Todo el Año	Revisión General, limpieza, carga de gas, revisión de sistema eléctrico y lubricación de todo el equipo - Verificar funcionamiento, reparación e inspección de ductos, cambio e insulación de tubería de cobre.	Técnico De Refrigeración Y Eléctricos
Acondicionador de arie	Planta Física	Bueno	Diario/Semanal/Mensual	Todo el Año	Revisión General, limpieza, carga de gas, revisión de sistema eléctrico y lubricación de todo el equipo - Verificar funcionamiento, reparación e inspección de ductos, cambio e insulación de tubería de cobre.	Técnico De Refrigeración Y Eléctricos
Aire Acondicionado	Planta Física	Bueno	Diario/Semanal/Mensual	Todo el Año	Revisión General, limpieza, carga de gas, revisión de sistema eléctrico y lubricación de todo el equipo - Verificar funcionamiento, reparación e inspección de ductos, cambio e insulación de tubería de cobre.	Técnico De Refrigeración Y Eléctricos
Nevera Panorámica	Farmacia	Bueno	Semestral	Junio-Diciembre 2025	Revisión General, limpieza, carga de gas, revisión de sistema eléctrico y lubricación de todo el equipo - Verificar funcionamiento.	Técnico De Refrigeración Y Eléctricos
Nevera	LABORATORIO	Bueno	Semestral	Junio-Diciembre 2025	Revisión General, limpieza, carga de gas, revisión de sistema eléctrico y lubricación de todo el equipo - Verificar funcionamiento.	Técnico De Refrigeración Y Eléctricos

Nevera	vacunacion	Bueno	Semestral	Junio-Diciembre 2025	Revisión General, limpieza, carga de gas, revisión de sistema eléctrico y lubricación de todo el equipo - Verificar funcionamiento.	Técnico De Refrigeración Y Eléctricos
Nevera	Farmacia	Bueno	Semestral	Junio-Diciembre 2025	Revisión General, limpieza, carga de gas, revisión de sistema eléctrico y lubricación de todo el equipo - Verificar funcionamiento.	Técnico De Refrigeración Y Eléctricos

DESCRIPCION	LOCALIZACION	ESTADO	PERIODICIDAD	FECHA (D/M/A)	ACTIVIDAD	RESPONSABLE
Otoscopio	Emergencia	Bueno	Trimestral	Marzo 2025 Junio 2025 Septiembre 2025 Diciembre 2025	Limpieza y desinfección. Cambio de las baterías, asegurándose de que no haya signos de corrosión u oxidación. Siempre reemplace AMBAS pilas. Se recomiendan baterías alcalinas. Retírelas baterías del mango si el instrumento no se va a utilizar durante un período prolongado de tiempo.	HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DR. DARIO CONTRERAS
Nevera De Gas	Vacunación	Bueno	Trimestral	Marzo 2025 Junio 2025 Septiembre 2025 Diciembre 2025	Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento, regulación de temperatura.	HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DR. DARIO CONTRERAS
Lavadora LG	Aseo general	Bueno	Semestral	Junio-Diciembre 2025	Revisión General, limpieza, carga de gas, revisión de sistema eléctrico y lubricación de todo el equipo - Verificar funcionamiento.	HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DR. DARIO CONTRERAS
BAMBA DE VACIO M/BVSCLT R5	Mantenimiento	Bueno	Semestral	Junio-Diciembre 2025	Revisión General, limpieza, carga de gas, revisión de sistema eléctrico y lubricación de todo el equipo - Verificar funcionamiento.	Departamento de mantenimiento del Hospital Dr. Dario Contreras.
BAMBA DE VACIO M/BVSCLT R5	Mantenimiento	Bueno	Semestral	Junio-Diciembre 2025	Revisión General, limpieza, carga de gas, revisión de sistema eléctrico y lubricación de todo el equipo - Verificar funcionamiento.	Departamento de mantenimiento del Hospital Dr. Dario Contreras.

MAQUINA AMOLADORA	Mantenimiento	Bueno	Semestral	Junio-Diciembre 2025	Revisión General, limpieza, carga de gas, revisión de sistema eléctrico y lubricación de todo el equipo - Verificar funcionamiento.	Departamento de mantenimiento del Hospital Dr. Dario Contreras.
BOMBA AMICO	Mantenimiento	Bueno	Semestral	Junio-Diciembre 2025	Revisión General, limpieza, carga de gas, revisión de sistema eléctrico y lubricación de todo el equipo - Verificar funcionamiento.	Departamento de mantenimiento del Hospital Dr. Dario Contreras.
MODULO DE CONTROL AMICO	Mantenimiento	Bueno	Semestral	Junio-Diciembre 2025	Revisión General, limpieza, carga de gas, revisión de sistema eléctrico y lubricación de todo el equipo - Verificar funcionamiento.	Departamento de mantenimiento del Hospital Dr. Dario Contreras.
SISTEMA DE CONTROL AMICO	Mantenimiento	Bueno	Semestral	Junio-Diciembre 2025	Revisión General, limpieza, carga de gas, revisión de sistema eléctrico y lubricación de todo el equipo - Verificar funcionamiento.	Departamento de mantenimiento del Hospital Dr. Dario Contreras.
TORRE DE SECADO	Mantenimiento	Bueno	Trimestral	Marzo 2025 Junio 2025 Septiembre 2025 Diciembre 2025	Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento, regulación de temperatura.	HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DR. DARIO CONTRERAS
EVAPORADOR CARRIER	Mantenimiento	Bueno	Trimestral	Marzo 2025 Junio 2025 Septiembre 2025 Diciembre 2025	Limpieza general, lavado externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento, regulación de temperatura.	HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DR. DARIO CONTRERAS
ALMACEN	Mantenimiento	Bueno	Mensual	Enero 2025 Febrero 2025 Marzo 2025 Abril 2025 Mayo 2025 Junio 2025 Julio 2025 Agosto 2025 septiembre 2025 Octubre2025 Noviembre 2025 Diciembre 2025	Revisión y verificación de las piezas mecánicas - Verificación del voltaje de alimentación y del sistema electrónico - Verificación del estado del tablero digital -	HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DR. DARIO CONTRERAS
BOMBA DE GASOIL	MANTENIMIENTO	BUENO	Mensual	Enero 2024 Febrero 2024 Marzo 2024 Abril 2024 Mayo 2024 Junio 2025 Julio 2025	g) cambio filtro de aceite. h) Limpieza de polos de baterías/suministro de agua de batería. i) Cambiar el elemento anticorrosivo del agua. j) Cambio de los filtros de	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DR. DARIO

				Agosto 2025 septiembre 2025 Octubre2025 Noviembre 2025 Diciembre 2025	combustible. k) Cambio de aceite. l) Mantenimiento preventivo en general, limpieza y el protocolo correspondiente según propuesta y contrato.	CONTRERAS
TANQUE DE SISTEMA DE OSMOSIS	Mantenimiento	Bueno	Trimestral	Marzo 2025 Junio 2025 Septiembre 2025 Diciembre 2025	Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento, regulación detemperatura.	HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DR. DARIO CONTRERAS

DESCRIPCION	LOCALIZACION	ESTADO	PERIODICIDAD	FECHA (D/M/A)	ACTIVIDAD	RESPONSABLE
NEBULIZADORES	EMERGENCIA	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo 2025 Junio 2025 Septiembre 2025 Diciembre 2025	Mantenimiento general, limpieza del equipo, cambio de filtro, lubricación del motor, engrase, prueba de funcionamiento, verificación de vibraciones o ruido en exceso	HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DR. DARIO CONTRERAS
TRES ELECTROCARDIOGRAMA CON SU CARRO	EMERGENCIA	BUENO	Trimestral	Marzo 2025 Junio 2025 Septiembre 2025 Diciembre 2025	Limpieza general, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento, regulación de temperatura.	HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DR. DARIO CONTRERAS
ELECTROCARDIOGRAMA, COMEN M/CM300, COLOR CREMA	EMERGENCIA	BUENO	Trimestral	Marzo 2025 Junio 2025 Septiembre 2025 Diciembre 2025	Limpieza general, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento, regulación de temperatura.	HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DR. DARIO CONTRERAS
CINCO CAMAS ELECTRICAS, EN METAL CON 4 RUEDAS	REANIMACION	BUENO	Trimestral	Marzo 2025 Junio 2025 Septiembre 2025 Diciembre 2025	Limpieza general, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento, regulación de temperatura.	HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DR. DARIO CONTRERAS

DESCRIPCION	LOCALIZACION	ESTADO	PERIODICIDAD	FECHA (D/M/A)	ACTIVIDAD	RESPONSABLE
-------------	--------------	--------	--------------	---------------	-----------	-------------

DESCRIPCION	LOCALIZACION	ESTADO	PERIODICIDAD	FECHA (D/M/A)	ACTIVIDAD	RESPONSABLE
SIETE CAMAS DE HOSPITALIZACION C/ BARANDAS, C/ BLANCO Y AZUL	REANIMACION DE EMERGENCIA	BUENO	Trimestral	Marzo 2025 Junio 2025 Septiembre 2025 Diciembre 2025	Limpieza general, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento,.	HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DR. DARIO CONTRERAS
4 PANELES DE SIGNOS VITALES	REANIMACION	BUENO	Trimestral	Marzo 2025 Junio 2025 Septiembre 2025 Diciembre 2025	Limpieza general, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento, regulación detemperatura.	HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DR. DARIO CONTRERAS.
MONITOR DE SIGNOS VITALES, PORTATIL, BASE METAL 5 RUEDAS	REANIMACION	BUENO	Trimestral	Marzo 2025 Junio 2025 Septiembre 2025 Diciembre 2025	Limpieza general, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento, regulación detemperatura.	HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DR. DARIO CONTRERAS.
ASPIRADOR MOVIL MADA 172B52	REANIMACION	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo 2025 Junio 2025 Septiembre 2025 Diciembre 2025	Revisión de componentes, Verificación de paletas, Limpieza e inspección de paletas, Inspección de panel frontal, Reparación fuente de alimentación, Ajuste printer calibración térmico (SI REQUIERE), Verificación de desfibrilación sincrónica, Revisión kit baterías, Prueba del cable de paciente, Limpieza y ajuste general, Ajustedel armazón.	HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DR. DARIO CONTRERAS.

DESCRIPCION	LOCALIZACION	ESTADO	PERIODICIDAD	FECHA (D/M/A)	ACTIVIDAD	RESPONSABLE
-------------	--------------	--------	--------------	---------------	-----------	-------------

DESCRIPCION	LOCALIZACION	ESTADO	PERIODICIDAD	FECHA (D/M/A)	ACTIVIDAD	RESPONSABLE
NEGATOSCOPIO	REANIMACION	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo 2025 Junio 2025 Septiembre 2025 Diciembre 2025	Chequeo lámpara fluorescente 20w, Interruptor de encendido, cable ac, Mantenimiento preventivo.	HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DR. DARIO CONTRERAS.
SONOGRAFO M/MINDRAY	REANIMACION	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo 2025 Junio 2025 Septiembre 2025 Diciembre 2025	Chequeo partes electrónica, chequeo fuga de corriente, limpieza y mantenimiento electrodos de succión, chequeo parámetros	HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DR. DARIO CONTRERAS.
ELECTROCARDIOGR AFO M/COMEN CM300	REANIMACION	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo 2025 Junio 2025 Septiembre 2025 Diciembre 2025	Chequeo partes electrónica, chequeo fuga de corriente, limpieza y mantenimiento electrodos de succión, chequeo parámetros	HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DR. DARIO CONTRERAS.
VENTILADOR NEWPORT C235	REANIMACION	BUENO	Trimestral	Marzo 2025 Junio 2025 Septiembre 2025 Diciembre 2025	Limpieza general, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento, regulación detemperatura.	HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DR. DARIO CONTRERAS.

DESCRIPCION	LOCALIZACION	ESTADO	PERIODICIDAD	FECHA (D/M/A)	ACTIVIDAD	RESPONSABLE
-------------	--------------	--------	--------------	---------------	-----------	-------------

DESCRIPCION	LOCALIZACION	ESTADO	PERIODICIDAD	FECHA (D/M/A)	ACTIVIDAD	RESPONSABLE
ASPIRADOR MOVIL GOMCO 3040	REANIMACION	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo 2025 Junio 2025 Septiembre 2025 Diciembre 2025	Revisión de componentes, Verificación de paletas, Limpieza e inspección de paletas, Inspección de panel frontal, Reparación fuente de alimentación, Ajuste printer calibración térmico (SI REQUIERE), Verificación de desfibrilación sincrónica, Revisión kit baterías, Prueba del cable de paciente, Limpieza y ajuste general, Ajustedel armazón.	HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DR. DARIO CONTRERAS.
DEFIBRILADOR LIFEPAK ZOE	REANIMACION	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo 2025 Junio 2025 Septiembre 2025 Diciembre 2025	Revisión de componentes, Verificación de paletas, Limpieza e inspección de paletas, Inspección de panel frontal, Reparación fuente de alimentación, Ajuste printer calibración térmico (SI REQUIERE), Verificación de desfibrilación sincrónica, Revisión kit baterías, Prueba del cable de paciente, Limpieza y ajuste general, Ajustedel armazón.	HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DR. DARIO CONTRERAS.
TRES LAMAPARAS DE CUELLO TIPO GANSO, ACERO INOXIDABLE	REANIMACION	Bueno	Trimestral	Marzo 2025 Junio 2025 Septiembre 2025 Diciembre 2025	Comprobación alimentación eléctrica , Cambio de cable alimentación AC (si requiere) , Cambio de portalámpara (si requiere) , Cambio portabombillos (si requiere) , Reemplazo bombillo halogeno (de ser necesario) , Cambio bombillo corriente (si requiere), Reparación fuente alimentación (si requiere) , Cromado general (si es necesario) , Cambio interruptor encendido (si es necesario) , Limpieza y ajuste general , Comprobación de funcionamiento.	Departamento de mantenimiento del Hospital Dr. Dario Contreras.
Auto Clave DENTAL DE VAPOR DE MESA	CONSULTORIOS BUCO-MAXILO	Bueno	Trimestral	Marzo 2025 Junio 2025 Septiembre 2025 Diciembre 2025	Se realiza limpieza del equipo, Revisión de voltaje de red y polo tierra, Revisión del regulador, controlador o termostato mecánico, según sea el caso, Limpieza de latorjeta electrónica y componentes eléctricos, Realizar la prueba de funcionamiento del equipo haciendo tomas de temperatura en 5 puntos diferentes y en diferentes tiempos con una termocupla (Fluke), Verificación de temperatura ambiente interna durante 24h. Revisar temperatura y humedad ambiente externa con patrón calibrado, Verificar integridad y funcionamiento de sensor	HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DR. DARIO CONTRERAS.

DESCRIPCION	LOCALIZACION	ESTADO	PERIODICIDAD	FECHA (D/M/A)	ACTIVIDAD	RESPONSABLE
					decontrol.	

DESCRIPCION	LOCALIZACION	ESTADO	PERIODICIDAD	FECHA (D/M/A)	ACTIVIDAD	RESPONSABLE
Unidad Dental CON SU LAMPARA, BANDEJA, BANQUETA DE 5 RUEDAS, LAVAMANOS Y SILLON RECLINABLE	CONSULTORIOS BUCO-MAXILO	BUENO	Trimestral	Marzo 2025 Junio 2025 Septiembre 2025 Diciembre 2025	Limpieza general, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento, regulación detemperatura.	HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DR. DARIO CONTRERAS.
TRES RAYOS X DE PARED, 127v-60Hz	CONSULTORIOS BUCO-MAXILO	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo 2025 Junio 2025 Septiembre 2025 Diciembre 2025	Verificación funcionamiento de las placas de retención, chequeo interruptor de disparo, verificación línea de tensión, chequeo selectores de kv , amp.	HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DR. DARIO CONTRERAS.
Unidad Dental CON SU LAMPARA, BANDEJA, BANQUETA DE 5 RUEDAS, LAVAMANOS Y SILLON RECLINABLE	CONSULTORIOS BUCO-MAXILO	BUENO	Trimestral	Marzo 2025 Junio 2025 Septiembre 2025 Diciembre 2025	Limpieza general, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento.	HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DR. DARIO CONTRERAS.

DESCRIPCION	LOCALIZACION	ESTADO	PERIODICIDAD	FECHA (D/M/A)	ACTIVIDAD	RESPONSABLE
TRES NEGATOSCOPIO DE 1 CUERPO	CONSULTORIOS BUCO-MAXILO	BUENO	Trimestral	Marzo 2025 Junio 2025 Septiembre 2025 Diciembre 2025	Chequeo lámpara fluorescente 20w, Interruptor de encendido, cable ac, Mantenimiento preventivo.	HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DR. DARIO CONTRERAS.

DESCRIPCION	LOCALIZACION	ESTADO	PERIODICIDAD	FECHA (D/M/A)	ACTIVIDAD	RESPONSABLE
Aspirador TORACICO, BASE NIQUELADA Y NARANJA	CONSULTORIOS BUCO-MAXILO	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo 2025 Junio 2025 Septiembre 2025 Diciembre 2025	Revisión de componentes, Verificación de paletas, Limpieza e inspección de paletas, Inspección de panel frontal, Reparación fuente de alimentación, Ajuste printer calibración térmico (SI REQUIERE), Verificación de desfibrilación sincrónica, Revisión kit baterías, Prueba del cable de paciente, Limpieza y ajuste general, Ajuste del armazón.	HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DR. DARIO CONTRERAS.
DOS NEGATOSCOPIO	AREA DE RADIOGRAFIA MAXILO FACIAL	BUENO	Trimestral	Marzo 2025 Junio 2025 Septiembre 2025 Diciembre 2025	Chequeo lámpara fluorescente 20w, Interruptor de encendido, cable ac, Mantenimiento preventivo.	HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DR. DARIO CONTRERAS.
RAYOS X PANORAMICO	AREA DE RADIOGRAFIA MAXILO FACIAL	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo 2025 Junio 2025 Septiembre 2025 Diciembre 2025	Verificación funcionamiento de las placas de retención, chequeo interruptor de disparo, verificación línea de tensión, chequeo selectores de kv , amp.	HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DR. DARIO CONTRERAS.

DESCRIPCION	LOCALIZACION	ESTADO	PERIODICIDAD	FECHA (D/M/A)	ACTIVIDAD	RESPONSABLE
MESA DE ACERO INOXIDABLE 3 NIVELES	AREA DE RADIOGRAFIA MAXILO FACIAL	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo 2025 Junio 2025 Septiembre 2025 Diciembre 2025	Mantenimiento preventivo en general, Verificación de posiciones, Engrase de piñonería, Inspección de hidráulico, Cambio de hidráulico, Verificación de frenos, Limpieza y ajuste general, Testde funcionamiento.	HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DR. DARIO CONTRERAS.

DESCRIPCION	LOCALIZACION	ESTADO	PERIODICIDAD	FECHA (D/M/A)	ACTIVIDAD	RESPONSABLE
SIETE PANELES LAMPARA, ESFIGNOMANOMETRO, AIRE, ASPIRADOR, RINOTOSCOPIO, OTOSCOPIO, OFTALMOSCOPIO	EMERGENCIA	BUENO	Trimestral	Marzo 2025 Junio 2025 Septiembre 2025 Diciembre 2025	Limpieza general, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento, regulación detemperatura.	HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DR. DARIO CONTRERAS.
MESA DE MAYO EN ACERO INOXIDABLE	EMERGENCIA	BUENO	Trimestral	Marzo 2025 Junio 2025 Septiembre 2025 Diciembre 2025	Limpieza general, chequeo de partes, prueba de funcionamiento.	HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DR. DARIO CONTRERAS.
SIETE CAMILLAS DE EMERGENCIA CON BARANDAS, RUEDAS Y RIELES	EMERGENCIA	BUENO	Trimestral	Marzo 2025 Junio 2025 Septiembre 2025 Diciembre 2025	Limpieza general, chequeo de partes, prueba de funcionamiento.	Departamento de mantenimiento del Hospital Dr. Dario Contreras.

DESCRIPCION	LOCALIZACION	ESTADO	PERIODICIDAD	FECHA (D/M/A)	ACTIVIDAD	RESPONSABLE
SIETE CAMILLAS	AREA DE TRIAJE EMERGENCIA	BUENO	Trimestral	Marzo 2025 Junio 2025 Septiembre 2025 Diciembre 2025	Limpieza general, chequeo de partes, prueba de funcionamiento.	Departamento de mantenimiento del Hospital Dr. Dario Contreras.
3 CAMILLAS	AREA DE SUTURA DE EMERGENCIA	BUENO	Trimestral	Marzo 2025 Junio 2025 Septiembre 2025 Diciembre 2025	Limpieza general, chequeo de partes, prueba de funcionamiento.	Departamento de mantenimiento del Hospital Dr. Dario Contreras.

DESCRIPCION	LOCALIZACION	ESTADO	PERIODICIDAD	FECHA (D/M/A)	ACTIVIDAD	RESPONSABLE
(4) MICROSCOPIO DE 2LENTES Y 4 FOCOS	LABORATORIO	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo 2025 Junio 2025 Septiembre 2025 Diciembre 2025	Limpieza de lentes, oculares, prismas, objetivos, diafragma, chequeo regulador de voltaje e interruptor de encendido, prueba de funcionamiento.	HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DR. DARIO CONTRERAS.
MICROCENTRIFUGA	LABORATORIO	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo 2025 Junio 2025 Septiembre 2025 Diciembre 2025	Mantenimiento general, limpieza del equipo, lubricación del motor, engrase, prueba de funcionamiento, verificación de vibraciones o ruido en exceso, calibración r.p.m.	HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DR. DARIO CONTRERAS.
Baño Termostatico	LABORATORIO	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo 2025 Junio 2025 Septiembre 2025 Diciembre 2025	Mantenimiento general, limpieza del equipo, lubricación del motor, engrase, prueba de funcionamiento, verificación de vibraciones o ruido en exceso, calibración r.p.m.	HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DR. DARIO CONTRERAS.
CENTRIFUGA DE 6 TUBOS (2)	LABORATORIO	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo 2025 Junio 2025 Septiembre 2025 Diciembre 2025	Mantenimiento general, limpieza del equipo, lubricación del motor, engrase, prueba de funcionamiento, verificación de vibraciones o ruido en exceso, calibración r.p.m.	HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DR. DARIO CONTRERAS.
MAQUINA DE HEMOGRAMA	LABORATORIO	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo 2025 Junio 2025 Septiembre 2025 Diciembre 2025	Limpieza, mantenimiento general, rastreo y limpieza de manguera de diluyente internamente, comprobación de (startus), calibración, lubricación de motor de jeringa y limpieza de sensor de jeringa Comida de muestras.	HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DR. DARIO CONTRERAS.

NEVERA	LABORATORIO	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo 2025 Junio 2025 Septiembre 2025 Diciembre 2025	Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento, regulación de temperatura.	HOSPITAL TRAUMATOLOGI CO DR. DARIO CONTRERAS.
NEVERA	LABORATORIO	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo 2025 Junio 2025 Septiembre 2025 Diciembre 2025	Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento, regulación de temperatura.	HOSPITAL TRAUMATOLOGI CO DR. DARIO CONTRERAS.

ROTADOR M/HEIDOLPH	LABORATORIO	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo 2025 Junio 2025 Septiembre 2025 Diciembre 2025	Limpiar superficialmente el equipo secándolo después con un paño seco. Si tiene manchas, utilice un poco de detergente con un paño ligeramente humedecido con agua. Si el material antideslizante de la plataforma puede quitarse hágalo y lávelo, Verifique el funcionamiento de las partes mecánicas del equipo: Plataforma, ejes y engranajes, lubrique si es necesario, Verifique los controles de velocidad y de tiempo para determinar si se encuentra dando los tiempos y velocidades fijados, Revise la alimentación eléctrica del equipo para detectar posibles peladuras, cortes o degradación del material aislante del conductor, Importante que cuando tenga un problema con el equipo lo reporte de inmediato al Departamento de Mantenimiento.	HOSPITAL TRAUMATOLOGI CO DR. DARIO CONTRERAS.
-----------------------	-------------	-------	------------	---	---	--

AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLEET	LABORATORIO	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo 2025 Junio 2025 Septiembre 2025 Diciembre 2025	Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento.	HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DR. DARIO CONTRERAS.
---------------------------------------	--------------------	--------------	-------------------	---	--	---

DESCRIPCION	LOCALIZACION	ESTADO	PERIODICIDAD	FECHA (D/M/A)	ACTIVIDAD	RESPONSABLE
DOS ASPIRADORES	UCI GENERAL	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo 2025 Junio 2025 Septiembre 2025 Diciembre 2025	Revisión general, Verificación de componentes y sistema, Ajuste de conexión de mangueras, Verificación de parámetros, Inspección de vaso recolector, Calibración y limpieza general, Prueba de funcionamiento.	HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DR. DARIO CONTRERAS.
DESFRILADOR PT 9000 B	UCI GENERAL	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo 2025 Junio 2025 Septiembre 2025 Diciembre 2025	Revisión de componentes, Verificación de paletas, Limpieza e inspección de paletas, Inspección de panel frontal, Reparación fuente de alimentación, Ajuste printer calibración térmico (SI REQUIERE), Verificación de desfibrilación sincrónica, Revisión kit baterías, Prueba del cable de paciente, Limpieza y ajuste general, Ajuste del armazón.	HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DR. DARIO CONTRERAS.
MONITOR	UCI GENERAL	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo 2025 Junio 2025 Septiembre 2025 Diciembre 2025	Chequeo partes electrónica, chequeo fugade corriente, limpieza transductores y mantenimiento preventivo	HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DR. DARIO CONTRERAS.
OCHO ELECTROCARDIOGRAMA	UCI GENERAL	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo 2025 Junio 2025 Septiembre 2025 Diciembre 2025	Chequeo partes electrónica, chequeo fuga de corriente, limpieza y mantenimiento electrodos de succión, chequeo parámetros	HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DR. DARIO CONTRERAS.

DOS ELECTRO CARDIOGRAFO MOVIL	UCI GENERAL	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo 2025 Junio 2025 Septiembre 2025 Diciembre 2025	Mantenimiento general, Verificación de componentes y perifericos, Calibración General, Cambio juego de chupas (si requiere), Juego de Electrodo para extremidades (si es necesario), Calibración, ajuste y limpieza general	HOSPITAL TRAUMATOLOG ICO DR. DARIO CONTRERAS.
NEBULIZADOR	UCI GENERAL	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo 2025 Junio 2025 Septiembre 2025 Diciembre 2025	Mantenimiento general, limpieza del equipo, cambio de filtro, lubricación del motor, engrase, prueba de funcionamiento,verificación de vibraciones o ruido en exceso	HOSPITAL TRAUMATOLOG ICO DR. DARIO CONTRERAS.
CAMA ELECTRICA, DE POSICION, PARA INTERNOS	UCI GENERAL	BUENO	Trimestral	Marzo 2025 Junio 2025 Septiembre 2025 Diciembre 2025	Limpieza general, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento,.	HOSPITAL TRAUMATOLOGIC O DR. DARIO CONTRERAS
TRECE PANELES DE SIGNOS VITALES	UCI GENERAL	BUENO	Trimestral	Marzo 2025 Junio 2025 Septiembre 2025 Diciembre 2025	Limpieza general, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento,.	HOSPITAL TRAUMATOLOG ICO DR. DARIO CONTRERAS.

DESCRIPCION	LOCALIZACION	ESTADO	PERIODICIDAD	FECHA (D/M/A)	ACTIVIDAD	RESPONSABLE
VENTILADOR SIARETRON 4000, GRIS	CI GENERAL	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo 2025 Junio 2025 Septiembre 2025 Diciembre 2025	Mantenimiento general, Cambio de bombillo(si requiere), Cambio de baterías (si es necesario), Ajuste y limpieza general, Comprobación funcionamiento	HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DR. DARIO CONTRERAS.
SEIS VENTITADORES NEW PORT MEDICAR C 235	UCI GENERAL	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo 2025 Junio 2025 Septiembre 2025 Diciembre 2025	Mantenimiento general, Cambio de bombillo(si requiere), Cambio de baterías (si es necesario), Ajuste y limpieza general, Comprobación funcionamiento	HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DR. DARIO CONTRERAS.
Maquina DE CALOR, DE 5 RUEDAS, ELECTRICA	UCI GENERAL	BUENO	Trimestral	Marzo 2025 Junio 2025 Septiembre 2025 Diciembre 2025	Limpieza general, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento, regulación detemperatura.	HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DR. DARIO CONTRERAS
SONOGRAFO MARCA CARESTREAM, GRIS	UCI GENERAL	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo 2025 Junio 2025 Septiembre 2025 Diciembre 2025	Limpieza general, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento.	HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DR. DARIO CONTRERAS.
MONITOR	UCI GENERAL	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo 2025 Junio 2025 Septiembre 2025 Diciembre 2025	Chequeo partes electrónica, chequeo fugade corriente, limpieza transductores y mantenimiento preventivo	HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DR. DARIO CONTRERAS.

DESCRIPCION	LOCALIZACION	ESTADO	PERIODICIDAD	FECHA (D/M/A)	ACTIVIDAD	RESPONSABLE
DIEZ CAMA ELECTRICA, EN METAL CON 4 RUEDAS	PRE-QUIRURGICO	BUENO	Trimestral	Marzo 2025 Junio 2025 Septiembre 2025 Diciembre 2025	Limpieza general, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento,.	HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DR. DARIO CONTRERAS.
DIEZ MONITORES DE SIG. VITALES	PRE-QUIRURGICO	BUENO	Trimestral	Marzo 2025 Junio 2025 Septiembre 2025 Diciembre 2025	Limpieza general, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento,.	HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DR. DARIO CONTRERAS.
ELECTROCARDIOGRAFO	PRE-QUIRURGICO	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo 2025 Junio 2025 Septiembre 2025 Diciembre 2025	Chequeo partes electrónica, chequeo fuga de corriente, limpieza y mantenimiento electrodos de succión, chequeo parámetros	HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DR. DARIO CONTRERAS.
NEBULIZADOR	PRE-QUIRURGICO	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo 2025 Junio 2025 Septiembre 2025 Diciembre 2025	Mantenimiento general, limpieza del equipo, cambio de filtro, lubricación del motor, engrase, prueba de funcionamiento, verificación de vibraciones o ruido en exceso	HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DR. DARIO CONTRERAS.
MESA DE CIRUGIA	PRE-QUIRURGICO	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo 2025 Junio 2025 Septiembre 2025 Diciembre 2025	Mantenimiento preventivo en general, Verificación de posiciones, Engrase depiñonería, Inspección de hidráulico, Cambio de hidráulico, Verificación defrenos, Limpieza y ajuste general, Testde funcionamiento.	HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DR. DARIO CONTRERAS.
(2) Lampara CuelloDe Ganso	Pre-Quirurgico	Bueno	Trimestral	Marzo 2025 Junio 2025 Septiembre 2025 Diciembre 2025	Comprobación alimentación eléctrica , Cambio de cable alimentación AC (si requiere) , Cambio de portalámpara (si requiere) , Cambio portabombillos (si requiere) , Reemplazo bombillo halogeno (de ser necesario) , Cambio bombillo corriente (si requiere), Reparación fuente alimentación (si requiere) , Cromado general (si es necesario) , Cambio interruptor encendido (si es necesario) , Limpieza y ajuste general , Comprobación de funcionamiento.	Departamento de mantenimiento del Hospital Dr. Dario Contreras.

DESCRIPCION	LOCALIZACION	ESTADO	PERIODICIDAD	FECHA (D/M/A)	ACTIVIDAD	RESPONSABLE
MONITOR	AREA DE CIRUGIA	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo 2025 Junio 2025 Septiembre 2025 Diciembre 2025	Chequeo partes electrónica, chequeo fuga de corriente, limpieza transductores y mantenimiento preventivo	HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DR. DARIO CONTRERAS.
ASPIRADOR	AREA DE CIRUGIA	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo 2025 Junio 2025 Septiembre 2025 Diciembre 2025	Revisión general, Verificación de componentes y sistema, Ajuste de conexión de mangueras, Verificación de parámetros, Inspección de vaso recolector, Calibración y limpieza general, Prueba de funcionamiento.	HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DR. DARIO CONTRERAS.
AUTOCLAVE	CENTRAL DE ESTERILIZACION	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo 2025 Junio 2025 Septiembre 2025 Diciembre 2025	Chequeo fuga de corriente, verificación de resistencias calentadoras, limpieza general.	HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DR. DARIO CONTRERAS.
CAUTERIO	AREA DE CIRUGIA	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo 2025 Junio 2025 Septiembre 2025 Diciembre 2025	Revisión y arreglo de perillas, Limpieza general interna, Revisión y arreglo de display, Limpieza general externa, Revisión de cable de energía y fusibles, Prueba de alarmas y conector de placas, Verificación de funcionamiento, con pedal y lápiz, Verificación de funcionamiento con cable y pinza bipolar.	HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DR. DARIO CONTRERAS.
MESA DE CIRUGIA	AREA DE CIRUGIA	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo 2025 Junio 2025 Septiembre 2025 Diciembre 2025	Mantenimiento preventivo en general, Verificación de posiciones, Engrase de piñonería, Inspección de hidráulico, Cambio de hidráulico, Verificación de frenos, Limpieza y ajuste general, Test de funcionamiento.	HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DR. DARIO CONTRERAS.
DIEZ ESFIGMOMANOMETROS	AREA DE CIRUGIA	BUENO	CADA VEZ QUE SE USE	TODO EL AÑO	DESINFECTAR ANTES Y LUEGO DE USAR.	HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DR. DARIO CONTRERAS.
DOCE FLUJOMETRO DE OXIGENO	AREA DE CIRUGIA	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo 2025 Junio 2025 Septiembre 2025 Diciembre 2025	MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN GENERAL, LIMPIEZA GENERAL EXTERNA.	HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DR. DARIO CONTRERAS.

DESCRIPCION	LOCALIZACION	ESTADO	PERIODICIDAD	FECHA (D/M/A)	ACTIVIDAD	RESPONSABLE
DIEZ OXIMETRO DE PULSO	AREA DE CIRUGIA	BUENO	DIARIO	CADA VEZ QUE SE USE.	Limpiar antes y despues de cada uso. Almacenar en un ambiente seco	HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DR. DARIO CONTRERAS.
TRES MESAS DE MAYO	AREA DE CIRUGIA	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo 2025 Junio 2025 Septiembre 2025 Diciembre 2025	Mantenimiento preventivo en general, Verificación de posiciones, Engrase depiñonería, Inspección de hidráulico, Cambio de hidráulico, Verificación defrenos, Limpieza y ajuste general, Testde funcionamiento.	HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DR. DARIO CONTRERAS.
RAYOS X DIGITAL MOVIL DRGEM TOPAZ 40KW	AREA DE CIRUGIA	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo 2025 Junio 2025 Septiembre 2025 Diciembre 2025	Verificación funcionamiento de las placas de retención, chequeo interruptor de disparo, verificación línea de tensión, chequeo selectores de kv , amp.	HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DR. DARIO CONTRERAS.
ASPIRADOR HOSPITECH MODELO 9a SERIE AH1250085	AREA DE CIRUGIA	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo 2025 Junio 2025 Septiembre 2025 Diciembre 2025	Revisión general, Verificación de componentes y sistema, Ajuste de conexión de mangueras, Verificaciónde parámetros, Inspección de vaso recolector, Calibración y limpieza general, Prueba de funcionamiento.	HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DR. DARIO CONTRERAS.
ASPIRADOR DE SECRECIONES	AREA DE CIRUGIA	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo 2025 Junio 2025 Septiembre 2025 Diciembre 2025	Revisión general, Verificación de componentes y sistema, Ajuste de conexión de mangueras, Verificaciónde parámetros, Inspección de vaso recolector, Calibración y limpieza general, Prueba de funcionamiento.	HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DR. DARIO CONTRERAS.
ASPIRADOR PORTATIL, M/MADAINC	AREA DE CIRUGIA	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo 2025 Junio 2025 Septiembre 2025 Diciembre 2025	Revisión general, Verificación de componentes y sistema, Ajuste de conexión de mangueras, Verificaciónde parámetros, Inspección de vaso recolector, Calibración y limpieza general, Prueba de funcionamiento.	HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DR. DARIO CONTRERAS.

DESCRIPCION	LOCALIZACION	ESTADO	PERIODICIDAD	FECHA (D/M/A)	ACTIVIDAD	RESPONSABLE
DOS ASPIRADOR	QUIROFANOS 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12.	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo 2025 Junio 2025 Septiembre 2025 Diciembre 2025	Revisión general, Verificación de componentes y sistema, Ajuste de conexión de mangueras, Verificación de parámetros, Inspección de vaso recolector, Calibración y limpieza general, Prueba de funcionamiento.	HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DR. DARIO CONTRERAS.
ARCO EN C RX	QUIROFANOS 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12.	BUENO	DIARIA	CADA VEZ QUE SE USE	Revisar cables, frenos, ruedas, relojes y baterías de la máquina.	HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DR. DARIO CONTRERAS.
MESA DE CIRUGIA	QUIROFANOS 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12.	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo 2025 Junio 2025 Septiembre 2025 Diciembre 2025	Mantenimiento preventivo general, Verificación de posiciones, Engrase de piñonería, Inspección de hidráulico, Cambio de hidráulico, Verificación de frenos, Limpieza y ajuste general, Test de funcionamiento.	HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DR. DARIO CONTRERAS.
MAQUINA DE ANESTESIA	QUIROFANOS 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12.	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo 2025 Junio 2025 Septiembre 2025 Diciembre 2025	ASEGURAR LAS CONDICIONES DE LOS TUBOS Y MANGUERAS. VERIFICAR QUE NO HAYA FUGAS. COMPROBAR FUNCIONAMIENTO DE LOS SENSORES Y TRANSDUCTORES.	HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DR. DARIO CONTRERAS.
DOS ELECTRO CAUTERIO	QUIROFANOS 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12.	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo 2025 Junio 2025 Septiembre 2025 Diciembre 2025	Revisión y arreglo de perillas, Limpieza general interna, Revisión y arreglo de display, Limpieza general externa, Revisión de cable de energía y fusibles, Prueba de alarmas y conector de placas, Verificación de funcionamiento, con pedal y lápiz, Verificación de funcionamiento con cable y pinza bipolar.	HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DR. DARIO CONTRERAS.

DESFIBRILADOR	QUIROFANOS 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12.	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo 2025 Junio 2025 Septiembre 2025 Diciembre 2025	Revisión de componentes, Verificación de paletas, Limpieza e inspección de paletas, Inspección de panel frontal, Reparación fuente de alimentación, Ajuste printer calibración térmico (SI REQUIERE), Verificación de desfibrilación sincrónica, Revisión kit baterías, Prueba del cable de paciente, Limpieza y ajuste general.	HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DR. DARIO CONTRERAS.
----------------------	---	--------------	-------------------	---	--	---

DESCRIPCION	LOCALIZACION	ESTADO	PERIODICIDAD	FECHA (D/M/A)	ACTIVIDAD	RESPONSABLE
MONITOR DE SIGNOS VITALES	QUIROFANOS 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12.	BUENO	Trimestral	Marzo 2025 Junio 2025 Septiembre 2025 Diciembre 2025	Limpieza general, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento.,	HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DR. DARIO CONTRERAS.
MAQUINA ANESTESIA	QUIROFANO DE MAXILO FACIAL	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo 2025 Junio 2025 Septiembre 2025 Diciembre 2025	ASEGURAR LAS CONDICIONES DE LOS TUBOS Y MANGUERAS. BERIFICAR QUE NO HAYA FUGAS. COMPROBAR FUNCIONAMIENTO DE LOS SENSORES Y TRANSDUCTORES.	HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DR. DARIO CONTRERAS.
Mesa De Cirugia ACERO INOXIDABLE, 60"x24"x35"	QUIROFANO DE MAXILO FACIAL	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo 2025 Junio 2025 Septiembre 2025 Diciembre 2025	Mantenimiento preventivo en general, Verificación de posiciones, Engrase de piñonería, Inspección de hidráulico, Cambiote hidráulico, Verificación de frenos, Limpieza y ajuste general, Test de funcionamiento.	HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DR. DARIO CONTRERAS.
LAMPARA QUIRURGICA	QUIROFANO DE MAXILO FACIAL	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo 2025 Junio 2025 Septiembre 2025 Diciembre 2025	Mantenimiento preventivo en general, Verificación de posiciones, Engrase de piñonería, Inspección de hidráulico, Cambiote hidráulico, Verificación de frenos, Limpieza y ajuste general, Test de funcionamiento.	HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DR. DARIO CONTRERAS.

DESCRIPCION	LOCALIZACION	ESTADO	PERIODICIDAD	FECHA (D/M/A)	ACTIVIDAD	RESPONSABLE
DOS TORRE DE VACUUM ANICO	QUIROFANO DE MAXILO FACIAL	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo 2025 Junio 2025 Septiembre 2025 Diciembre 2025	Revisión general, Verificación de componentes y sistema, Ajuste de conexión de mangueras, Verificación de parámetros, Inspección de vaso recolector, Calibración y limpieza general, Prueba de funcionamiento.	HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DR. DARIO CONTRERAS.
NEGATOSCOPIO DE UN CUERPO	QUIROFANO DE MAXILO FACIAL	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo 2025 Junio 2025 Septiembre 2025 Diciembre 2025	Chequeo lámpara fluorescente 20w, Interruptor de encendido, cable ac, Mantenimiento preventivo.	HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DR. DARIO CONTRERAS.

DESCRIPCION	LOCALIZACION	ESTADO	PERIODICIDAD	FECHA (D/M/A)	ACTIVIDAD	RESPONSABLE
PANEL DE SIGNOS VITALES	QUIROFANO DE MAXILO FACIAL	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo 2025 Junio 2025 Septiembre 2025 Diciembre 2025	Limpieza general, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento.	HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DR. DARIO CONTRERAS.
ELECTRO CAUTERIO	QUIROFANO DE MAXILO FACIAL	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo 2025 Junio 2025 Septiembre 2025 Diciembre 2025	Revisión y arreglo de perillas, Limpieza general interna, Revisión y arreglo de display, Limpieza general externa, Revisión de cable de energía y fusibles, Prueba de alarmas y conector de placas, Verificación de funcionamiento, con pedal y lápiz, Verificación de funcionamiento con cable y pinza bipolar.	HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DR. DARIO CONTRERAS.
ASPIRADOR TORACICO, BASE NIQUELADA Y NARANJA	QUIROFANO DE MAXILO FACIAL	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo 2025 Junio 2025 Septiembre 2025 Diciembre 2025	Revisión general, Verificación de componentes y sistema, Ajuste de conexión de mangueras, Verificación de parámetros, Inspección de vaso recolector, Calibración y limpieza general, Prueba de funcionamiento.	HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DR. DARIO CONTRERAS.

DESCRIPCION	LOCALIZACION	ESTADO	PERIODICIDAD	FECHA (D/M/A)	ACTIVIDAD	RESPONSABLE
DOCE CAMA ELECTRICA, EN METAL CON 4 RUEDAS	POST-QUIRURGICO	BUENO	Trimestral	Marzo 2025 Junio 2025 Septiembre 2025 Diciembre 2025	Limpieza general, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento,.	HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DR. DARIO CONTRERAS.
DOCE MONITORES DE SIG. VITALES.	POST-QUIRURGICO	BUENO	Trimestral	Marzo 2025 Junio 2025 Septiembre 2025 Diciembre 2025	Limpieza general, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento,.	HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DR. DARIO CONTRERAS.
ELECTROCARDIOGRAFO	POST-QUIRURGICO	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo 2025 Junio 2025 Septiembre 2025 Diciembre 2025	Chequeo partes electrónica, chequeo fuga de corriente, limpieza y mantenimiento electrodos de succión, chequeo parámetros	HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DR. DARIO CONTRERAS.
NEBULIZADOR	POST-QUIRURGICO	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo 2025 Junio 2025 Septiembre 2025 Diciembre 2025	Mantenimiento general, limpieza del equipo, cambio de filtro, lubricación del motor, engrase, prueba de funcionamiento, verificación de vibraciones o ruido en exceso	HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DR. DARIO CONTRERAS.

DESCRIPCION	LOCALIZACION	ESTADO	PERIODICIDAD	FECHA (D/M/A)	ACTIVIDAD	RESPONSABLE
RAYOS X PORTATIL	RAYOS X	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo 2025 Junio 2025 Septiembre 2025 Diciembre 2025	Verificación funcionamiento de las placas de retención, chequeo interruptor de disparo, verificación línea de tensión, chequeo selectores de kv , amp.	COMERCIALIZADORA UNISERVICIOS PROYECT MEDICAL.
MAQUINA REVELADORA	RAYOS X	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo 2025 Junio 2025 Septiembre 2025 Diciembre 2025	Desactivar el interruptor mural y el interruptor general de la reveladora poniéndose en posición "OFF", Quitar la tapa y los paneles laterales de la reveladora, Descargar los tres tanques recuperando los líquidos en contenedores adecuados, Quitar los "cross-over" que conectan los 4 racks, Extraer los 4 racks de la reveladora, Limpiar y lavar cuidadosamente los tanques, Limpiar y lavar a fondo los racks del revelador, fijador y agua, así como todos los "cross-over", Limpiar con una esponja húmeda los rodillos y las guías de la secadora, Descargar los contenedores de regeneración y lavarlos Cuidadosamente, Sustituir el filtro del ventilador de la secadora, Recolocar racks y "cross-over" en la reveladora.	COMERCIALIZADORA UNISERVICIOS PROYECT MEDICAL.
AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLEET	RAYOS X	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo 2025 Junio 2025 Septiembre 2025 Diciembre 2025	Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento.	HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DR. DARIO CONTRERAS.

Transformador PARA EL EQUIPO DE Rx	RAYOS X	BUENO				COMERCIALIZA DORA UNISERVICIOS PROYECT MEDICAL.
PANEL DE SIGNOS VITALES, 3 PUERTOS, 1 ESTANTE Y 2 ENCHUFES	RAYOS X EMERGENCIA	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo 2025 Junio 2025 Septiembre 2025 Diciembre 2025	Limpieza general, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento.,	HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DR. DARIO CONTRERAS.
DESCRIPCION	LOCALIZACION	ESTADO	PERIODICIDAD	FECHA (D/M/A)	ACTIVIDAD	RESPONSABLE
EQUIPO DE RAYOS X	RAYOS X	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo 2025 Junio 2025 Septiembre 2025 Diciembre 2025	Verificación funcionamiento de las placas de retención, chequeo interruptor de disparo, verificación línea de tensión, chequeo selectores de kv , amp.	COMERCIALIZA DORA UNISERVICIOS PROYECT MEDICAL.
TOMOGRAFO M/PHILIPS MX16	TOMOGRAFIA	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo 2025 Junio 2025 Septiembre 2025 Diciembre 2025	Verificación funcionamiento de las placas de retención, chequeo interruptor de disparo, verificación línea de tensión, chequeo selectores de kv , amp.	COMERCIALIZA DORA UNISERVICIOS PROYECT MEDICAL.
TOMOGRAFO M/PHILIPS MX16	SONOGRAFIA	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo 2025 Junio 2025 Septiembre 2025 Diciembre 2025	Verificación funcionamiento de las placas de retención, chequeo interruptor de disparo, verificación línea de tensión, chequeo selectores de kv , amp.	COMERCIALIZA DORA UNISERVICIOS PROYECT MEDICAL.
Lampara C/BASE METAL Y PLASTICA DE 3 CUERPOS	SONOGRAFIA	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo 2025 Junio 2025 Septiembre 2025 Diciembre 2025	Mantenimiento preventivo en general, Verificación de posiciones, Engrase de piñonería, Inspección de hidráulico, Cambio de hidráulico, Verificación de frenos, Limpieza y ajuste general, Test de funcionamiento.	HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DR. DARIO CONTRERAS.
SONOGRAFO	SONOGRAFIA	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo 2025 Junio 2025 Septiembre 2025 Diciembre 2025	Chequeo partes electrónica, chequeo fugade corriente, limpieza transductores y Mantenimiento preventivo.	HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DR. DARIO CONTRERAS.
AUTOCLAVE	BACTERIOLOGIA	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo 2025 Junio 2025 Septiembre 2025 Diciembre 2025	Chequeo fuga de corriente, verificación deresistencias calentadoras, limpieza general.	HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DR. DARIO CONTRERAS

HORNO ESTERILIZADOR 25"x18" DE 24"	BACTERIOLOGIA	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo 2025 Junio 2025 Septiembre 2025 Diciembre 2025	Chequeo fuga de corriente, verificación deresistencias calentadoras, limpieza general.	HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DR. DARIO CONTRERAS
MICROSCOPIO P/URIANALISIS Y COPROLOGICO	BACTERIOLOGIA	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo 2025 Junio 2025 Septiembre 2025 Diciembre 2025	Limpieza de lentes, oculares, prismas, objetivos, diafragma, chequeo regulador de voltaje e interruptor de encendido, prueba de funcionamiento.	HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DR. DARIO CONTRERAS.
BALANZA	BACTERIOLOGIA	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo 2025 Junio 2025 Septiembre 2025 Diciembre 2025	LUBRICACION, CALIBRACION REGULADOR DE PESO,PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA DEL EQUIPO.	HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DR. DARIO CONTRERAS.
DESCRIPCION	LOCALIZACION	ESTADO	PERIODICIDAD	FECHA (D/M/A)	ACTIVIDAD	RESPONSABLE
MESA DE METAL ACERO INOX. PARA APLICAR YESO 24X90X33	AREA DE YESO, EDIFICIO VIEJO	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo 2025 Junio 2025 Septiembre 2025 Diciembre 2025	Mantenimiento preventivo en general, Verificación de posiciones, Engrase de piñonería, Inspección de hidráulico, Cambio de hidráulico, Verificación de frenos, Limpieza y ajuste general, Test de funcionamiento.	HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DR. DARIO CONTRERAS.
HORNO SECADO	AREA DE YESO, EDIFICIO VIEJO	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo 2025 Junio 2025 Septiembre 2025 Diciembre 2025	Mantenimiento preventivo en general, Verificación de posiciones, Limpieza y ajuste general,Test de funcionamiento.	HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DR. DARIO CONTRERAS.
NEBULIZADOR	ESTACION DE ENFERMERAS 1,2,3,4,5,6,7,8,9, 10,11,12,13.	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo 2025 Junio 2025 Septiembre 2025 Diciembre 2025	Mantenimiento general, limpieza del equipo, cambio de filtro, lubricación del motor, engrase, prueba de funcionamiento, verificación de vibraciones o ruido en exceso	HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DR. DARIO CONTRERAS.
SILLA DE RUEDA COLOR AZUL	ESTACION DE ENFERMERAS 1,2,3,4,5,6,7,8,9, 10,11,12,13.	BUENO	TRIMESTRA	Marzo 2025 Junio 2025 Septiembre 2025 Diciembre 2025	CAMBIO DE GOMAS, LUBRICANTE, MANIJA,FRENO.	Departamento de mantenimiento del Hospital Dr. Dario Contreras.

LAMPARA CUELLO TIPO GANSO, ACERO INOXIDABLE	ESTACION DE ENFERMERAS AREA DE SUTURA	Bueno	Trimestral	Marzo 2025 Junio 2025 Septiembre 2025 Diciembre 2025	Comprobación alimentación eléctrica , Cambio de cable alimentación AC (si requiere) , Cambio de portalámpara (si requiere) , Cambio portabombillos (si requiere) , Reemplazo bombillo halogeno (de ser necesario) , Cambio bombillo corriente (si requiere), Reparación fuente alimentación (si requiere) , Cromado general (si es necesario) , Cambio interruptor encendido (si es necesario) , Limpieza y ajuste general , Comprobación de funcionamiento.	Departamento de mantenimiento del Hospital Dr. Dario Contreras.
--	--	--------------	-------------------	---	--	--

DESCRIPCION	LOCALIZACION	ESTADO	PERIODICIDAD	FECHA (D/M/A)	ACTIVIDAD	RESPONSABLE
AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLEET	CONSERJERIA	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo 2025 Junio 2025 Septiembre 2025 Diciembre 2025	Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento.	Departamento de mantenimiento del Hospital Dr. Dario Contreras.
AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLEET	ENCARGADO DE MANTENIMIENTO	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo 2025 Junio 2025 Septiembre 2025 Diciembre 2025	Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento.	Departamento de mantenimiento del Hospital Dr. Dario Contreras.
AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLEET	ENCARGADO DE CAMILLERO	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo 2025 Junio 2025 Septiembre 2025 Diciembre 2025	Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento.	Departamento de mantenimiento del Hospital Dr. Dario Contreras.
AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLEET	ENCARGADA DE SERVICIO GENERALES	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo 2025 Junio 2025 Septiembre 2025 Diciembre 2025	Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento.	Departamento de mantenimiento del Hospital Dr. Dario Contreras.

AIRE ACONDICIONADO AMERINAN 12 INVERTER		BUENO	TRIMESTRAL	Marzo 2025 Junio 2025 Septiembre 2025 Diciembre 2025	Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento.	Departamento de mantenimiento del Hospital Dr. Dario Contreras.
--	--	--------------	-------------------	---	--	--