

REPORTE DE SERVICIO



No. Orden de Servicio	0260		
Cliente	Marca	Modelo	Serial
Hospital presidente Estrella Ureña	Advanced		
Descripción del Equipo	Horas Flamento	Horas Beam	Total de Impresiones
Control modo Quirúrgico			
Ingeniero del Servicio 1	Ingeniero del Servicio 2		

Tipo de Cobertura:	Garantía <input type="checkbox"/>	Contrato Full <input type="checkbox"/>	Contrato MO <input type="checkbox"/>	Sin Contrato <input type="checkbox"/>	Instalación <input type="checkbox"/>
Falla Reportada:	Control con problemas			Diseño de Ambiente <input type="checkbox"/>	Otros <input checked="" type="checkbox"/>

Acción Realizada:	Preventiva <input type="checkbox"/>	Correctiva <input checked="" type="checkbox"/>	Instalación <input type="checkbox"/>	Otros:
				FECHA MORA
Reemplazo de PLOW de Entrada para Señal.				16/01/25.

Comentarios: Equipo trabajando correctamente.

Nota: es responsabilidad del Físico, Médico o Técnico a cargo, verificar que el equipo cumple con los parámetros requeridos para tratamientos clínicos.

Gerardo Almonte
 Firma Ing.

Recibido por



REPORTE DE SERVICIO

No. Orden de Servicio	0259		
Ciudad	Cliente	Marca	Modelo
	Hospital presidente Estrella Ureña		CHIRON
Descripción del Equipo	Horas Flamento	Horas Beam	Serial
Aspirador Maternidad			SRSN/C-52105870
Ingeniero del Servicio 1	Ingeniero del Servicio 2		

Tipo de Cobertura:	Garantía <input type="checkbox"/>	Contrato Full <input type="checkbox"/>	Contrato MO <input type="checkbox"/>	Sin Contrato <input type="checkbox"/>	Instalación <input type="checkbox"/>	
Falla Reportada:	No Encendida				Diseño de Ambiente <input type="checkbox"/>	Otros <input checked="" type="checkbox"/>

Acción Realizada:	Preventiva <input type="checkbox"/>	Correctiva <input checked="" type="checkbox"/>	Instalación <input type="checkbox"/>	Otros:
				FECHA MORA
Reemplazo de buches Encendidos y mantenimiento en General				16/01/25

Comentarios: *Equipo trabajando correctamente.*

Nota: es responsabilidad del Físico, Médico o Técnico a cargo, verificar que el equipo cumple con los parametros requeridos para tratamientos clínicos.

Gerson Almonte
Firma Ing.



STRIKE ZONE SRL

Suplidore de Medicamentos y Equipos para Clinicas y Hospitales en Gral.
RNC: 131-515193

CONDUCE

ORDEN DE COMPRAS NO.:35936

HOSPITAL PRESIDENTE ESTRELLA UREÑA (IDSS) RNC: 430071153

SANTIAGO, REPUBLICA DOMINICANA

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

16/01/2025

PARA PAGOS VIA INTERNET BANKING : CTA BANCO RESERVAS NO:9602928034

FORMA DE PAGO: CREDITO

CANTIDAD	PRESENT	NOMBRE ARTICULO	P/UNIDAD	TOTAL
----------	---------	-----------------	----------	-------

10	UNIDAD	MANTENIMIENTO MAQUINAS DE ANESTESIA PREVENTIVO SEMESTRE ENERO A JULIO 2026 DETALLES DEL MANTENIMIENTO:		
----	--------	---	--	--

- 1.- REEMPLAZO DE TUVERIAS EN VIAS INTERNA DEL SISTEMA DE OXIGENO
- 2.- CHEQUEO DE SENSORES INTERNOS
- 3.- CALIBRACION DE SENSOR DE FLUJO
- 4.- OPTIMIZAR Y CALIBRAR SISTEMA DE VENTILACION
- 5.- LIMPIEZA Y DESINFECCION A VAPOR DE MAQUINA COMPLETA INTERNA Y EXTERNA
- 6.- SI ES NECESARIO ACTUALIZACION DE SOFTWARE



D/o Kendy Ruiz

CALLE SALOME URENA No. 1 , SANTO DOMINGO OESTE, DISTRITO NACIONAL
TELÉFONO: 829-7711433, 809-449-4844 ,Mail: estrikezonecompany@gmail.com



REPORTE DE SERVICIO

No. Orden de Servicio	0262		
Cliente	Marca	Modelo	Serial
Hospital Presidente Estrella			
Descripción del Equipo	Horas Flamento	Horas Beam	Total de Impresiones
Ingeniero del Servicio 1	Ingeniero del Servicio 2		
No. Borrado			

Tipo de Cobertura:	Garantía <input type="checkbox"/>	Contrato Full <input type="checkbox"/>	Contrato MO <input type="checkbox"/>	Sin Contrato <input type="checkbox"/>	Instalación <input type="checkbox"/>
Falla Reportada:				Diseño de Ambiente <input type="checkbox"/>	Otros <input type="checkbox"/>

Acción Realizada:	Preventiva <input type="checkbox"/>	Correctiva <input checked="" type="checkbox"/>	Instalación <input type="checkbox"/>	Otros:
				FECHA MORA
- Reparación de electrocauterio, fuente potencial				20/01/25
Marca HV-300A serial SRSNC 521-04246				
- Reparación de fuente potencial, Zerone co, Ltd				20/01/25
Serial SRSNC - 521-05549				
- Reparación y reemplazo de botonera frontal y panel				20/01/25
Electrocauterio HV-300A Serial SRSNC-52104382				

Comentarios: Equipos trabajando correctamente

Nota: es responsabilidad del Físico, Médico o Técnico a cargo, verificar que el equipo cumple con los parametros requeridos para tratamientos clínicos.

Gerardo Almonte
Firma Ing.

Juette Almonte
Recibido por





REPORTE DE SERVICIO

No. Orden de Servicio	0265		
Cliente	Marca	Modelo	Serial
Hospital Presidente Estrella			
Descripción del Equipo	Horas Flamento	Horas Beam	Total de Impresiones
Ingeniero del Servicio 1	Ingeniero del Servicio 2		
No. Borrado			

Tipo de Cobertura:	Garantía <input type="checkbox"/>	Contrato Full <input type="checkbox"/>	Contrato MO <input type="checkbox"/>	Sin Contrato <input type="checkbox"/>	Instalación <input type="checkbox"/>	
Falla Reportada:					Diseño de Ambiente <input type="checkbox"/>	Otros <input type="checkbox"/>

Acción Realizada:	Preventiva <input type="checkbox"/>	Correctiva <input type="checkbox"/>	Instalación <input type="checkbox"/>	Otros:
				FECHA MORA
Reemplazo switcher encendido y mantenimiento general de aspirador portátil marca Cheiron				30/01/25
Serial SRSNC 521-05870				
Reparación de control Advanced para mesa Quirúrgica - Reemplazo de conector de señales				30/01/25

Comentarios: Equipos trabajando correctamente

Nota: es responsabilidad del Físico, Médico o Técnico a cargo, verificar que el equipo cumple con los parámetros requeridos para tratamientos clínicos.

Gerdin Almonte
Firma Ing.

Luette Almonte
Recibido por



No. Orden de Servicio	0266		
Cliente	Marca	Modelo	Serial
Hospital presidente Estrella			
Descripción del Equipo	Horas Flamento	Horas Beam	Total de Impresiones
No. Borrado			
Ingeniero del Servicio 1	Ingeniero del Servicio 2		

Tipo de Cobertura:	Garantía <input type="checkbox"/>	Contrato Full <input type="checkbox"/>	Contrato MO <input type="checkbox"/>	Sin Contrato <input type="checkbox"/>	Instalación <input type="checkbox"/>
Falla Reportada:				Diseño de Ambiente <input type="checkbox"/>	Otros <input type="checkbox"/>

Acción Realizada:	Preventiva <input type="checkbox"/>	Correctiva <input type="checkbox"/>	Instalación <input type="checkbox"/>	Otros:	
				FECHA	MORA
Reparación de fuente potencial de Electrocauterio				30/01/25	
Marca HV-300A, Serial SRSNC 521-04246					
Reparación de fuente potencial de Electrocauterio				30/01/25	
Marca Zerore COL, LTD. Serial SRSNC 521-05549					
Reemplazo de botonera frontal y Panel				30/01/25	
Electrocauterio HV-300A. Serial SRSNC-521-04382					

Comentarios:

Nota: es responsabilidad del Físico, Médico o Técnico a cargo, verificar que el equipo cumple con los parametros requeridos para tratamientos clínicos.

Gordon Almonte
Firma Ing.

José Almonte
Recibido por





D' 24 SERVIC DOMINICANA, S.R.L.

Fumigación, Mantenimiento, Pulido y Cristalizado de pisos.

RNC 1-31-46490-4

Dirección: Avenida Circunvalación No. 91, Modulo 04, Estación Petronan

Ciudad: Santiago, R.D. Teléfono 809-575-3654 Flota 849-409-0135

D24servisdominicana@gmail.c

REGISTRO DE FUMIGACION

FECHA: 2-1-25 Kastriñez HORA: 4:00 Pm RESPONSIBLE: _____

PRODUCTO UTILIZADO: Zyoc

AREAS:	ESTADO:
Cocina	✓
Emergencia de Cirujia:	✓
Servicio al cliente:	✓
Cuarto de Cura:	✓
Mantenimiento:	✓
Suministro:	✓
Estacion de Enfermeria:	✓
Banos Publicos :	✓
Embellacimiento:	✓
Lavanderia:	✓
Patio Exterior:	✓
Oficinas Administrativas:	
Almacen de farmacia	✓
Cuarto de Seguridad:	✓
Archivo	✓
Cuarto de Limpieza	✓
UCI:	
Hemodialisis:	

AREAS:	ESTADO:
Laboratorio Muestra:	✓
Laboratorio general:	✓
Banco de sangre:	✓
Sonografia:	✓
Psicologia:	
Adolescentes:	
Ginecologia:	
Maternidad:	
Consultores de consulta:	
Odontologia:	

Victor Martínez
Enc. Embellecimiento



Enc. Fumigacion:
Jose Peña





D' 24 SERVIC DOMINICANA, S.R.L.

Fumigación, Mantenimiento, Pulido y Cristalizado de pisos.

RNC 1-31-46490-4

Dirección: Avenida Circunvalación No. 91, Modulo 04, Estación Petronan

Ciudad: Santiago, R.D. Teléfono 809-575-3654 Flota 849-409-0135

D24servisdominicana@gmail.c

REGISTRO DE FUMIGACION

FECHA: 9:1-25

HORA: 4:00

RESPONSIBLE: _____

PRODUCTO UTILIZADO: fitroinil 240 cc

AREAS:	ESTADO:
Cocina	✓
Emergencia de Cirujia:	✓
Servicio al cliente:	✓
Cuarto de Cura:	✓
Mantenimiento:	✓
Suministro:	✓
Estacion de Enfermeria:	✓
Banos Publicos :	✓
Embelllecimiento:	✓
Lavanderia:	✓
Patio Exterior:	✓
Oficinas Administrativas:	
Almacen de farmacia	✓
Cuarto de Seguridad:	✓
Archivo	✓
Cuarto de Limpieza	
UCI:	
Hemodialisis:	

AREAS:	ESTADO:
Laboratorio Muestra:	✓
Laboratorio general:	✓
Banco de sangre:	✓
Sonografia:	✓
Psicologia:	
Adolescentes:	
Ginecologia:	
Maternidad:	
Consultores de consulta:	
Odontologia:	

Victor Martinez
Enc. Embellecimiento



Enc. Fumigacion:

[Handwritten signature]





D' 24 SERVIC DOMINICANA, S.R.L.

Fumigación, Mantenimiento, Pulido y Cristalizado de pisos.

RNC 1-31-46490-4

Dirección: Avenida Circunvalación No. 91, Modulo 04, Estación Petronan

Ciudad: Santiago, R.D. Teléfono 809-575-3654 Flota 849-409-0135

D24servisdominicana@gmail.c

REGISTRO DE FUMIGACION

FECHA: 23.1.25

HORA: 4:00 PM RESPONSIBLE: _____

PRODUCTO UTILIZADO:

*Aendaman
30cc*

AREAS:	ESTADO:
Cocina	✓
Emergencia de Cirujia:	✓
Servicio al cliente:	✓
Cuarto de Cura:	✓
Mantenimiento:	✓
Suministro:	✓
Estacion de Enfermeria:	✓
Banos Publicos :	✓
Embellacimiento:	✓
Lavanderia:	✓
Patio Exterior:	✓
Oficinas Administrativas:	
Almacen de farmacia	✓
Cuarto de Seguridad:	✓
Archivo	✓
Cuarto de Limpieza	
UCI:	
Hemodialisis:	

AREAS:	ESTADO:
Laboratorio Muestra:	✓
Laboratorio general:	✓
Banco de sangre:	✓
Sonografia:	✓
Psicologia:	
Adolescentes:	
Ginecologia:	
Maternidad:	
Consultores de consulta:	
Odontologia:	

Victor Martinez
Enc. Embellecimiento



Enc. Fumigacion:

Josefina





D' 24 SERVIC DOMINICANA, S.R.L.
Fumigación, Mantenimiento, Pulido y Cristalizado de pisos.

RNC 1-31-46490-4

Dirección: Avenida Circunvalación No. 91, Modulo 04, Estación Petronan

Ciudad: Santiago, R.D. Teléfono 809-575-3654 Flota 849-409-0135

D24servisdominicana@gmail.c

REGISTRO DE FUMIGACION


FECHA: 30.1.2025


HORA: 4:00 PM RESPONSIBLE: _____

PRODUCTO UTILIZADO: Fipronil
240 CC

AREAS:	ESTADO:
Cocina	✓
Emergencia de Cirujia:	✓
Servicio al cliente:	✓
Cuarto de Cura:	✓
Mantenimiento:	✓
Suministro:	✓
Estacion de Enfermeria:	✓
Banos Publicos :	✓
Embellecimiento:	✓
Lavanderia:	✓
Patio Exterior:	✓
Oficinas Administrativas:	
Almacen de farmacia	✓
Cuarto de Seguridad:	✓
Archivo	✓
Cuarto de Limpieza	
UCI:	
Hemodialisis:	

AREAS:	ESTADO:
Laboratorio Muestra:	✓
Laboratorio general:	✓
Banco de sangre:	✓
Sonografia:	✓
Psicologia:	
Adolescentes:	
Ginecologia:	
Maternidad:	
Consultores de consulta:	
Odontologia:	


Victor Martinez
Enc. Embellecimiento

Enc. Fumigacion:




**DETERMINACIÓN DE NIVELES DE CLORO EN LOS DIFERENTES
ABASTECIMIENTOS DE AGUA**

ÁREAS	MEDIDA DE CLORO									
	0.3	0.5	1.0	1.5	3.0					
Cisterna Lavandería	0.3	0.5	1.0	1.5	3.0	✓				
Cisterna Maternidad	0.3	0.5	1.0	1.5	3.0	✓				
Lavamanos Cirugía	0.3	0.5	1.0	1.5	3.0		✓			
Cisterna La Bandera	0.3	0.5	1.0	1.5	3.0		✓			
Cisterna Hemodiálisis	0.3	0.5	1.0	1.5	3.0		✓			
Cisterna Emergencia General	0.3	0.5	1.0	1.5	3.0					

Fecha: 2-1-25

Hora: 9:00 PM

Producto Utilizado: cloro Granulado

Responsable: [Signature]



DETERMINACIÓN DE NIVELES DE CLORO EN LOS DIFERENTES ABASTECIMIENTOS DE AGUA

ÁREAS	MEDIDA DE CLORO									
	0.3	0.5	1.0	1.5	3.0					
Cisterna Lavandería				✓						
Cisterna Maternidad				✓						
Lavamanos Cirugía				✓						
Cisterna La Bandera				✓						
Cisterna Hemodiálisis			✓							
Cisterna Emergencia General										

Fecha: 3.1.25

Hora: 9:00 AM

Producto Utilizado: cloro granulado

Responsable: [Signature]



**DETERMINACIÓN DE NIVELES DE CLORO EN LOS DIFERENTES
ABASTECIMIENTOS DE AGUA**

ÁREAS	MEDIDA DE CLORO									
	0.3	0.5	1.0	1.5	3.0	0.3	0.5	1.0	1.5	3.0
Cisterna Lavandería				✓						
Cisterna Maternidad				✓						
Lavamanos Cirugía			✓							
Cisterna La Bandera			✓							
Cisterna Hemodiálisis				✓						
Cisterna Emergencia General										

Fecha: 7-1-25

Hora: 9 20 PM

Producto Utilizado: Cloro Granulado

Responsable: [Signature]



**DETERMINACIÓN DE NIVELES DE CLORO EN LOS DIFERENTES
ABASTECIMIENTOS DE AGUA**

ÁREAS	MEDIDA DE CLORO									
	0.3	0.5	1.0	1.5	3.0					
Cisterna Lavandería	0.3	0.5	1.0	1.5	3.0	✓				
Cisterna Maternidad	0.3	0.5	1.0	1.5	3.0	✓				
Lavamanos Cirugía	0.3	0.5	1.0	1.5	3.0	✓				
Cisterna La Bandera	0.3	0.5	1.0	1.5	3.0		✓			
Cisterna Hemodiálisis	0.3	0.5	1.0	1.5	3.0		✓			
Cisterna Emergencia General	0.3	0.5	1.0	1.5	3.0					

Fecha: 8-1-25

Hora: 9:00 AM

Producto Utilizado: cloro granulado

Responsable: [Signature]



**DETERMINACIÓN DE NIVELES DE CLORO EN LOS DIFERENTES
ABASTECIMIENTOS DE AGUA**

ÁREAS	MEDIDA DE CLORO								
Cisterna Lavandería	0.3		0.5		1.0	✓	1.5		3.0
Cisterna Maternidad	0.3		0.5		1.0	✓	1.5		3.0
Lavamanos Cirugía	0.3		0.5		1.0	✓	1.5		3.0
Cisterna La Bandera	0.3		0.5		1.0	✓	1.5		3.0
Cisterna Hemodiálisis	0.3		0.5		1.0	✓	1.5		3.0
Cisterna Emergencia General	0.3		0.5		1.0		1.5		3.0

Fecha: 9.1.25

Hora: 9:00 AM

Producto Utilizado: cloro granulado

Responsable: [Signature]



**DETERMINACIÓN DE NIVELES DE CLORO EN LOS DIFERENTES
ABASTECIMIENTOS DE AGUA**

ÁREAS	MEDIDA DE CLORO									
Cisterna Lavandería	0.3		0.5		1.0	✓	1.5		3.0	
Cisterna Maternidad	0.3		0.5		1.0	✓	1.5		3.0	
Lavamanos Cirugía	0.3		0.5		1.0	✓	1.5		3.0	
Cisterna La Bandera	0.3		0.5		1.0	✓	1.5		3.0	
Cisterna Hemodiálisis	0.3		0.5		1.0		1.5	✓	3.0	
Cisterna Emergencia General	0.3		0.5		1.0		1.5		3.0	

Fecha: 10.1.25

Hora: 9:00 AM

Producto Utilizado: claro granulado

Responsable: [Signature]



**DETERMINACIÓN DE NIVELES DE CLORO EN LOS DIFERENTES
ABASTECIMIENTOS DE AGUA**

ÁREAS	MEDIDA DE CLORO									
	0.3	0.5	1.0	1.5	3.0	0.3	0.5	1.0	1.5	3.0
Cisterna Lavandería	0.3	0.5	1.0	1.5	3.0					
Cisterna Maternidad	0.3	0.5	1.0	1.5	3.0	✓				
Lavamanos Cirugía	0.3	0.5	1.0	1.5	3.0	✓				
Cisterna La Bandera	0.3	0.5	1.0	1.5	3.0				✓	
Cisterna Hemodiálisis	0.3	0.5	1.0	1.5	3.0				✓	
Cisterna Emergencia General	0.3	0.5	1.0	1.5	3.0					

Fecha: 13.1.25

Hora: 9:00 AM

Producto Utilizado: cloro Granulado

Responsable: [Signature]



**DETERMINACIÓN DE NIVELES DE CLORO EN LOS DIFERENTES
ABASTECIMIENTOS DE AGUA**

ÁREAS	MEDIDA DE CLORO									
Cisterna Lavandería	0.3		0.5		1.0	✓	1.5		3.0	
Cisterna Maternidad	0.3		0.5		1.0	✓	1.5		3.0	
Lavamanos Cirugía	0.3		0.5		1.0		1.5	✓	3.0	
Cisterna La Bandera	0.3		0.5		1.0		1.5	✓	3.0	
Cisterna Hemodiálisis	0.3		0.5		1.0		1.5	✓	3.0	
Cisterna Emergencia General	0.3		0.5		1.0		1.5		3.0	

Fecha: 14-1-25

Hora: 9:00 AM

Producto Utilizado: cloro Granulado

Responsable: 



**DETERMINACIÓN DE NIVELES DE CLORO EN LOS DIFERENTES
ABASTECIMIENTOS DE AGUA**

ÁREAS	MEDIDA DE CLORO									
	0.3	0.5	1.0	1.5	3.0	0.3	0.5	1.0	1.5	3.0
Cisterna Lavandería			✓					✓		
Cisterna Maternidad			✓					✓		
Lavamanos Cirugía			✓					✓		
Cisterna La Bandera			✓					✓		
Cisterna Hemodiálisis									✓	
Cisterna Emergencia General										

Fecha: 10-1-25

Hora: 9:00 AM

Producto Utilizado: cloro granulado

Responsable: 



**DETERMINACIÓN DE NIVELES DE CLORO EN LOS DIFERENTES
ABASTECIMIENTOS DE AGUA**

ÁREAS	MEDIDA DE CLORO									
	0.3	0.5	1.0	1.5	3.0					
Cisterna Lavandería	0.3	0.5	1.0	1.5	3.0	✓				
Cisterna Maternidad	0.3	0.5	1.0	1.5	3.0		✓			
Lavamanos Cirugía	0.3	0.5	1.0	1.5	3.0	✓				
Cisterna La Bandera	0.3	0.5	1.0	1.5	3.0	✓				
Cisterna Hemodiálisis	0.3	0.5	1.0	1.5	3.0		✓			
Cisterna Emergencia General	0.3	0.5	1.0	1.5	3.0					

Fecha: 13-1-25

Hora: 9:00 AM

Producto Utilizado: cloro granulado

Responsable: [Signature]



**DETERMINACIÓN DE NIVELES DE CLORO EN LOS DIFERENTES
ABASTECIMIENTOS DE AGUA**

ÁREAS	MEDIDA DE CLORO									
	0.3	0.5	1.0	1.5	3.0	0.3	0.5	1.0	1.5	3.0
Cisterna Lavandería			✓							
Cisterna Maternidad			✓							
Lavamanos Cirugía						✓				
Cisterna La Bandera						✓				
Cisterna Hemodiálisis						✓				
Cisterna Emergencia General										

Fecha: 14-1-25

Hora: 9:00 PM

Producto Utilizado: cloro granulado

Responsable: [Signature]



**DETERMINACIÓN DE NIVELES DE CLORO EN LOS DIFERENTES
ABASTECIMIENTOS DE AGUA**

ÁREAS	MEDIDA DE CLORO									
	0.3	0.5	1.0	1.5	3.0	0.3	0.5	1.0	1.5	3.0
Cisterna Lavandería			✓							
Cisterna Maternidad			✓							
Lavamanos Cirugía			✓							
Cisterna La Bandera			✓							
Cisterna Hemodiálisis						✓				
Cisterna Emergencia General										

Fecha: 15-1-25

Hora: 9:00 Am

Producto Utilizado: cloro granulado

Responsable: [Signature]



**DETERMINACIÓN DE NIVELES DE CLORO EN LOS DIFERENTES
ABASTECIMIENTOS DE AGUA**

ÁREAS	MEDIDA DE CLORO									
Cisterna Lavandería	0.3		0.5		1.0		1.5	✓	3.0	
Cisterna Maternidad	0.3		0.5		1.0		1.5	✓	3.0	
Lavamanos Cirugía	0.3		0.5		1.0		1.5	✓	3.0	
Cisterna La Bandera	0.3		0.5		1.0		1.5	✓	3.0	
Cisterna Hemodiálisis	0.3		0.5		1.0	✓	1.5		3.0	
Cisterna Emergencia General	0.3		0.5		1.0		1.5		3.0	

Fecha: 16-1-25

Hora: 9:00 AM

Producto Utilizado: cloro granulado

Responsable: 



**DETERMINACIÓN DE NIVELES DE CLORO EN LOS DIFERENTES
ABASTECIMIENTOS DE AGUA**

ÁREAS	MEDIDA DE CLORO									
Cisterna Lavandería	0.3		0.5		1.0	✓	1.5		3.0	
Cisterna Maternidad	0.3		0.5		1.0	✓	1.5		3.0	
Lavamanos Cirugía	0.3		0.5		1.0	✓	1.5		3.0	
Cisterna La Bandera	0.3		0.5		1.0	✓	1.5		3.0	
Cisterna Hemodiálisis	0.3		0.5		1.0		1.5	✓	3.0	
Cisterna Emergencia General	0.3		0.5		1.0		1.5		3.0	

Fecha: 17-1-2025

Hora: 9:00 AM

Producto Utilizado: cloro granulado

Responsable: 



**DETERMINACIÓN DE NIVELES DE CLORO EN LOS DIFERENTES
ABASTECIMIENTOS DE AGUA**

ÁREAS	MEDIDA DE CLORO									
	0.3	0.5	1.0	1.5	3.0	0.3	0.5	1.0	1.5	3.0
Cisterna Lavandería			✓					✓		
Cisterna Maternidad			✓					✓		
Lavamanos Cirugía			✓					✓		
Cisterna La Bandera			✓					✓		
Cisterna Hemodiálisis									✓	
Cisterna Emergencia General										

Fecha: 20-1-2025

Hora: 9:00 AM

Producto Utilizado: Cloro Granulado

Responsable: [Signature]



**DETERMINACIÓN DE NIVELES DE CLORO EN LOS DIFERENTES
ABASTECIMIENTOS DE AGUA**

ÁREAS	MEDIDA DE CLORO									
	0.3	0.5	1.0	1.5	3.0					
Cisterna Lavandería	0.3	0.5	1.0	1.5	3.0				✓	
Cisterna Maternidad	0.3	0.5	1.0	1.5	3.0				✓	
Lavamanos Cirugía	0.3	0.5	1.0	1.5	3.0				✓	
Cisterna La Bandera	0.3	0.5	1.0	1.5	3.0	✓				
Cisterna Hemodiálisis	0.3	0.5	1.0	1.5	3.0	✓				
Cisterna Emergencia General	0.3	0.5	1.0	1.5	3.0					

Fecha: 21-1-2025

Hora: 9:00 AM

Producto Utilizado: Cloro granulado

Responsable: [Signature]



**DETERMINACIÓN DE NIVELES DE CLORO EN LOS DIFERENTES
ABASTECIMIENTOS DE AGUA**

ÁREAS	MEDIDA DE CLORO									
Cisterna Lavandería	0.3		0.5		1.0	✓	1.5		3.0	
Cisterna Maternidad	0.3		0.5		1.0	✓	1.5		3.0	
Lavamanos Cirugía	0.3		0.5		1.0	✓	1.5		3.0	
Cisterna La Bandera	0.3		0.5		1.0	✓	1.5		3.0	
Cisterna Hemodiálisis	0.3		0.5		1.0	✓	1.5		3.0	
Cisterna Emergencia General	0.3		0.5		1.0		1.5		3.0	

Fecha: 22-1-2025

Hora: 9.00 P.M.

Producto Utilizado: cloro granulas

Responsable: 



**DETERMINACIÓN DE NIVELES DE CLORO EN LOS DIFERENTES
ABASTECIMIENTOS DE AGUA**

ÁREAS	MEDIDA DE CLORO									
	0.3	0.5	1.0	1.5	3.0	0.3	0.5	1.0	1.5	3.0
Cisterna Lavandería	0.3	0.5	1.0	✓	1.5	3.0				
Cisterna Maternidad	0.3	0.5	1.0	✓	1.5	3.0				
Lavamanos Cirugía	0.3	0.5	1.0	✓	1.5	3.0				
Cisterna La Bandera	0.3	0.5	1.0	✓	1.5	3.0				
Cisterna Hemodiálisis	0.3	0.5	1.0		1.5	✓	3.0			
Cisterna Emergencia General	0.3	0.5	1.0		1.5	3.0				

Fecha: 23-1-2025

Hora: 9:00 AM

Producto Utilizado: cloro granulado

Responsable: [Signature]



**DETERMINACIÓN DE NIVELES DE CLORO EN LOS DIFERENTES
 ABASTECIMIENTOS DE AGUA**

ÁREAS	MEDIDA DE CLORO									
	0.3	0.5	1.0	1.5	3.0	0.3	0.5	1.0	1.5	3.0
Cisterna Lavandería	0.3	0.5	1.0	1.5	3.0				✓	
Cisterna Maternidad	0.3	0.5	1.0	1.5	3.0				✓	
Lavamanos Cirugía	0.3	0.5	1.0	1.5	3.0				✓	
Cisterna La Bandera	0.3	0.5	1.0	1.5	3.0	✓				
Cisterna Hemodiálisis	0.3	0.5	1.0	1.5	3.0	✓				
Cisterna Emergencia General	0.3	0.5	1.0	1.5	3.0					

Fecha: 24-1-2025

Hora: 9:00 AM

Producto Utilizado: Cloro granulado

Responsable: 



**DETERMINACIÓN DE NIVELES DE CLORO EN LOS DIFERENTES
 ABASTECIMIENTOS DE AGUA**

ÁREAS	MEDIDA DE CLORO									
	0.3	0.5	1.0	1.5	3.0	0.3	0.5	1.0	1.5	3.0
Cisterna Lavandería	0.3	0.5	1.0	✓	1.5					3.0
Cisterna Maternidad	0.3	0.5	1.0	✓	1.5					3.0
Lavamanos Cirugía	0.3	0.5	1.0	✓	1.5					3.0
Cisterna La Bandera	0.3	0.5	1.0		1.5	✓				3.0
Cisterna Hemodiálisis	0.3	0.5	1.0		1.5	✓				3.0
Cisterna Emergencia General	0.3	0.5	1.0		1.5					3.0

Fecha: 27-1-2025

Hora: 9:00 Da

Producto Utilizado: Cloro granulado

Responsable: [Signature]



DETERMINACIÓN DE NIVELES DE CLORO EN LOS DIFERENTES ABASTECIMIENTOS DE AGUA

ÁREAS	MEDIDA DE CLORO									
	0.3	0.5	1.0	1.5	3.0					
Cisterna Lavandería	0.3	0.5	1.0	1.5	3.0	✓				
Cisterna Maternidad	0.3	0.5	1.0	1.5	3.0	✓				
Lavamanos Cirugía	0.3	0.5	1.0	1.5	3.0	✓				
Cisterna La Bandera	0.3	0.5	1.0	1.5	3.0		✓			
Cisterna Hemodiálisis	0.3	0.5	1.0	1.5	3.0		✓			
Cisterna Emergencia General	0.3	0.5	1.0	1.5	3.0					

Fecha: 28/12/25

Hora: 9:00 AM

Producto Utilizado: Cloro granulado

Responsable: [Signature]



**DETERMINACIÓN DE NIVELES DE CLORO EN LOS DIFERENTES
 ABASTECIMIENTOS DE AGUA**

ÁREAS	MEDIDA DE CLORO									
	0.3	0.5	1.0	1.5	3.0	0.3	0.5	1.0	1.5	3.0
Cisterna Lavandería			✓							
Cisterna Maternidad			✓							
Lavamanos Cirugía			✓							
Cisterna La Bandera			✓							
Cisterna Hemodiálisis						✓				
Cisterna Emergencia General										

Fecha: 29-1-2025

Hora: 9:00 AM

Producto Utilizado: cloro granulado

Responsable: [Signature]



**DETERMINACIÓN DE NIVELES DE CLORO EN LOS DIFERENTES
 ABASTECIMIENTOS DE AGUA**

ÁREAS	MEDIDA DE CLORO									
	0.3	0.5	1.0	1.5	3.0					
Cisterna Lavandería			✓							
Cisterna Maternidad			✓							
Lavamanos Cirugía			✓							
Cisterna La Bandera			✓							
Cisterna Hemodiálisis						✓				
Cisterna Emergencia General										

Fecha: 30-1-2025

Hora: 9:00 AM

Producto Utilizado: Cloro granulado

Responsable: [Signature]



**DETERMINACIÓN DE NIVELES DE CLORO EN LOS DIFERENTES
 ABASTECIMIENTOS DE AGUA**

ÁREAS	MEDIDA DE CLORO									
	0.3	0.5	1.0	1.5	3.0	0.3	0.5	1.0	1.5	3.0
Cisterna Lavandería			✓							
Cisterna Maternidad			✓							
Lavamanos Cirugía				✓						
Cisterna La Bandera				✓						
Cisterna Hemodiálisis				✓						
Cisterna Emergencia General										

Fecha: 31-1-2025

Hora: 9:00 AM

Producto Utilizado: Cloro Granulado

Responsable: [Signature]

