SNS
SERVICIO NACIONAL DE SALUD

Formulario de Informe
DPD-FO-013
Fecha de Aprobación: 20/2/2023

FECHA: 28/02/2025

DATOS GENERALES

Lugar: DCSNS ☐ SRS ☒ Hospital ☐ CPN ☐

*Nombre del lugar: Hosp Doct. Alejo Martínez

Área: MANTENIMIENTO

Nombre de la Actividad: Seguimiento al plan de mantenimiento preventivo y correctivo 2025

Código POA (Si aplica):

INTRODUCCIÓN

El mantenimiento se define como la preservación o conservación de una edificación y su contenido, para que sirva a su propósito establecido. Algunos autores lo definen como el "conjunto de actividades desarrolladas con el fin de conservar las propiedades (inmuebles, equipos, instalaciones, herramientas), en condiciones de funcionamiento seguro, eficiente y económico, previniendo daños o reparándolos cuando ya se hubieran producido".

OBJETIVO DEL INFORME

Garantizar la operación confiable y sostenible de los activos fijos, maximizando su rendimiento y optimizando los costos a lo largo de su ciclo de vida, mediante la implementación de las mejores prácticas de mantenimiento en la industria.

METODOLOGIA (Si aplica)

El mantenimiento se realiza con la programación de la matriz de mantenimiento correctivo y preventivo que fue programa para el año completo, también cuenta con la matriz de seguimiento mensual para identificar los que hemos realizado correspondiente al mes que se está trabajando. Esta matriz permite que podamos realizar los que está programado para mantenimiento preventivo y correctivo.

DESARROLLO / HALLAZGOS

.
Mantenimiento preventivo y correctivo.
1- mantenimiento a las camillas de emergencia. Observación, triaje y cura.
2-mantenimiento a los aires acondicionados del área de emergería, según la matriz de mantenimiento. Se realizó el mantenimiento preventivo.
3-mantenimiento correctivo al aire de administración reparación del equipo.
4-reparacion unidad de odontología.

Equipos que fueron programados.
1- planta eléctrica No tiene la hora de uso completa.
2- ambulancia H1: le falta kilometraje para su mantenimiento completo.
3-los equipos tecnológico fueron programado.

SERVICIO REGIONAL DE SALUD
HOSPITAL
Dr. Alejo Martínez García
Administración
RAMON SANTANA R.D.

RESULTADOS / CONCLUSIONES

Hemos logrado mejorar el servicios de mantenimiento con la matriz de seguimiento y los que se ha programado se pudo identificar algún problema en el proceso de chequeo preventivo, esto ayuda a que los equipos no se dañen por completo y se pueda resolver a tiempo la problemática o fallas a futuro.

RECOMENDACIONES

Continuar con el chequeo preventivo de los equipos, para tener un mejor funcionamiento y mejor utilidad y servicios de la unidad que fue trabajada.

ANEXOS (Si aplica)

Como evidencia podemos mostrar foto, factura y la pieza. de la revisión que se le realizo al equipo de servicios en el informe general de mantenimiento

Instrucciones de llenado:
***Indique nombre del lugar**: Este campo sólo aplica para SRS, Hospital y CPN.

Elaborado por
(Nombre y apellido)

SNS
SERVICIO NACIONAL DE SALUD

HOSPITAL DR. ALEJO MARTINEZ GARCIA

Plan de Mantenimiento Preventivo / Correctivo
XXX-FO-XXX Versión: 01

Fecha de aprobación: 4/05/2021

PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS E INFRAESTRUCTURA FISICA 20

(Fecha: 02 Enero-2025.)

NOMBRE DEL CENTRO DE SALUD	ACTIVIDAD	Descripción Actividad a Realizar	Mantenimiento Prevent. Correct.	Periodicidad para Revisión	Último Mantenimiento	Próximo Mantenimiento	Mes de Ejecución del Mantenimiento												Observaciones
							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
OSP.DR. ALEJO MARTINEZ	Aires acondicionado- sala de espera emergencia	mantenimiento reparacion e instalacion	mantenimiento prevent. Y Correctivo	trimestral	18/01/2025	18/04/2025	*			*			*			*			Se realizan por Área
OSP.DR. ALEJO MARTINEZ	Aires acondicionado- sto. De enfermeria emergencia	mantenimiento reparacion e instalacion	mantenimiento prevent. Y Correctivo	trimestral	18/01/2025	18/04/2025	*			*			*			*			Se realizan por Área
OSP.DR. ALEJO MARTINEZ	Aires acondicionado- area de cura emergencia	mantenimiento reparacion e instalacion	mantenimiento prevent. Y Correctivo	Semestral	20/10/2024	18/04/2025				*						*			según el uso del equipo
OSP.DR. ALEJO MARTINEZ	Aires acondicionado- area de nebulizacion emergencia	mantenimiento reparacion e instalacion	mantenimiento prevent. Y Correctivo	Semestral	20/10/2024	18/04/2025				*						*			según el uso del equipo
OSP.DR. ALEJO MARTINEZ	Aires acondicionado- area de facturacion emergencia	mantenimiento reparacion e instalacion	mantenimiento prevent. Y Correctivo	Semestral	20/10/2024	18/04/2025				*						*			prestado a la direccion - se realizar el mant. En esa area.
OSP.DR. ALEJO MARTINEZ	Aires acondicionado- area de triaje emergencia	mantenimiento reparacion e instalacion	mantenimiento prevent. Y Correctivo	Semestral	10/10/2023											*			fuera de servicios
OSP.DR. ALEJO MARTINEZ	Aires acondicionado- area del cuarto electrico emergencia	mantenimiento reparacion e instalacion	mantenimiento prevent. Y Correctivo	Semestral	20/10/2024	18/04/2025				*						*			según el uso del equipo
OSP.DR. ALEJO MARTINEZ	Emergencia Nebulizador	chequeo revision	correctivo y preventivo	Semestral	25/01/2025	25/07/2025	*						*						según el uso del equipo
OSP.DR. ALEJO MARTINEZ	Emergencia Nebulizador	chequeo revision	correctivo y preventivo	Semestral	25/01/2025	25/07/2025	*						*						según el uso del equipo
OSP.DR. ALEJO MARTINEZ	Emergencia Camilla Observacion	chequeo y revision	correctivo y preventivo	Semestral	15/01/2025	15/07/2025	*						*						Programada por el técnico
OSP.DR. ALEJO MARTINEZ	Emergencia Camilla Observacion	chequeo y revision	correctivo y preventivo	Semestral	15/02/2025	15/08/2025		*						*					según el uso del equipo
OSP.DR. ALEJO MARTINEZ	Emergencia Camilla Cura	chequeo y revision	correctivo y preventivo	Semestral	15/02/2025	15/08/2025		*						*					según el uso del equipo
OSP.DR. ALEJO MARTINEZ	Emergencia Camilla Triaje	chequeo y revision	correctivo y preventivo	Semestral	15/02/2025	15/08/2025		*						*					según el uso del equipo
OSP.DR. ALEJO MARTINEZ	Emergencia Equipos Tecnologicos Triaje	chequeo y revision	correctivo y preventivo	Semestral	15/02/2025	15/06/2025		*	*					*					según el uso del equipo/programafdo
OSP.DR. ALEJO MARTINEZ	Emergencia Balanza Triaje	chequeo y revision	correctivo y preventivo	Semestral	15/02/2025	15/08/2025		*						*					según el uso del equipo
OSP.DR. ALEJO MARTINEZ	Planta electrica G1	mantenimiento preventivo	correctivo y preventivo	trimestral	17/12/2024	25/03/2025		*	*		*			*			*	*	según el uso del equipo
OSP.DR. ALEJO MARTINEZ	Planta electrica G2	mantenimiento preventivo	correctivo y preventivo	trimestral															fuera de servicios en proceso de reparacion.
OSP.DR. ALEJO MARTINEZ	Ambulancia H1	mantenimiento preventivo	correctivo y preventivo	trimestral	14/02/2025	25/03/2025		*			*	*		*	*		*		según el uso del equipo
OSP.DR. ALEJO MARTINEZ	Nevera de cocina y despensa	chequeo	correctivo y preventivo	Semestral	18/10/2024	18/04/2025				*						*			chequeo de tempera diario
OSP.DR. ALEJO MARTINEZ	Nevera de Farmacia	chequeo	correctivo y preventivo		18/10/2024	18/04/2025				*						*			chequeo de tempera diario
OSP.DR. ALEJO MARTINEZ	Maquina de Laboratorio Hemograma	chequeo	correctivo y preventivo	trimestral	06/12/2024	25/03/2025			*			*			*			*	se realiza por la casa comercial
OSP.DR. ALEJO MARTINEZ	Maquina de Laboratorio Quimica	chequeo	correctivo y preventivo	Semestral	12/09/2023	15/06/2024			*						*				se realiza por la casa comercial
OSP.DR. ALEJO MARTINEZ	Centrifuga de 6 tubos	chequeo	correctivo y preventivo	trimestral	06/12/2024	15/03/2025			*			*			*			*	según el uso del equipo
OSP.DR. ALEJO MARTINEZ	Colorimetro	chequeo	correctivo y preventivo	trimestral	06/12/2024	15/03/2025			*			*			*			*	según el uso del equipo
OSP.DR. ALEJO MARTINEZ	Aire acondicionado LAB	chequeo	correctivo y preventivo	trimestral	25/01/2025	25/04/2025	*						*						según el uso del equipo
OSP.DR. ALEJO MARTINEZ	Equipos tecnologico. Computos	chequeo	correctivo y preventivo	Semestral	15/02/2025	15/08/2025	*	*					*						Programada por el técnico
OSP.DR. ALEJO MARTINEZ	Rotador de VDRL	chequeo	correctivo y preventivo	trimestral	06/12/2024	15/03/2025			*			*			*			*	según el uso del equipo
OSP.DR. ALEJO MARTINEZ	Nevera de Laboratorio	chequeo	correctivo y preventivo	trimestral	06/12/2024	15/03/2025			*			*			*			*	chequeo de tempera diario
OSP.DR. ALEJO MARTINEZ	Microscopio	chequeo	correctivo y preventivo	trimestral	06/12/2024	15/03/2025			*			*			*			*	casa comercial
OSP.DR. ALEJO MARTINEZ	Abanico Odontologia	chequeo	correctivo y preventivo	trimestral	06/12/2024	15/03/2025			*			*			*			*	según el uso del equipo
OSP.DR. ALEJO MARTINEZ	Compresor de aire Odontologia	chequeo	correctivo y preventivo	trimestral	06/12/2024	15/03/2025			*			*			*			*	según el uso del equipo
OSP.DR. ALEJO MARTINEZ	Aire acondicionado Odontologia	chequeo	correctivo y preventivo	Semestral	25/01/2025	25/07/2025	*						*						según el uso del equipo
OSP.DR. ALEJO MARTINEZ	Unidad de Odontologia	mantenimiento preventivo	correctivo y preventivo	Semestral	17/12/2024	12/06/2025			*						*			*	suplidor externo
OSP.DR. ALEJO MARTINEZ	Horno Esterilizador	mantenimiento preventivo	correctivo y preventivo	trimestral	17/12/2024	15/03/2025			*						*			*	según el uso del equipo
OSP.DR. ALEJO MARTINEZ	Unidad de Sonografia	mantenimiento preventivo	correctivo y preventivo	trimestral	18/01/2025	20/04/2025	*	*								*			Programada por el técnico
OSP.DR. ALEJO MARTINEZ	Nevera de Vacuna	mantenimiento preventivo	correctivo y preventivo	trimestral	18/12/2024	16/03/2025									*			*	chequeo de tempera diario
OSP.DR. ALEJO MARTINEZ	Fritzer de Vacuna	mantenimiento preventivo	correctivo y preventivo	trimestral	18/12/2024	16/03/2025									*			*	según el uso del equipo
OSP.DR. ALEJO MARTINEZ	Abanico puesto de Vacuna	mantenimiento preventivo	correctivo y preventivo	trimestral	18/12/2024	16/03/2025									*			*	según el uso del equipo
OSP.DR. ALEJO MARTINEZ	Aire Acondicionado Monografia	mantenimiento preventivo	correctivo y preventivo	Semestral	15/01/2025	15/07/2025	*						*						según el uso del equipo

SERVICIO REGIONAL DE SALUD
HOSPITAL MUNICIPAL
Dr. Alejo Martinez Garcia
Administración
RAMON SANTANA R.D.

HOSP.DR. ALEJO MARTINEZ	Equipo Sonografico Sonografia	mantenimiento preventivo	correctivo y preventivo	trimestral	21/01/2025	21/04/2025	*	*		*			*			*					Programada por el técnico
HOSP.DR. ALEJO MARTINEZ	UPS-DE-BATERIA Sonografia	mantenimiento preventivo	correctivo y preventivo	trimestral	21/10/2024	21/01/2025			*			*	*		*			*			según el uso del equipo
HOSP.DR. ALEJO MARTINEZ	Equipos tecnologico. Computos	mantenimiento preventivo	correctivo y preventivo	Semestral	15/02/2025	15/08/2025	*	*					*								Programada por el técnico
HOSP.DR. ALEJO MARTINEZ	Balanza Pediatria	mantenimiento preventivo	correctivo y preventivo	Semestral	15/02/2025	15/08/2025	*	*					*								Programada por el técnico
HOSP.DR. ALEJO MARTINEZ	Abanico Pediatria	mantenimiento preventivo	correctivo y preventivo	trimestral	13/12/2024	15/03/2025			*			*			*			*			según el uso del equipo
HOSP.DR. ALEJO MARTINEZ	Abanico Consultorio General	mantenimiento preventivo	correctivo y preventivo	trimestral	13/12/2024	15/03/2025			*			*			*			*			según el uso del equipo
HOSP.DR. ALEJO MARTINEZ	Abanico Consultorio Ginecologia	mantenimiento preventivo	correctivo y preventivo	trimestral	13/12/2024	15/03/2025			*			*			*			*			según el uso del equipo
HOSP.DR. ALEJO MARTINEZ	Camilla Consultorio Ginecologia	mantenimiento preventivo	correctivo y preventivo	Semestral	15/01/2025	15/07/2025	*	*					*								Programada por el técnico
HOSP.DR. ALEJO MARTINEZ	Aire Acondicionado Archivo	mantenimiento preventivo	correctivo y preventivo	Semestral	15/01/2025	15/07/2025	*						*								Programada por el técnico
HOSP.DR. ALEJO MARTINEZ	Equipos tecnologico. Archivo	mantenimiento preventivo	correctivo y preventivo	Semestral	15/02/2025	15/08/2025	*						*	*							Programada por el técnico
HOSP.DR. ALEJO MARTINEZ	Equipos tecnologico. Archivo	mantenimiento preventivo	correctivo y preventivo	Semestral	15/02/2025	15/08/2025	*	*					*								Programada por el técnico
HOSP.DR. ALEJO MARTINEZ	Equipos tecnologico. Archivo. Fac	mantenimiento preventivo	correctivo y preventivo	Semestral	15/02/2025	15/08/2025	*	*					*								Programada por el técnico
HOSP.DR. ALEJO MARTINEZ	Equipos tecnologico.Oficina RRHH	mantenimiento preventivo	correctivo y preventivo	Semestral	15/02/2025	15/08/2025	*	*					*								Programada por el técnico
HOSP.DR. ALEJO MARTINEZ	Equipos tecnologico. Contabilidad	mantenimiento preventivo	correctivo y preventivo	Semestral	15/02/2025	15/08/2025	*	*	*				*								Programada por el técnico
HOSP.DR. ALEJO MARTINEZ	Equipos tecnologico. Amd. Secre.	mantenimiento preventivo	correctivo y preventivo	Semestral	15/02/2025	15/08/2025	*	*	*				*								Programada por el técnico
HOSP.DR. ALEJO MARTINEZ	Impresora Oficina Amd	mantenimiento preventivo	correctivo y preventivo	Semestral	15/07/2023	15/02/2024	*	*	*				*								Programada por el técnico
HOSP.DR. ALEJO MARTINEZ	Aire Acondicionado AMD.	mantenimiento preventivo	correctivo y preventivo	Semestral	15/02/2025	15/08/2025		*	*					*							según el uso del equipo
HOSP.DR. ALEJO MARTINEZ	Aire Acondicionado Direccion	mantenimiento preventivo	correctivo y preventivo	Semestral				*						*							según el uso del equipo
HOSP.DR. ALEJO MARTINEZ	Equipos tecnologicos Direccion	mantenimiento preventivo	correctivo y preventivo	Semestral	15/02/2025	15/08/2025		*	*					*							según el uso del equipo
HOSP.DR. ALEJO MARTINEZ	Impresora Oficina Direccion	mantenimiento preventivo	correctivo y preventivo	Semestral	15/02/2025	15/08/2025		*	*					*							según el uso del equipo
HOSP.DR. ALEJO MARTINEZ	Maquina de anestecia. Cirugia	mantenimiento preventivo	correctivo y preventivo	trimestral																	prestada
HOSP.DR. ALEJO MARTINEZ	Abanico Productos de limpieza	mantenimiento preventivo	correctivo y preventivo	Semestral	18/10/2024	18/04/2025				*								*			según el uso del equipo
HOSP.DR. ALEJO MARTINEZ	Abanico Despensa	mantenimiento preventivo	correctivo y preventivo	Semestral	18/10/2024	18/04/2025				*								*			chequeo de tempera diario
HOSP.DR. ALEJO MARTINEZ	Esterilizador en Cirigia	chequeo	correctivo y preventivo	Semestral	15/02/2025	20/08/2025		*						*							suplidor externo
HOSP.DR. ALEJO MARTINEZ	Camillas de Cirugia	chequeo	correctivo y preventivo	Semestral				*						*							suplidor externo
HOSP.DR. ALEJO MARTINEZ	Aire Acondicionado Cirugia	chequeo	correctivo y preventivo	trimestral	18/01/2025	18/07/2025	*			*			*			*					suplidor externo
HOSP.DR. ALEJO MARTINEZ	Aspirador	chequeo	correctivo y preventivo	trimestral	18/01/2025	18/04/2025	*			*			*			*					según el uso del equipo
HOSP.DR. ALEJO MARTINEZ	Camilla sala de Cirugia	mantenimiento preventivo	correctivo y preventivo	Semestral	15/08/2023	15/02/2024		*						*							según el uso del equipo
HOSP.DR. ALEJO MARTINEZ	Nevera Cuarto de Cirugia	chequeo	correctivo y preventivo	trimestral	18/12/2024	18/03/2025			*			*			*			*			según el uso del equipo
HOSP.DR. ALEJO MARTINEZ	Camilla sala de Cirugia	mantenimiento preventivo	correctivo y preventivo	Semestral	15/08/2023	15/02/2024		*						*							según el uso del equipo
HOSP.DR. ALEJO MARTINEZ	Cunero Parto	mantenimiento preventivo	correctivo y preventivo	trimestral	18/01/2025	18/04/2025	*			*			*			*					según el uso del equipo
HOSP.DR. ALEJO MARTINEZ	Lampara Cuello de Ganzo Parto	mantenimiento preventivo	correctivo y preventivo	trimestral	18/01/2025	18/04/2025	*			*			*			*					según el uso del equipo
HOSP.DR. ALEJO MARTINEZ	Camilla Ginecologia Parto	mantenimiento preventivo	correctivo y preventivo	trimestral	18/10/2024	18/01/2025	*	*		*			*			*					Programada por el técnico
HOSP.DR. ALEJO MARTINEZ	Abanico Parto	mantenimiento preventivo	correctivo y preventivo	trimestral	18/12/2024	15/03/2025			*			*			*			*			según el uso del equipo
HOSP.DR. ALEJO MARTINEZ	Equipos tecnologico. Computos	chequeo	correctivo y preventivo	Semestral	15/02/2025	10/08/2025	*	*					*								Programada por el técnico
HOSP.DR. ALEJO MARTINEZ	Nebulizadores	chequeo	correctivo y preventivo	trimestral	18/10/2024	18/01/2025				*			*			*					
.																						

er mensual, cual seria la finalidad de estas

SERVICIO REGIONAL DE SALUD
Dr. Alejo Martinez Garcia
Administración
RAMON SANTANA R.D.

SNS
SERVICIO NACIONAL DE SALUD

HOSPITAL DR. ALEJO MARTINEZ GARCIA

Plan de Mantenimiento Preventivo / Correctivo
XXX-FO-XXX Versión: 01
Fecha de aprobación: 4/05/2021

MATRIZ PARA EL SEGUIMIENTO MENSUAL A PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO.

(Fecha: 02 Enero-2025)

NOMBRE DEL CENTRO DE SALUD	ACTIVIDAD	Descripción Actividad a Realizar	Mantenimiento Prevent. Correct.	Periodicidad para Revisión	Último Mantenimiento	Próximo Mantenimiento	Mes de Ejecución del Mantenimiento												Observaciones
							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
HOSP.DR. ALEJO MARTINEZ	Aires acondicionado- sala de espera emergencia	mantenimiento reparacion	mantenimiento prevent. Y Preventivo	trimestral	18/01/2025	18/04/2025	*												Se realizan por Area
HOSP.DR. ALEJO MARTINEZ	Aires acondicionado- sto. De enfermeria emergencia	mantenimiento reparacion	mantenimiento prevent. Y Preventivo	trimestral	18/01/2025 20/04/203	18/04/2025 21/07/2024	*												Se realizan por Area según el uso del equipo
HOSP.DR. ALEJO MARTINEZ	Aires acondicionado- area de	mantenimiento reparacion	mantenimiento prevent. Y	Semestral	20/10/2024	18/04/2025													según el uso del equipo
HOSP.DR. ALEJO MARTINEZ	Aires acondicionado- area de	mantenimiento reparacion	mantenimiento prevent. Y	Semestral	20/10/2024	18/04/2025													según el uso del equipo
HOSP.DR. ALEJO MARTINEZ	Aires acondicionado- area de facturacion emergencia	mantenimiento reparacion e instalacion	mantenimiento prevent. Y Correctivo	Semestral	20/10/2024	18/04/2025													prestado a la direccion - se realizar el mant. En esa area
HOSP.DR. ALEJO MARTINEZ	Aires acondicionado- area de	mantenimiento reparacion	mantenimiento prevent. Y	Semestral	10/10/2023														fuera de servicios
HOSP.DR. ALEJO MARTINEZ	Aires acondicionado- area del	mantenimiento reparacion	mantenimiento prevent. Y	Semestral	20/10/2024	18/04/2025													según el uso del equipo
HOSP.DR. ALEJO MARTINEZ	Emergencia Nebulizador	chequeo revision	correctivo y preventivo	Semestral	25/01/2025	25/07/2025	*												según el uso del equipo
HOSP.DR. ALEJO MARTINEZ	Emergencia Nebulizador	chequeo revision	correctivo y preventivo	Semestral	25/01/2025	25/07/2025	*												según el uso del equipo
HOSP.DR. ALEJO MARTINEZ	Emergencia Camilla Observacion	chequeo y revision	correctivo y preventivo	Semestral	15/01/2025	15/07/2025	*												Programada por el técnico
HOSP.DR. ALEJO MARTINEZ	Emergencia Camilla Observacion	chequeo y revision	correctivo y preventivo	Semestral	15/02/2025	15/08/2025		*											según el uso del equipo
HOSP.DR. ALEJO MARTINEZ	Emergencia Camilla Cura	chequeo y revision	correctivo y preventivo	Semestral	15/02/2025	15/08/2025		*											según el uso del equipo
HOSP.DR. ALEJO MARTINEZ	Emergencia Camilla Triaje	chequeo y revision	correctivo y preventivo	Semestral	15/02/2025	15/06/2025		*											según el uso del equipo
HOSP.DR. ALEJO MARTINEZ	Emergencia Equipos	chequeo y revision	correctivo y preventivo	Semestral	15/02/2025	15/08/2025		*											según el uso del equipo
HOSP.DR. ALEJO MARTINEZ	Emergencia Balanza Triaje	chequeo y revision	correctivo y preventivo	Semestral	17/12/2024	25/03/2025		*											según el uso del equipo
HOSP.DR. ALEJO MARTINEZ	Planta electrica G1	mantenimiento preventivo	correctivo y preventivo	trimestral	17/12/2024	25/03/2025													según el uso del equipo
HOSP.DR. ALEJO MARTINEZ	Planta electrica G2	mantenimiento preventivo	correctivo y preventivo	trimestral	14/02/2025	25/03/2025		*											fuera de servicios en proceso de reparacion.
HOSP.DR. ALEJO MARTINEZ	Ambulancia H1	mantenimiento preventivo	correctivo y preventivo	trimestral	14/11/2024	14/02/2025													según el uso del equipo
HOSP.DR. ALEJO MARTINEZ	Nevera de cocina y despensa	chequeo	correctivo y preventivo	Semestral	18/10/2024	18/04/2025													chequeo de tempera diario
HOSP.DR. ALEJO MARTINEZ	Nevera de Farmacia	chequeo	correctivo y preventivo		18/10/2024	18/04/2025													chequeo de tempera diario
HOSP.DR. ALEJO MARTINEZ	Maquina de Laboratorio Hemograma	chequeo	correctivo y preventivo	trimestral	06/12/2024	25/03/2025													se realiza por la casa comercial
HOSP.DR. ALEJO MARTINEZ	Maquina de Laboratorio Quimica	chequeo	correctivo y preventivo	Semestral	12/09/2023	15/06/2024													se realiza por la casa comercial
HOSP.DR. ALEJO MARTINEZ	Centrifuga de 6 tubos	chequeo	correctivo y preventivo	trimestral	06/12/2024	15/03/2025													según el uso del equipo
HOSP.DR. ALEJO MARTINEZ	Colorimetro	chequeo	correctivo y preventivo	trimestral	06/12/2024	15/03/2025													según el uso del equipo
HOSP.DR. ALEJO MARTINEZ	Aire acondicionado. LAB	chequeo	correctivo y preventivo	trimestral	15/02/2025	15/08/2025	*	*											según el uso del equipo
HOSP.DR. ALEJO MARTINEZ	Equipos tecnologico. Computos	chequeo	correctivo y preventivo	Semestral	15/07/2023	15/02/2024	*												Programada por el técnico
HOSP.DR. ALEJO MARTINEZ	Rotador de VDRL	chequeo	correctivo y preventivo	trimestral	06/12/2024	15/03/2025													según el uso del equipo
HOSP.DR. ALEJO MARTINEZ	Nevera de Laboratorio	chequeo	correctivo y preventivo	trimestral	06/12/2024	15/03/2025													chequeo de tempera diario
HOSP.DR. ALEJO MARTINEZ	Microscopio	chequeo	correctivo y preventivo	trimestral	06/12/2024	15/03/2025													casa comercial
HOSP.DR. ALEJO MARTINEZ	Abanico Odontologia	chequeo	correctivo y preventivo	trimestral	06/12/2024	15/03/2025													según el uso del equipo
HOSP.DR. ALEJO MARTINEZ	Compresor de aire Odontologia	chequeo	correctivo y preventivo	trimestral	06/12/2024	15/03/2025													según el uso del equipo
HOSP.DR. ALEJO MARTINEZ	Aire acondicionado Odontologia	chequeo	correctivo y preventivo	Semestral	25/01/2025	25/07/2025	*												según el uso del equipo
HOSP.DR. ALEJO MARTINEZ	Unidad de Odontologia	mantenimiento preventivo	correctivo y preventivo	Semestral	17/12/2024	12/06/2025													suplidor externo
HOSP.DR. ALEJO MARTINEZ	Horno Esterilizador	mantenimiento preventivo	correctivo y preventivo	trimestral	18/01/2025	20/04/2025		*											según el uso del equipo
HOSP.DR. ALEJO MARTINEZ	Unidad de Sonografia	mantenimiento preventivo	correctivo y preventivo	trimestral	18/01/2025	20/04/2025	*												Programada por el técnico
HOSP.DR. ALEJO MARTINEZ	Nevera de Vacuna	mantenimiento preventivo	correctivo y preventivo	trimestral	18/12/2024	16/03/2025													chequeo de tempera diario
HOSP.DR. ALEJO MARTINEZ	Frizer de Vacuna	mantenimiento preventivo	correctivo y preventivo	trimestral	18/12/2024	16/03/2025													según el uso del equipo
HOSP.DR. ALEJO MARTINEZ	Abanico puesto de Vacuna	mantenimiento preventivo	correctivo y preventivo	trimestral	18/12/2024	16/03/2025													según el uso del equipo
HOSP.DR. ALEJO MARTINEZ	Aire Acondicionado Monografia	mantenimiento preventivo	correctivo y preventivo	Semestral	21/01/2025	21/04/2025	*	*											según el uso del equipo
HOSP.DR. ALEJO MARTINEZ	Equipo Sonografico Sonografia	mantenimiento preventivo	correctivo y preventivo	trimestral	21/01/2025	21/04/2025	*												Programada por el técnico
HOSP.DR. ALEJO MARTINEZ	UPS-DE-BATERIA Sonografia	mantenimiento preventivo	correctivo y preventivo	trimestral	15/02/2025	15/08/2025		*											según el uso del equipo
HOSP.DR. ALEJO MARTINEZ	Equipos tecnologico. Computos	mantenimiento preventivo	correctivo y preventivo	Semestral	15/02/2025	15/08/2025	*	*											Programada por el técnico
HOSP.DR. ALEJO MARTINEZ	Balanza Pediatria	mantenimiento preventivo	correctivo y preventivo	Semestral	15/07/2023	15/02/2024	*												Programada por el técnico
HOSP.DR. ALEJO MARTINEZ	Abanico Pediatria	mantenimiento preventivo	correctivo y preventivo	trimestral	13/12/2024	16/03/2025													según el uso del equipo
HOSP.DR. ALEJO MARTINEZ	Abanico Consultorio General	mantenimiento preventivo	correctivo y preventivo	trimestral	13/12/2024	16/03/2025													según el uso del equipo
HOSP.DR. ALEJO MARTINEZ	Abanico Consultorio Ginecologia	mantenimiento preventivo	correctivo y preventivo	trimestral	15/01/2025	15/07/2025		*											según el uso del equipo
HOSP.DR. ALEJO MARTINEZ	Camilla Consultorio Ginecologia	mantenimiento preventivo	correctivo y preventivo	Semestral	15/01/2025	15/07/2025	*												Programada por el técnico
HOSP.DR. ALEJO MARTINEZ	Aire Acondicionado Archivo	mantenimiento preventivo	correctivo y preventivo	Semestral	15/01/2025	15/07/2025	*												Programada por el técnico
HOSP.DR. ALEJO MARTINEZ	Equipos tecnologico. Archivo	mantenimiento preventivo	correctivo y preventivo	Semestral	15/02/2025	15/08/2028	*	*											Programada por el técnico
HOSP.DR. ALEJO MARTINEZ	Equipos tecnologico. Archivo	mantenimiento preventivo	correctivo y preventivo	Semestral	15/02/2025	15/08/2025	*	*											Programada por el técnico
HOSP.DR. ALEJO MARTINEZ	Equipos tecnologico. Archivo. Fac	mantenimiento preventivo	correctivo y preventivo	Semestral	15/02/2025	15/08/2025	*	*											Programada por el técnico
HOSP.DR. ALEJO MARTINEZ	Equipos tecnologico.Oficina RRHH	mantenimiento preventivo	correctivo y preventivo	Semestral	15/02/2025	15/08/2025	*	*											Programada por el técnico
HOSP.DR. ALEJO MARTINEZ	Equipos tecnologico. Contabilidad	mantenimiento preventivo	correctivo y preventivo	Semestral	15/02/2025	15/08/2025	*	*											Programada por el técnico
HOSP.DR. ALEJO MARTINEZ	Equipos tecnologico. Amd. Secre.	mantenimiento preventivo	correctivo y preventivo	Semestral	15/07/2023	15/02/2024	*	*											Programada por el técnico
HOSP.DR. ALEJO MARTINEZ	Impresora Oficina Amd	mantenimiento preventivo	correctivo y preventivo	Semestral	15/02/2025	15/08/2025	*	*											Programada por el técnico
HOSP.DR. ALEJO MARTINEZ	Aire Acondicionado AMD	mantenimiento preventivo	correctivo y preventivo	Semestral				*											según el uso del equipo

SERVICIO REGIONAL DE SALUD
HOSPITAL MUNICIPAL
Dr. Alejo Martinez Garcia
Administración
RAMON SANTANA R.D.

HOSP.DR. ALEJO MARTINEZ	Aire Acondicionado Direccion	mantenimiento preventivo	correctivo y preventivo	Semestral	15/02/2025	15/08/2025		•											según el uso del equipo
HOSP.DR. ALEJO MARTINEZ	Equipos tecnologicos Direccion	mantenimiento preventivo	correctivo y preventivo	Semestral	15/02/2025	15/08/2025		•											según el uso del equipo
HOSP.DR. ALEJO MARTINEZ	Impresora Oficina Direccion	mantenimiento preventivo	correctivo y preventivo	Semestral	15/08/2023	15/02/2024													según el uso del equipo
HOSP.DR. ALEJO MARTINEZ	Maquina de anestecia. Cirugia	mantenimiento preventivo	correctivo y preventivo	trimestral															prestada
HOSP.DR. ALEJO MARTINEZ	Abanico Productos de limpieza	mantenimiento preventivo	correctivo y preventivo	Semestral	18/10/2024	18/04/2025													según el uso del equipo
HOSP.DR. ALEJO MARTINEZ	Abanico Despensa	mantenimiento preventivo	correctivo y preventivo	Semestral	18/10/2024	18/04/2025		•											chequeo de tempera diario
HOSP.DR. ALEJO MARTINEZ	Esterilizador en Cirigia	chequeo	correctivo y preventivo	Semestral	15/08/2023	20/02/2024		•											suplidor externo
HOSP.DR. ALEJO MARTINEZ	Camillas de Cirugia	chequeo	correctivo y preventivo	Semestral	15/08/2023	15/02/2024													suplidor externo
HOSP.DR. ALEJO MARTINEZ	Aire Acondicionado Cirugia	chequeo	correctivo y preventivo	trimestral	18/01/2025	18/07/2025	•												suplidor externo
HOSP.DR. ALEJO MARTINEZ	Aspirador	chequeo	correctivo y preventivo	trimestral	18/01/2025	18/04/2025	•	•											según el uso del equipo
HOSP.DR. ALEJO MARTINEZ	Camilla sala de Cirugia	mantenimiento preventivo	correctivo y preventivo	Semestral	15/08/2023	15/02/2024													según el uso del equipo
HOSP.DR. ALEJO MARTINEZ	Nevera Cuarto de Cirugia	chequeo	correctivo y preventivo	trimestral	18/12/2024	15/03/2025		•											según el uso del equipo
HOSP.DR. ALEJO MARTINEZ	Camilla sala de Cirugia	mantenimiento preventivo	correctivo y preventivo	Semestral	15/08/2023	15/02/2024													según el uso del equipo
HOSP.DR. ALEJO MARTINEZ	Cunero Parto	mantenimiento preventivo	correctivo y preventivo	trimestral	18/01/2025	18/04/2025	•												según el uso del equipo
HOSP.DR. ALEJO MARTINEZ	Lampara Cuello de Ganzo Parto	mantenimiento preventivo	correctivo y preventivo	trimestral	18/01/2025	18/04/2025	•	•											según el uso del equipo
HOSP.DR. ALEJO MARTINEZ	Camilla Ginecologia Parto	mantenimiento preventivo	correctivo y preventivo	trimestral	18/10/2024	18/01/2025	•												Programada por el técnico
HOSP.DR. ALEJO MARTINEZ	Abanico Parto	mantenimiento preventivo	correctivo y preventivo	trimestral	18/12/2024	15/03/2025		•											según el uso del equipo
HOSP.DR. ALEJO MARTINEZ	Equipos tecnologico. Computos	chequeo	correctivo y preventivo	Semestral	15/07/2023	10/02/2024	•												Programada por el técnico
HOSP.DR. ALEJO MARTINEZ	Nebulizadores	chequeo	correctivo y preventivo	trimestral	18/10/2024	18/01/2025													

er mensual, cual seria la finalidad de estas

SERVICIO REGIONAL DE SALUD
Dr. Alejo Martinez Garcia
Administración
RAMON SANTANA R.D.

SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Registro de Equipos
DLC-FO-014– Versión: 01
Fecha de aprobación: 26/07/2021

Informaciones Generales	
Nombre del establecimiento de salud: Hosp. Dr. Alejo Martínez García. R-S	**Fecha: 13/02/2025**
Regional de salud: V	**Provincia: S-P-M**
Nombre del responsable: MIGUEL A. RIVERA S.	
Cargo: A-D-M	**Área: unidad de odontología.**
Informaciones del Equipo	
Nombre del equipo:	**Tipo o modelo:**
Nombre del fabricante:	**Núm. de serial:**
Fecha de recepción del equipo:	**Fecha de puesta en servicio: 13/02/2025**
Estado en el momento de recepción: ☐Nuevo ☐Usado ☐Reacondicionado	
Detalles del mantenimiento. **1- mantenimiento correctivo y preventivo a unidad de odontología. Reparación del pieza de mano y terminal, jeringa del triple, reparación caja de bloc. Chequeo al sistema eléctrico, del aire compresor, sistema de agua.**	
Detalles del mantenimiento a futuro: continuar con el chequeo preventivo y correctivo.	
Historia de cualquier daño, mal funcionamiento, modificación o reparación:	

Francisco Disla

Firma del responsable

HOFSTRA UNIVERSITY
BUFFALO

Arreglos a [illegible]

- Pieza de Mono y Tarrina
- Jeringa de Triple
- Arreglos a caja de bola.

Dra. Farah Almanza

Francisco Dista.
12/02/2025

SNS
SERVICIO NACIONAL DE SALUD

Registro de Equipos
DLC-FO-014– Versión: 01
Fecha de aprobación: 26/07/2021

Informaciones Generales	
Nombre del establecimiento de salud: Hosp. Dr. Alejo Martínez García. R-S	**Fecha: 19/02/2025**
Regional de salud: V	**Provincia: S-P-M**
Nombre del responsable: MIGUEL A. RIVERA S.	
Cargo: A-D-M	**Área: AIRE ACONDICIONADO EMERGENCIA.**

Informaciones del Equipo	
Nombre del equipo:	**Tipo o modelo:**
Nombre del fabricante:	**Núm. de serial:**
Fecha de recepción del equipo:	**Fecha de puesta en servicio: 19/02/2025**
Estado en el momento de recepción: ☐**Nuevo** ☐**Usado** ☐**Reacondicionado**	
Detalles del mantenimiento. **1- mantenimiento preventivo. Aire acondicionado Emergencia sala de espera - limpieza de filtró chequeo eléctrico, ventilador, compresor y puesto en marcha.** **2- mantenimiento. Aire acondicionado Sto. De enfermería emergencia - limpieza de filtró chequeo eléctrico, ventilador, compresor y puesto en marcha.** **5- mantenimiento. Aire acondicionado ADM - limpieza de filtró chequeo eléctrico, ventilador, compresor y puesto en marcha.**	
Detalles del mantenimiento a futuro: continuar con el chequeo preventivo y el mantenimiento fue programado. Para el próximo mantenimiento se recomienda usar la máquina para la limpieza del panel y el ventilador.	
Historia de cualquier daño, mal funcionamiento, modificación o reparación: **1-estaba pautado mantenimiento en el aire del área de cirugía, no se realizó porque no está habilitada esa área, por remozamiento.** **2- no hubo ningún daño, ni mal funcionamiento en este mes**	

Pedro Santana
Firma del responsable

SERVICIO REGIONAL DE SALUD
HOSPITAL MUNICIPAL
Dr. Alejo Martinez Garcia
RAMON SANTANA R.D.

FACTURA GUBERNAMENTAL

M.C.G.R.
SERVICIOS ELECTRICOS

C/ Pérez Márquez #70, Las Colina 1 San Pedro De Macorís
Teléfonos: 829-632-6283 Y 809-864-7290.
RNC: 132564294.

. B1500000002

Fecha de Emisión: 19/2/2025
Fecha de vencimiento: 31/12/2025

HOSPITAL DR. ALEJO MARTINEZ

CODIGO CLIENTE	ORDEN DE COMPRA NO.	TERMINOS Y CONDICIONES	
VENDEDOR		FECHA DE ENTREGA	VENCIMIENTO
TIENDA			
CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO/UN. RD	TOTAL
	MANTENIMIENTO PROFUNDO DE 4 AIRES ACONDIIONADOS.	2,835.	11,340
	REMOCION DE UN AIRE ACONDICIONADO DE 24,000 BTU	2,310.	2,310.

Sub total:	**13,650**
Itbis:	**2,457**
TOTAL	**16,107.**

M.C.G.R. SERVICIOS ELECTRICOS. RNC: 132-56429-4 San Pedro de Macoris

FIRMA AUTORIZADA _____ RECIBIDO _____

SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Registro de Equipos
DLC-FO-014– Versión: 01
Fecha de aprobación: 26/07/2021

Informaciones Generales	
Nombre del establecimiento de salud: Hosp. Dr. Alejo Martínez García. R-S	**Fecha: 26/02/2025**
Regional de salud: V	**Provincia: S-P-M**
Nombre del responsable: MIGUEL A. RIVERA S.	
Cargo: A-D-M	**Área: Emergencia.**
Informaciones del Equipo	
Nombre del equipo:	**Tipo o modelo:**
Nombre del fabricante:	**Núm. de serial:**
Fecha de recepción del equipo:	**Fecha de puesta en servicio: 26/02/2025**
Estado en el momento de recepción: ☐**Nuevo** ☐**Usado** ☐**Reacondicionado**	
Detalles del mantenimiento. **1- Chequeo camilla2 emergencia observación. Limpieza general y revisar el funcionamiento.** **2- Chequeo camilla de cura. Limpieza general y revisar el funcionamiento.** **3- Chequeo camilla triaje. Limpieza general y revisar el funcionamiento.** **4- Chequeo camilla triage. Limpieza general y revisar el funcionamiento.**	
Historia de cualquier daño, mal funcionamiento, modificación o reparación:	

Pedro Santana
Firma del responsable

SERVICIO REGIONAL DE SALUD
HOSPITAL MUNICIPAL
Dr. Alejo Martinez Garcia
RAMON SANTANA R.D.