

FECHA:

30/04/2025

DATOS GENERALES

Lugar: DCSNS SRS Hospital CPN

***Nombre del lugar:** HOSPITAL DR JOSE A. COLUMNA

Área: MANTENIMIENTO

Nombre de la Actividad: SEGUIMIENTO AL PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS E INFRAESTRUCTURA 2025

Código POA (Si aplica):

INTRODUCCIÓN

Un plan de mantenimiento preventivo es una estrategia que establece las tareas, recursos y procedimientos para mantener los equipos de una empresa. El objetivo es evitar que los equipos fallen y garantizar su rendimiento óptimo. En nuestro hospital Municipal Doctor José A. Columna estamos enfocados en cumplir y dar seguimiento al plan de mantenimiento preventivo y correctivo con el objetivo de mejorar el funcionamiento de los equipos, alargando su vida útil y preservándolos.

OBJETIVO DEL INFORME

Brindar el seguimiento oportuno al plan de mantenimiento de nuestro hospital detallando las diferentes actividades y acciones realizadas.

METODOLOGIA (Si aplica)

Informe con las acciones realizadas en cumplimiento

DESARROLLO / HALLAZGOS

La mejor manera de evitar la frustración de tener una avería en un activo crítico es un plan de mantenimiento preventivo lo más equilibrado posible, que protege los activos clave de la empresa, reduce los costes de mantenimiento y garantiza que todo va sobre ruedas.

En este cuarto mes del año se han realizado diversas acciones como medidas de mantenimiento preventivo, las cuales son:


Reparación de la puerta del laboratorio.

Reparación y mantenimiento del aire acondicionado de sala pediátrica.

Reparación y mantenimiento del aire acondicionado del área de cirugía.

Limpieza y mantenimiento del patio.







RESULTADOS / CONCLUSIONES

Hemos realizado los diferentes procedimientos preventivos acogiendo al plan, para aumentar la vida útil de los equipos y corregir los daños que por el tiempo o por el uso sufren estos equipos.

RECOMENDACIONES

Seguir dando seguimiento y cumplimiento al plan de mantenimiento preventivo y correctivo de nuestro Hospital, así como las situaciones que se nos presentan.


ANEXOS (Si aplica)

Soporte del expediente de pagos, factura y requisición


Instrucciones de llenado:

*Indique nombre del lugar: Este campo sólo aplica para SRS, Hospital y CPN.




Elaborado por
(Nombre y apellido)





Nombre Establecimiento:

HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE A. COLUMNA



CONTROL MANTENIMIENTO DE EQUIPO

No	(Nombre)	Marca	Departamento	Fecha	Fecha Manto. Anterior	Qué Servicio / Acción Se Realiza (descripción Del Trabajo)	Firma / Nombre Del responsable
1	Caja de Transparencia	N/A	Hospital	4/03/25	19/01/25	El selector se disparó, se dio mantenimiento.	Juan Carlos Lopez
2	Lavadora	Cetron	Lavandería	13/03/25	N/A	Cambio de terna y mantenimiento	Juan Carlos Lopez
3	Aire acondicionado	Comptel	Laboratorio	14/03/25	N/A	Cable cableado, reparación cable	Juan Carlos Lopez
4	Puerta Laboratorio	N/A	Laboratorio	15/04/25	N/A	Cambio Perilla, Pivot	Juan C. V.
5	Aire acondicionado		Pediatría	11/04/25	N/A	Mantenimiento General	Juan C. V.
6	Aire acondicionado		Cirugía	11/04/25	N/A	Mantenimiento General	Juan C. V.
7	Patio Hospital	N/A		16/04/25	N/A	Limpieza, Patio	Wander
8							
9							
10							
11							

MATRIZ PARA EL SEGUIMIENTO MENSUAL A PLAN DE MANTENIMIENTO I

(Fecha: 01-Enero-2025.)

Instalación / Maquinaria (Nombre del Equipo)	Elementos del Equipo a realizar Mantenimiento	Descripción Actividad a Realizar	Mantenim iento Prevent. o Correct.	Periodicid ad para Revisión	Último Mantenim iento	Próximo Mantenim iento	Mes de Ejecución del Mantenimiento												Observaciones
							Ene	Feb	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Agc	Sep	Oct	Nov	Dic	
Aire acondicionado	mant. General	mant. General	Preventivo	Semestral					X					X				X	Todas las áreas
Equipo Biosysten A15	mant. General	limpieza profunda	Preventivo	Semestral	5/8/2024	5/8/2025							X						
Equipo Sysmex XN-350	mant. General	limpieza profunda	Preventivo	Semestral	27/9/2024	27/3/2025			X					X					
Fotocopiadora	mant. General	mant. General	Preventivo	Semestral	15/11/2024	15/6/2025													
Impresoras	mant. General	mant. General	Preventivo	Semestral					X					X				X	Todas las áreas
Sonografo	mant. General	mant. General	Preventivo	Semestral										X				X	
Rayos X	mant. General	mant. General	Preventivo	Semestral										X				X	
Planta Eléctrica	mant. General	mant. General	Preventivo	Semestral					X					X				X	
Unidad Odontológica	mant. General	mant. General	Preventivo	Semestral					X					X				X	
Lavadora WS180S	mant. General	mant. General	Preventivo	Semestral										X				X	
Secadora HG-20	mant. General	mant. General	Preventivo	Semestral										X				X	
Neveras	mant. General	mant. General	Preventivo	Semestral										X				X	Todas las áreas
Auto Clave Cirugia	mant. General	mant. General	Preventivo	Semestral										X				X	
Auto Clave Odontologia	mant. General	mant. General	Preventivo	Semestral										X				X	
Equipos Quirúrgicos	mant. General	mant. General	Preventivo	Semestral										X				X	


Elaborado por:


Aprobado por:

